



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 815 ZP/189 /2014

Stalowa Wola dnia 11.08.2014r

.....
.....
.....

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy materiałów medycznych i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i ogłoszonego BZP pod numerem: 165155 - 2014 dnia 30.07.2014 roku

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi oraz zasady zachowania wolnej i uczciwej konkurencji zapisane w ustawodawstwie krajowym jak również UE dokona podziału przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu na dwa podpakiety 2a - poz. 1,2,3 oraz 2b – poz. 4 co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odp: Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 4 z do osobnego pakietu i zaoferowanie Zestawów , które Państwo już używają

Cewnik do krótkiej dializy dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego miękkiego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 1 cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika/ delty , grubość 12Fr lub 14 FR oraz jednej długości 25cm. Zestaw umożliwia założenie cewnika na długości np. 15cm, 20cm, 25 cm .

Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* przelotowy mandryn usztywniający cewnik, *igła z portem bocznym 18g x 7cm, *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J * 2 rozszerzadła hydrofilne 12/14Fr, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, * strzykawka 5ml, * skalpel 11, * plaster z rzepem do zamocowania cewnika, *opatrunek, *naklejka identyfikacyjna pacjenta, ?

Odp: Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zapisu zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.



tel.: 15 8433 205 1
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

Odp: Podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Antoni Bochnak



tel.: 15 8433 205 2
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

