



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/1043 ZP/ 183 /2015

Stalowa Wola dnia 07.10.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy numer ogłoszenia: 253646 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 5DIFF – pkt. 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff 35 parametrowego, w którym rozdział WBC odbywa się z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, a oznaczanie retikulocytów w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym ?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 5DIFF – pkt. 4 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff, w którym objętość próbki w trybie Retic wynosi 35ul, CBC - 30 ul, a CBC Diff - 53 ul ?

Odp. Nie – zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 5DIFF – pkt. 5 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy z uwagi na fakt, że w oferowanym analizatorze hematologicznym nie ma konieczności powtórnego oznaczania PLT w celu potwierdzenia ich ilości w torze optycznym, Zamawiający zezwala aby pomiar PLT odbywał się tylko z wykorzystaniem pomiaru impedancji?

Odp. Nie – zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania nr 4

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 5DIFF – pkt. 6 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff, w którym liniowość w trybie z automatycznym rozcieńczeniem dla WBC wynosi od 0 do 360 tys/ul a dla PLT od 0 do



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

DYREKTOR SZPITALA
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



3800 000/ul ?

Odp. Nie – zgodnie za zapisami SIWZ

Pytania nr 5

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 3DIFF – pkt. 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający dopuści ofertę na 18 parametrowy analizator hematologiczny, rozdzielający krwinki białe na 3 subpopulacje bez udziału Tzw. "płynnych dyskryminatorów"?

Z uwagi na fakt, iż technologię "płynnych dyskryminatorów" do rozdziału WBC posiada tylko jeden oferent, prosimy o wykreślenie tego wymogu z parametrów granicznych SIWZ.

Z uwagi na małą przydatność kliniczną parametrów RDW-SD i RDW-CV zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora mierzącego wskaźnik anizocytozy (RDW) - łączna liczba prezentowanych parametrów - 18.

Odp. Nie – zgodnie za zapisami SIWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy opisu wymaganych parametrów dla analizatora 3DIFF – pkt. 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający dopuści ofertę na analizator 3 diff bez zaworu ceramicznego? W przypadku oferowanego przez naszą firmę analizatora, próbka krwi jest bezpośrednio dozowana do komory pomiarowej z igły aspirującej. Likwidacja zaworu rozdzielającego krew do komór pomiarowych umożliwiła znaczne zmniejszenie potrzebnej do wykonania badania ilości krwi.

Odp. Nie – zgodnie za zapisami SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 9:

§1 ust. 2: Ze względu na fakt, iż przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych 3DIFF i 5DIFF, prosimy o rozbudowę ww. postanowienia o drugi analizator.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż ww. postanowienie wzoru umowy zawiera błąd, gdyż w miejscach dotyczących cen odczynników i czynszu dzierżawnego zamiast „1 rok” winno być „3 lata”.

Odp. Zamawiający poprawia błąd pisarski w §1 ust. 2 miejscach, w których mowa o cenach odczynników i czynszu dzierżawnym - zamiast „cena netto.....zł/1 rok, cena brutto.....zł/1 rok” winno być „cena netto....zł / 3 lata, cena brutto....zł/3 lata”

Pytanie nr 8

§1 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem „nie dotyczy analizatora hematologicznego 3DIFF” gdyż zgodnie z Opiszem wymaganych parametrów dla analizatora 3DIFF, analizator ten ma być nie starszy niż z roku 2012. Jednocześnie prosimy o odpowiednią zmianę pkt. 6 Formularza oferty (Załącznik nr 8).

Odp. Zamawiający w §1 ust. 4 umowy i pkt.6 Formularza oferty SIWZ (Załącznik nr 8) dodaje zapis : z tym, iż analizator 3 DIFF nabyć nie starszy niż z roku 2012.

Pytanie nr 9

§1 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w ciągu dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Tak

Pytanie nr 7

§2 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany dopis w §2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 8

§3 ust. 1: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę” wyrażeniem „w terminie dni, licząc od dnia wystawienia faktury po zrealizowaniu dostawy. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr 9

§6 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 9

§7 ust. 4: Prosimy o poprawienie omyłki, gdyż okres obowiązywania umowy wynosi 3 lata nie okres 1-go roku.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w §7 ust. 4 projektu umowy – zamiast „przez okres jednego roku” winno być „przez okres trzech lat”

Pytanie nr 10

§7 ust. 5: Prosimy o zmianę wyrażenia „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.

W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr 11

§7 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w brzmieniu:

„lub zapewni na czas niezbędny do wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia badań w innym laboratorium”.

Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis

Pytanie nr 12

§8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy, za wyjątkiem okoliczności o której mowa w §9 ust. 4”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 13

§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

DYREKTOR ZO ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Eduard Surmacz

Pytanie nr 14

§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej na podstawie Formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy".

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowany zapis.

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowany zapis

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Surmacz