



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 248 ZP/ 69 /2015

Stalowa Wola dnia 14.04.2015 rok

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę lasera diodowego z torem wizyjnym dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - przetarg ogłoszony na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 47245 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu lasera diodowego. Rozwiązanie takie umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a Zamawiającemu wybór tańszej oferty.

Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 2

dot. SIWZ – Załącznik nr 7 , § 8 ust. 7

Ogólnie przyjęte jest ,iż trzykrotna naprawa tego samego podzespołu zobowiązuje Gwaranta do wymiany tegoż elementu na nowy .

Czy zatem nie zaszła omyłka w zapisie w § 8 ust. 7, który brzmi „W przypadku 3- krotnej awarii przedmiotu umowy , nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu gwarancyjnego , nastąpi jego wymiana na sprzęt fabrycznie nowy .?

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 8 ust. 7 (Załącznik nr 7) na zapis o brzmieniu : „W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu gwarant zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy”

Odp. Zmienia się zapis w § 8 ust. 7 projektu umowy na proponowany w pytaniu tj.

„W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu gwarant zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy”

Pytanie nr 3

dot. SIWZ – Załącznik nr 7 , § 8 ust. 8

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu , jak nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia , w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów § 8 ust. 8 (Załącznik nr 7) na zapis o brzmieniu :

Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych z wyjątkiem uszkodzeń powstałych na wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi .

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę. Treść § 8 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie:



1
tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

„Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych z wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.”

Pytanie nr 4

dot. opisu przedmiotu zamówienia – światłowód

Czy Zamawiający dopuści światłowód, który posiada średnicę zewnętrzną max. 6,8 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 5

dot. Głowica urologiczna, punkt 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy kamery z 3 CCD lub 3 CMOS ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

dot. Głowica urologiczna, punkt 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy kamery z przetwornikiem lub przetwornikami obrazowymi o proporcjach boków 16:9 ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

dot. Głowica urologiczna, punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery wyposażoną w 3 przyciski zdalnego sterowania umieszczone na głowicy kamery zamiast na przewodzie ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

dot. Głowica urologiczna, punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery z przewodem o długości 3 m ?

Odp. Tak

Pytanie nr 9

dot. Procesor wideo, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery nie wykorzystującej wyjść analogowych wyjść RGB i Y/C z uwagi na to, iż tego typu wyjścia nie mają uzasadnienia w przypadku kamer HDTV ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

dot. Procesor wideo, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe o najwyższej rozdzielczości DVI-D FULL HD, zamiast wyjść niższej rozdzielczości HDSDI i SDI ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 11

dot. Procesor wideo, punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor współpracujący z tylko z głowicami kamer 3 CCD ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie potrzeby współpracy procesora z dwoma typami głowic tj. 1 CCD i 3 CCD. Z zasady głowice z 3 CCD generują obraz o lepszej jakości i są nadrzędne w stosunku do głowic z 1 CCD. Wymaganie dodatkowej współpracy z głowicami kamer 1 CCD wydaje się w tej sytuacji być nieuzasadnione.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

dot. Procesor wideo, punkt 7

Czy Zamawiający oprócz archiwizacji obrazu w postaci zdjęć wymaga zaoferowania archiwizacji przez procesor w postaci sekwencji wideo ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

dot. Procesor wideo, punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery, nie posiadający programowanych przycisków na panelu centralnym, ale wyposażony w klawiaturę, w której można zaprogramować dowolne funkcje pod dwoma klawiszami ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

dot. Procesor wideo, punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery bez funkcji automatycznego sterowania intensywnością oświetlenia w źródle światła ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

dot. Procesor wideo, punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery bez funkcji zoom cyfrowego ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 16

dot. Procesor wideo, punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor kamery bez możliwości zapisywania danych pacjentów ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 17

dot. Ksenonowe źródło światła, punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania długo żywotne źródło światła LED ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 18

dot. Ksenonowe źródło światła, punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła bez automatycznej regulacji jasności światła?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 19

dot. Ksenonowe źródło światła, punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła bez modułu komunikacyjnego ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 20

dot. Monitor medyczny LCD, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o przekątnej większej niż 24" tj. 26" - 27" ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 21

dot. Monitor medyczny LCD, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez wejść HD-SDI, SOG oraz YPbPr z uwagi na to iż oferowana kamera nie wykorzystuje tego rodzaj wyjść? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o opisanie potrzeby tego typu wejść lub sytuacji w której będą one wykorzystywane.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 22

dot. Światłowód 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o średnicy wiązki 3,5 mmi średnicy zewnętrznej ok. 6 mm ?

Odp. Tak

Pytanie nr 23

dot. Wózek do aparatury medycznej, punkt 5

Czy Zamawiający dopuści wózek bez centralnego przycisku ?

Odp. Tak





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 24

dot. Wózek do aparatury medycznej, punkt 7

Czy w tym punkcie Zamawiający miał na myśli płyny, a nie płyty? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie o jakie płyty chodzi?

Odp. Tak, chodzi o płyny.

Pytanie nr 25

dot. Wzór umowy, § 8 pkt. 8

Prosimy o potwierdzenie, że określenie „pełnej bezpłatnej obsługi serwisowej” nie obejmuje uszkodzeń umyślnych oraz powstałych w czasie gwarancji z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji nie zgodnie z przeznaczeniem.

Odp. Tak, pełna bezpłatna obsługa serwisowa nie obejmuje uszkodzeń, o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 26

dot. Wzór umowy, § 9 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w zakresie § 9 pkt. 3 na następujące brzmienie:

„W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 27

I LASER DIODOWY

Pytanie nr 1 do punktu 1,2,4,7,8,9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy laser diodowy do waporyzacji i enukleacji prostaty o mocy 250 W z monitorem LCD min 7 cali, max 50 kg, wiązce pilotującej 532 nm, długości fali min 940 nm? Należy nadmienić, iż im większa moc lasera tym lepszy zabieg waporyzacji (odparowania tkanki) za pomocą diody a im mniejsza wiązka naprowadzająca, tym bezpieczniejsze wprowadzenie włókna w pacjenta. Jeżeli chodzi o długość fali, to w laserach diodowych urologicznych stosuje się zakres od 940 nm nawet do 1400 nm. Jest to uzależnione od stopnia pochłaniania wiązki laserowej przez wodę i hemoglobinę.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 28

Pytanie nr 2 do punktu 5,6

5



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

p.o. DYREKTORA

Edward Surmacz
CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy laser diodowy do waporyzacji i enukleacji prostaty o czasie trwania impulsu oraz przerwie w zakresie 0,010 do 10 s? Należy nadmienić, iż zabiegi na prostatie wykonuje się falą ciągłą. Lasery z większym zakresem są laserami znacznie gorzszymi, gdyż podczas zabiegu widoczna jest przerwa między impulsami, co może wpływać znacząco na jakość enukleacji czy waporyzacji.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 29

Pytanie nr 3 do punktu 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy laser diodowy bez możliwości pracy włóknem laserowym 200um z nastawioną mocą lasera powyżej 12W? Jest to parametr charakteryzujący lasery holmowe a nie diodowe czy tulowe.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

II TOR WIZYJNY – GŁOWICA UROLOGICZNA

Pytania nr 4 do punktu 3

Czy Zamawiający dopuści głowicę urologiczną z dwoma programowalnymi przyciskami zdalnego sterowania na głowicy kamery za pomocą których można aktywować 4 wcześniej wybrane funkcje?

Odp. Tak

Pytanie nr 31

Pytania nr 5 do punktu 7

Czy Zamawiający dopuści długość przewodu 3m lub 5m?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 32

II TOR WIZYJNY – PROCESOR WIDEO

Pytania nr 6 do punktu 3

Czy Zamawiający dopuści wyjście kompozytowe video BNC zamiast wyjścia analogowego RGB ?. Kamera jest w pełni FULL HD, więc rozwiązanie analogowe w ogóle nie jest potrzebne.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 33

Pytania nr 7 do punktu 4

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji wyjście HDMI lub 3G-SDI, używane aktualnie w





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

szpitalnych systemach informatycznych, zamiast wyjścia DVI? Proponowane wyjścia są co najmniej równoważne i nie rzutują na jakość obrazu.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 34

Pytania nr 8 do punktu 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z większymi możliwościami archiwizacji obrazu w postaci zdjęć i sekwencji video w rozdzielczości FULL HD za pomocą przycisku na głowicy kamery videoendoskopu, wideolaparoskopu bezpośrednio na pamięć przenośną USB natomiast nastawy ustawień sterownika obrazu właściwych dla minimum 20 użytkowników w pamięci procesora.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Pytania nr 9 do punktu 8

Czy Zamawiający dopuści dwa programowalne przyciski na głowicy kamery, pilocie lub klawiaturze, zamiast na panelu centralnym?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

II TOR WIZYJNY – ŚWIATŁOWÓD

Pytania nr 10 do punktu 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy wiązki 2,5mm i ze średnicą zewnętrzną dedykowaną do proponowanej średnicy wiązki światłowodowej?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 37

Pytania nr 11 do punktu 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy wiązki 3,5mm i ze średnicą zewnętrzną dedykowaną do proponowanej średnicy wiązki światłowodowej?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 38

II TOR WIZYJNY – WÓZEK DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytania nr 12 do punktu 7


Czy w punkcie 7 wkradł się błąd drukarski i czy Zamawiający oczekuje wysięgnika na płyny infuzyjne? Jeśli to nie jest pomyłka czy Zamawiający mógłby sprecyzować o jaki wysięgnik chodzi i

7



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

na jakie płyty.

Odp. Zamawiający oczekuje wyśięgnika na płyny.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
Edward Surmacz