



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 249 ZP/ 49 /2015

Stalowa Wola dnia 16.03.2015 r.

### Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch kolonoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem 30455 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

#### Pytanie nr 1.

Dotyczy rozdziału I (formularz oferty), punkt 3; rozdział II (opis przedmiotu zamówienia), punkt 6, podpunkt c); załącznika nr 1 (zestawienie parametrów i warunków wymaganych), punkt 3 oraz wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 24-miesięczny okres gwarancji mając na uwadze, że jest to standardowy czas odpowiedzialności producenta za dostarczany sprzęt medyczny?

**Odp. TAK.**

#### Pytanie nr 2.

Dotyczy rozdziału II (opis przedmiotu zamówienia), punkt 2 oraz załącznika nr 1 (zestawienie parametrów i warunków wymaganych), punkt 1: Ze względu na rozbieżność - prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących roku produkcji. Czy ważny zapis znajduje się w tabeli z parametrami i warunkami wymaganymi (tj. załącznika nr 1 do SIWZ)?

**Odp. Winno być: „Rok produkcji- nie wcześniej, niż 2014 rok”**

#### Pytanie nr 3.

Dotyczy rozdziału I (formularz oferty), punkt 3; załącznika nr 1 (zestawienie parametrów i warunków wymaganych), punkt III (pozostałe wymogi), podpunkt 2 oraz wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy w ciągu max. 72 godzin" na zapis: "sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy powyżej 5 dni roboczych" wraz z jednoczesną zmianą zapisu umowy: "na czas trwania naprawy sprzętu Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych, zabezpieczy sprzęt zastępczy" na zapis: "na czas trwania naprawy sprzętu powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zabezpieczy sprzęt zastępczy"?

**Odp. TAK.**

#### Pytanie nr 4.

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy: "W przypadku 3-krotnej awarii przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi jego wymiana na fabrycznie nowy z przedłużeniem okresu gwarancji" na zapis: "W przypadku 3-krotnej awarii tego samego elementu / podzespołu, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana przedmiotu umowy, którego naprawa dotyczy na sprzęt fabrycznie nowy z przedłużeniem okresu gwarancji"?

**Odp. NIE.**

#### Pytanie nr 5.



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, gdyż kara umowna w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 6.**

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 7.**

Dotyczy rozdziału I (formularz oferty), punkt 7, podpunkt a) i b); rozdział II (opis przedmiotu zamówienia), punkt 6, podpunkt c) punkt 4 i 5; załącznika nr 1 (zestawienie parametrów i warunków wymaganych), punkt 12 i 13 oraz wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 2, podpunkt 8 i 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymaganych szkoleń, o których mowa w powyższych punktach?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację ze szkolenia asystenta endoskopowego.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

*mgr inż. Antoni Bochnak*