



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/398 ZP/ 129 /2015

Stalowa Wola dnia 27.07.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Numer ogłoszenia: 104383 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy folderem producenta, w których określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały informacyjne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w katalogu czy folderze) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Odp. Dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w katalogu czy folderze) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ.

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii. Okres 24-godzinny jest niewystarczający, ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu przedsięwziętym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i zdiagnozowania usterki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3.

Dot. pkt. 9 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zakres regulacji wysokości konsoli 10 cm? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Dot. pkt. 11 siwz - Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, którego ilość kanałów nadawczo-odbiorczych wynosi 23 360? Pragniemy zauważyć, że Ilość kanałów procesowych nie jest wykładnikiem jakości diagnostycznej aparatu USG klasy premium. Różni producenci dokonują obliczania ich ilości według różnych kryteriów, np. multiplikowanie sygnału, i



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com Edward Surmacz
www.szpital-stw.com

DYREKTOR SP ZZO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli



jest to parametr niemierzalny. Nie którzy wschodni producenci w aparatach niskiej klasy dochodzą już do ilości kanałów procesowych rzędu 1 mln., a więc powyższy parametr w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej wykonywanych badań, a jedynie zawęża liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.

Dot. pkt. 12 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dynamiką systemu powyżej 205 dB? Pragniemy zauważyć, że nowoczesne wysokiej klasy aparaty USG wyróżnia dynamika systemu na poziomie powyżej 190 dB, a wymóg na poziomie minimum 255 dB, w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęża liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Dot. pkt. 17 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, którego waga wynosi 98 kg? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie wymaga aparatu przenośnego, a tym samym różnica wagi wynosząca 8 kg nie powinna być parametrem odcinającym. Oferowany aparat wyposażony jest w cztery skretne koła z możliwością blokowania, a jego przewożenie nie jest w żaden sposób utrudnione. Wymóg nośności stropów w budynkach służby zdrowia wielokrotnie przewyższa wagę oferowanego przez nas aparatu.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7.

Dot. pkt. 18 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada:

- 2D z maksymalną częstotliwością odświeżania (Frame Rate) 498 Hz
- Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania 2729 obrazów
- Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - BRAK
- Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD 7 m/s przy zerowym kącie korekcji

Pragniemy zauważyć, że oferowane parametry aparatu nie znacznie odbiegają od wymaganych. Pozostałe wymogi w tym pkt. aparat spełnia, a nawet posiada je na wyższym poziomie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

Dot. pkt. 21 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe z 7 kątów? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęża liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Dot. pkt. 22 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, funkcja dostępna na żywo, obrazach zatrzymanych, pętlach obrazowych, ale brak na obrazach z archiwum i obrazowaniu 3D?

Odp. Zamawiający dopuści brak funkcji w obrazowaniu 3D ale podtrzymuje wymóg funkcji na obrazach z archiwum.

Pytanie nr 10.

Dot. pkt. 24 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

posiada automatycznej optymalizacji obrazu PW przy pomocy jednego klawisza?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11.

Dot. pkt. 31 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z elektroniczną głowicą endowaginalną 4,0 - 9,0 MHz? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12.

Dot. pkt. 41 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie następujących parametrów widma dopplerowskiego na aktywnym oraz zamrożonym spektrum: Vmax, Vmin, PI, RI, SID, TAmx, TAmn?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13.

Dot. pkt. 43 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie ma możliwości wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14.

Dot. pkt. 45 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie ma możliwości rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FIMF?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15.

Dot. pkt. 47 siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie ma możliwości wykonania funkcji przetwarzania obrazów i pętli zarchiwizowanych, a na obrazie zatrzymanym nie posiada możliwości regulacji wzmocnienie 2D gain, modyfikacji obliczeń, czułości obrysu spektrum dopplerowskiego, progu przejścia do analizy koloru? Pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16.

Dot. pkt. 4 - pozostałe wymogi siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania 30 obr/s

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17.

Dot. pkt. 7 - pozostałe wymogi siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18.

Dot. pkt. 10 - pozostałe wymogi siwz - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sułtacz

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający pod pojęcie „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający pod pojęcie „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22.

Zamawiający wymaga oświadczenia producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych: Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. Ustawa uznaje zatem za wystarczające wykonywanie powyższych czynności przez podmiot upoważniony przez wytwórcę bądź autoryzowanego przedstawiciela.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby pkt 10.13 formularza ofertowego oraz pkt 16 „pozostałe wymogi” załącznika nr 2 przyjął brzmienie: „Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez podmiot uprawniony zgodnie art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje odnośne zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23.

Czy w przypadku, gdy wszystkie parametry techniczne wymaganego przez Zamawiającego aparatu USG znajdują potwierdzenie w załączonych do oferty materiałach technicznych producenta Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia danych technicznych przez producenta?

Odp. Tak o ile są to oryginalne materiały techniczne producenta.

Pytanie nr 24.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu formularza ofertowego załącznika nr 9 do SIWZ i skrócenie okresu dostępności serwisu i części zamiennych **do 5 lat**. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Szrmacz

ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 25.

W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, czyli na przykład w zakresie dostawy, serwisu sprzętu prosimy o dopuszczenie przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta na terenie Polski i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP przez podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zamawiający będzie miał pewność, iż jego interes jest odpowiednio zabezpieczony - serwis będzie świadczony należycie przez jednostkę autoryzowaną przez producenta, a zgoda Zamawiającego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania i uzyskania korzystniejszej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie RP dla oferowanego urządzenia.

Pytanie nr 26.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia oferowanego urządzenia na czas trwania umowy czy tylko ubezpieczenia na czas dostawy i transportu do siedziby Zamawiającego? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, gdyż Wykonawca musi prawidłowo skalkulować cenę oferty.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ wymagane jest ubezpieczenie na czas dostawy i transportu do siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 27.

W przypadku, gdy Zamawiający wymaga ubezpieczenia oferowanego urządzenia na czas trwania umowy prosimy o potwierdzenie, że koszt ubezpieczenia ma zostać wliczony do ceny oferty i będzie płatny wraz z ratami.

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie nr 28.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia min. jednej dostaw sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż wartość oferty przetargowej w okresie ostatnich trzech lat przed składaniem ofert Zamawiający taki wykaz dostaw uzna, jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. W przypadku innych oczekiwać Zamawiającego w tym zakresie prosimy o wskazania jakiś dostaw i o jakiej kwocie Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Odp. Przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia min. jednej dostaw sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż wartość oferty przetargowej w okresie ostatnich trzech lat przed składaniem ofert Zamawiający uzna, jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Pytanie nr 29.

Prosimy o zmianę zapisu §9 ust. 4 i nadanie mu brzmienia: "W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień *opóźnienia* w zapłacie."

Odp. Podtrzymujemy zapisy §9 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 30.

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek na koniec 2014r.

Odp. Dane, o których mowa w pytaniu, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sulmacz

Pytanie nr 31.

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp. Dane dostępne są w KRS.

Pytanie nr 32.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ .

Pytanie nr 33.

Prosimy o zmianę §13 ust. 1 i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziba Wykonawcy”.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ .

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sukmacz