



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/555 ZP/ 112 /2015

Stalowa Wola dnia 24.06.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D, CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 30.05.2015, pod poz. nr 2015/S 103-186972

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1. do zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z podwójnym sensorem nie posiadającego funkcji R (rate responsive) w trybie DDT? Stymulator posiada pozostałe wymagane tryby stymulacji : DDDR, DDIR i DOOR?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2. do umowy

Czy zamawiający na etapie realizacji niniejszej umowy wyrazi zgodę na ewentualną zmianę asortymentu w ramach przedmiotu, do wysokości tej umowy?

Odp. Tak, na zasadach, o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 3. Pytanie dotyczy Zadania nr 1 oraz 2

Czy Zamawiający w zadaniach dotyczących stymulatorów jedno oraz dwujamowych wymaga również do 10 % urządzeń MRI?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 9 ust. 5 Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości umowy brutto.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści kardiowerter- defibrylator jednojamowy z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibracyjny), z możliwością zaprogramowania strefy szybkiego częstoskurczu, z zakresem do 240 bpm i wyżej - nawet 300bpm, w której działają wszystkie algorytmy (zamiast FVT w strefie VF i VT)?

Odp. Nie(brak automatycznej optymalizacji leczenia)- podtrzymujemy zapisy SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści kardiowerter- defibrylator dwujamowy bez przedsionkowego trybu pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową ale ze skutecznym algorytmem minimalizującym odsetek stymulacji prawokomorowej, z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibracyjny), z możliwością zaprogramowania strefy szybkiego częstoskurczu z zakresem do 240bpm i wyżej - nawet 300bpm, w której działają wszystkie algorytmy (zamiast FVT w strefie VF i VT)?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT-D z możliwością zaprogramowania strefy szybkiego częstoskurczu z zakresem do 240bpm i wyżej - nawet 300bpm, w której działają wszystkie algorytmy (zamiast FVT w strefie VF i VT), z 2 kolejnymi, możliwymi do zaprogramowania sekwencjami terapii ATP zamiast automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP, z automatyczną sygnalizacją ERI i uszkodzenia elektrody w postaci sygnału wibracyjnego, z elektrodą do CS i stymulacji przedsionka w opcji bipolar oraz elektrodą LV w opcji czterobiegunowej dającej możliwość wyboru pomiędzy 10 wektorami stymulacji lub bipolarnej - do wyboru?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 dopuści kardiowerter- defibrylator jednojamowy z 6 wyładowaniami w jednej sekwencji?

Odp. Nie – optymalizacja terapii, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający z Zadaniu 9 dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy z 6 wyładowaniami w jednej sekwencji?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści stymulator resynchronizujący z dostępnymi 14 wektorami stymulacji LV, bez dwóch niezależnych sensorów?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

W warunkach udziału w postępowaniu, do warunku III: „złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego” dodaje się następujący wymóg:

- Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt na poziomie 15 % ilości dostaw objętych zamówieniem, w każdym z oferowanych zadań przetargowych .


Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.

W związku z w/w zmianami do SIWZ w projekcie umowy po §1 dodaje się §1a o następującej treści.

§ 1a

Dotyczy składu konsygnacyjnego

1. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca utworzy skład konsygnacyjny w ilości 15 % ogólnej ilości asortymentu objętego niniejszą umową.



2. Wykonawca dostarczy sprzęt wymieniony w ust 1 do Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Zamawiającego, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.
3. Sprzęt medyczny objęty składem konsygnacyjnym jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania asortymentu wyrobów objętych składem konsygnacyjnym w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu.
6. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający przechowuje zgodnie z obowiązującymi materiałami medyczne zasadami, w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą.
7. Zużycie dostarczonego sprzętu jest równoczesne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.
9. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sprzętu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.
10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio wartości sprzętu.
11. Zmiana miejsca użytkowania w/w sprzętu jest możliwa za zgodą Wykonawcy na piśmie.

Przesuwa się termin składania ofert na dzień 17.07.2015. Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

Edward Surmacz