



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1017 ZP/ D/ 586 /2016

Stalowa Wola dnia 28.09 2016r.

.....
.....

dot. składania ofert na zakup i dostawę krążków antybiotykowych i antymykotyków, pasków (typu E – test) nasączone gradientem stężeń antybiotyku wraz z manualnym aplikatorem, testów paskowych do oznaczania lekowrażliwości dla: FUNGUS, HAEMOPHILUS i bakterii BEZTLENOWYCH oraz krążków diagnostycznych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres 12 miesięcy

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do IV opisu :

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuszcza paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra, kartridża z gąbki lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wymaga aby testy oferowane były z trwałego plastiku w celu możliwości ich przechowywania przez okres powyżej 6 miesięcy bez możliwości zawilgocenia?

Odp. Nie jest to warunek konieczny

3. Czy Zamawiający wymaga aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali w 15 dwukrotnych rozcieńczeniach z wartościami pośrednimi ?

Odp. Nie jest to warunek konieczny

4. Czy Zamawiający w pozycji 11 wyłączy produkt Test KPC: Meropenem/meropenem + kw. boronowy ?

Uzasadnienie: Wykonawca w chwili obecnej nie posiada tego produktu w ofercie.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu Carba wykrywającego mechanizmu oporności w tym mechanizm KPC?

Odp. Nie , ale dopuści testu Carba

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia szczepów wzorcowych

Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada możliwości dostarczenia szczepów wzorcowych do laboratorium.

Odp. Nie



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do pakietu 2 manualnego aplikatora do etestów?

Odp. Tak Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do pakietu 2 manualnego aplikatora do etestów

Pakiet nr 3

7. Czy Zamawiający mógłby doprecyzowanie w pozycjach nr 1,2,3 liczbę oznaczeń, ponieważ kolumna 5 nie zawiera żadnych wymaganych ilości?

Odp. poz. 1- 75 oznaczeń / rok , poz.2 – 30 oznaczeń / rok , poz.3 – 20 oznaczeń/ rok

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania do pakietu 2 oraz pakietu 3 wraz z każdą dostawą certyfikatów kontroli jakości, jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie: Na powyższej stronie internetowej znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, instrukcje wykonania testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności, dostępne dla Zamawiającego całodobowo

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników w terminie 72 godzin w dni robocze?

Jeśli nie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników w terminie 48 godzin w dni robocze?

Odp . Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników w terminie 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) , w wyjątkowych sytuacjach w terminie 72 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku)

Pytanie nr 2

U m o w a

1. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę.”?

Odp. Tak

2. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”?

Odp. Tak

3. §10 ust. 1 pkt 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie

4. §10 ust. 1 pkt 1.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie ponieważ przedmiotowy zapis jest powtórzeniem §10 ust. 1 pkt 1. umowy

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powtórnego zapisu w §10 ust. 1 pkt 1.2

8/

5. §10 ust. 1 pkt 1.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odp. Nie

6. §10 ust. 1 pkt 1.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy Wzoru umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§ 6 ust. 1)

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? (§ 8)

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 8)

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT

4. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 8)

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? (§ 10 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.4)

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów (§ 10 ust.1 pkt 1.3):

„W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości NETTO wynagrodzenia za niezrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki w dostawie.”?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 10)

Odp. Nie

Pytania nr 4

1. Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odp. Tak

2. Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający mając na uwadze jakość wykonywanych oznaczeń lekowrażliwości wymaga dostarczenia do oferty przetargowej pisma producenta krążków potwierdzającego zakres stężenia antybiotyku na krążku w przedziale 90 – 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA?.

Procent wysycenia bibułowego krążka antybiotykiem przekłada się bezpośrednio na wielkość strefy zahamowania wzrostu wokół krążka, a tym samym na interpretację lekowrażliwości oraz wiarygodność wydawanego wyniku badania przez laboratorium.

Odp. Tak



3. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia manualnego aplikatora?

Odp. Tak

4. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pasków nasączonych gradientem stężeń na nośniku bibułowym.

Oferowane paski zostały sprawdzone w Krajowym Ośrodku Referencyjnym Ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i uzyskały porównywalne wyniki z paskami plastikowymi. Ponadto firma posiada niezależne publikacje, które wskazują, że używanie pasków bibułowych, w szczególności do oznaczania mechanizmów oporności daje lepsze rezultaty niż używanie pasków plastikowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza paski nasączone gradientem stężeń na nośniku bibułowym .

5. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia . Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach i formularzach cenowych .

Z poważaniem

DYREKTOR SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz