



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/ 1310 ZP/2016/ 11 /2017

Stalowa Wola dnia 13.01.2017 r.

### Wszyscy zainteresowani

dot. :przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatu angiograficznego w formie leasingu finansowego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2016/S 230-418988 w dniu 29/11/2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

#### Pytanie nr 1.

#### Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ pkt 11.2

Zamawiający wymaga:

Parametr	Parametr graniczny	Punktacja
UPS bezprzewodowo podtrzymujący fluoroskopię i ruchy ramienia przez min. 10 min w przypadku awarii zasilania bez konieczności restartu systemu	Tak. Podać [cm]	Bez oceny punktowej

Wnosimy o wyjaśnienie omyłki pisarskiej poprzez zmianę słowa „bezprzewodowo” na „bezprzerwowo” zgodnie z propozycją w pytaniu 131 z dnia 2017-01-03. W rzeczywistości nie ma rozwiązania umożliwiającego bezprzewodowe zasilanie urządzeń typu angiograf. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametr na:

Parametr	Parametr graniczny	Punktacja
UPS bezprzerwowo podtrzymujący fluoroskopię i ruchy ramienia przez min. 10 min w przypadku awarii zasilania bez konieczności restartu systemu	Tak. Podać [cm]	Bez oceny punktowej

Taki zapis uniemożliwia żadnej z firm na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

**Odp. Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej poprzez zmianę słowa „bezprzewodowo” na „bezprzerwowo”**

**Zamawiający poprawia omyłkę w punkcie 2.5 w parametrach podane w nawiasie (o/s) powinno być tylko stopni nie na sekundę czyli (o).**

**W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieści na stronie zmieniony Załącznik nr 3**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Surma



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
www.szpital-stw.com