



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/875 ZP/ 553 /2016

Stalowa Wola dnia 01.09.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : Cykliczne dostawy igieł dializacyjnych tętnicznych, opatrunków typu „Pushban” i dializatorów kapilarnych z błoną syntetyczną z dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli nr ogłoszenia 2016/S 146-264372 z dnia 30/07/2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zadanie nr: 2. Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną.

Poz. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator średnioprzepływowo z najnowocześniejszej obecnie na rynku syntetycznej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni **2,0m²**, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie.

Pytanie nr 2

Zadanie nr: 2. Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną.

Poz. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator średnioprzepływowo z najnowocześniejszej obecnie na rynku syntetycznej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni **2,2m²**, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie.

Pytanie nr 3

Zadanie nr: 2. Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną.

Poz. Nr 2.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator wysokoprzepływowo z najnowocześniejszej obecnie na rynku syntetycznej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni **2,0m²**, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie.

Pytanie nr 4

Zadanie nr: 2. Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną.

Poz. Nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator wysokoprzepływowo z najnowocześniejszej obecnie na rynku syntetycznej błoną polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni **2,2m²**, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie.

Pytanie nr 5

Zadanie 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp. Nie.

Pytanie nr 6

Zadanie 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 38 x 72 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Komsa