



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/723 ZP/490 /2016

Stalowa Wola dnia 18.07.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : dostawy aparatu USG trzygłowicowego i aparatu USG czterogłowicowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 118537 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie warunków płatności, które z wymienionych należy wziąć pod uwagę:

Formularz ofertowy – załącznik nr 9 w pkt 2.

I rata – w kwocie odpowiadającej 70% wartości oferty w terminie 30 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę

II rata – w kwocie odpowiadającej 15% wartości oferty w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I

III rata – w kwocie odpowiadającej 15% wartości oferty w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu płatności raty II

Wzór umowy § 7 pkt 1. – załącznik nr 8

I rata - w terminie 60 dni licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę

II rata – w terminie 60 dni licząc od upływu terminu płatności raty I

III rata – w terminie 60 dni licząc od upływu terminu płatności raty II

Odp. Sprostowanie z dnia 07.07.2016 r.

Pytanie nr 2.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 8:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał w oferowanym ultrasonografie monitora o przekątnej 19cali, oraz o polu zajmowanym przez obraz USG (bez elementów opisowych) o wartości ponad 54%. Powiększenie pola obrazowania zdecydowanie poprawi możliwość diagnostyczną. Zwłaszcza, że w drugim ultrasonografie taki rozmiar przekątnej jest wymagany.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 3.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 11:

Czy zamawiający dopuści aby w oferowanym ultrasonografie była możliwość regulowania wysokości Pulpitu o w wartości 14cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza .



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Pytanie nr 4.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 12:

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf bez możliwości regulacji obrotu konsoli? Aparat oferowany posiada lekką konstrukcję na 4 kołach skrętnych umożliwiającą pełną ergonomię pracy.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 5.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 19:

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający tryb pracy 2D z maksymalną częstotliwością odświeżania (Frame Rate) min 500 Hz ? Akceptacja z Państwa strony pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 6.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 19:

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min. 2700 obrazów. Pragniemy zauważyć, że taka wartość jest wystarczająca do wykonania w pełni diagnostycznego badania. Akceptacja z Państwa strony pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 7.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 19:

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min 3,8 m/s.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 8.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 19:

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-20 mm.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 9.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 19:

Czy zamawiający będzie wymagał maksymalnej wartości prędkości dla Dopplera PWD przy zerowym kącie korekcji min 10m/s, wartość ta pozwoli obrazowa szybsze przepływy co pozwoli poprawi jakość diagnostyczną badania.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 10.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 20:

Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnego uzyskania (w czasie rzeczywistym) spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich, naszym zdaniem jest to funkcja nie wykorzystywana w codziennej praktyce - przeważnie używa się tylko jednej bramki dopplerowskiej do uzyskania spektrum. Pozostawienie obecnego zapisu znacznie ogranicza nam możliwość złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza jedną bramkę dopplerowską do uzyskania spektrum .

Pytanie nr 11.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 23:

Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min. 10 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujących na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów. Pragniemy zauważyć że, odświeżanie obrazu przy tej ilości kątów jest bardzo niskie i obraz "zwalnia". *Proponujemy w oferowanym aparacie 3 kąty nadawania które w połączeniu z wieloczęstotliwościową i techniką preprocesingową "Precision Imaging" z 6 ustawieniami, nie powoduje spowalniania obrazu a zwiększa kontrast i rozdzielczość.*

Odp. Zamawiający dopuści w oferowanym aparacie 3 kąty nadawania które w połączeniu z wieloczęstotliwościową i techniką preprocesingową "Precision Imaging" z 6 ustawieniami.

Pytanie nr 12.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 32:

Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał możliwość uzyskania sekwencji CineLoop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji CineLoop jednocześnie na jednym obrazie, firma TOSHIBA w oferowanym aparacie proponuje uzyskanie danego wymogu po naciśnięciu jednego przycisku używając zapisanych 4 dowolnych pętli z archiwum, daje to większą swobodę działania.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 13.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 53:

Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o głowicę microconvex min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 80 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 8 pasma częstotliwości. Oferujemy również głowicę microconvex min. 3,0-9,0 MHz, min 190 elementów, kąt skanowania min. 65 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 6 pasma częstotliwości. Prosimy o zaakceptowanie w/w parametrów głowicy, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 14.

dot. SIWZ rozdz. II Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 54:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę która posiada znacznie szerszy (większy) kąt pola obrazowania o wartości min. 150st. /150st. Pozytywna odpowiedź na powyższe polepszy diagnostykę obrazowania co zwiększy komfort osoby przeprowadzającej badanie?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza .

Pytanie nr 15.

dot. SIWZ rozdz. I Formularz oferty (załącznik nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 2 SIWZ) 3:

Zamawiający wymaga:

„- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godziny tj godz., w dni robocze”

Wnosimy o doprecyzowanie w/w zapisu „o ile nie wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – czas usunięcia usterki i wykonania napraw związanych z wymianą części zamiennych sprowadzonych z zagranicy maksymalnie 96 godzin”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz