



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/723 ZP/ 486 /2016

Stalowa Wola dnia 13.07.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : dostawy aparatu USG trzygłowicowego i aparatu USG czterogłowicowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 118537 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

Zamawiający w tabeli pierwszej dotyczącej potwierdzenia danych technicznych przez producenta trzygłowicowego aparatu USG zmienia treść pkt. 58 i 59 :

jest:

| | Wymagane parametry i warunki dla trzygłowicowego aparatu USG | Parametry wymagane | Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
|----|--|--------------------|-----------|--|
| 58 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK | | |
| 59 | Konfiguracja wymiany danych z systemem archiwizacji danych Aqua Impax w cenie sprzętu | TAK | | |

Zmienia się na:

| | Wymagane parametry i warunki dla trzygłowicowego aparatu USG | Parametry wymagane | Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
|----|---|--------------------|-----------|--|
| 58 | Komunikacja z PACS zgodnie ze standardem DICOM 3,0 (z obsługą modalności Dicom Storage, Dicom print, Worklist, Structures Report) | TAK | | |

8



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



4

| | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 59 | Konfiguracja komunikacji z PACS firmy Agfa (funkcjonującym w szpitalu) w ramach instalacji w cenie sprzętu w zakresie z pkt 58. | TAK | | |
|----|---|-----|--|--|

Zamawiający w tabeli drugiej dotyczącej potwierdzenia danych technicznych przez producenta czterogłowicowego aparatu USG zmienia treść pkt. 69 i 70 :

jest:

| | Wymagane parametry i warunki dla trygłowicowego aparatu USG | Parametry wymagane | Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
|----|--|--------------------|-----------|--|
| 69 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK | | |
| 70 | Konfiguracja wymiany danych z systemem archiwizacji danych Aqua Impax w cenie sprzętu | TAK | | |

Zmienia się na:

| | Wymagane parametry i warunki dla trygłowicowego aparatu USG | Parametry wymagane | Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
|----|---|--------------------|-----------|--|
| 69 | Komunikacja z PACS zgodnie ze standardem DICOM 3,0 (z obsługą modalności Dicom Storage, Dicom print, Worklist, Structures Report) | TAK | | |
| 70 | Konfiguracja komunikacji z PACS firmy Agfa (funkcjonującym w szpitalu) w ramach instalacji w cenie sprzętu w zakresie z pkt 69. | TAK | | |

SV

Koryguje się omyłkę w zapisie Rozdz. III pkt VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów ppkt.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

jest:

Wojciech Gutowski - Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego (merytoryka)

winno być:

Wojciech Gutowski -Kierownik Pracowni Diagnostyczno Obrazowej (merytoryka)

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2016 r . Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Sarmacz

SV