



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/770 ZP/491 /2016

Stalowa Wola dnia 20.07.2016 r.

**Wszyscy zainteresowani**

dot. : realizacji w trybie projektuj i buduj, zadania pn.: Roboty budowlane - wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezyjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  
Numer ogłoszenia: 117937 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

**Pytanie nr 1.**

Uprzejmie prosimy o informację, czy cenę za materiały eksploatacyjne zaproponowanych urządzeń instalacji gazów medycznych należy uwzględnić w ofercie.

**Odp. Kształtowanie ceny urządzeń instalacji gazowych należy do Wykonawcy .  
Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy gotowy przedmiot zamówienia .**

**Pytanie nr 2.**

**Załącznik nr 2.A do SIWZ**

**Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT – 1 kpl.**

Pkt nr 6

Czy Zamawiający dopuści kolumnę o zasięgu całkowitym mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 120 cm (stosunek długości ramion 1:1 ) ?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 3.**

**Załącznik nr 2.B do SIWZ**

**Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – 10 kpl.**

Pkt nr 8 i Pkt nr 9

Czy Zamawiający dopuści kolumnę - strona aparaturowa i strona infuzyjna - o zasięgu całkowitym mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 120 cm (stosunek długości ramion każdej ze stron: 1:1 ) ?

**Odp. Nie , Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 4.**

**Załącznik nr 2.B do SIWZ**

**Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – 10 kpl.**

Pkt 14



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



*[Handwritten signature]*

Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której głowica strony aparaturowej wyposażona jest w 6 bolców ekwipotencjalnych ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5.**

**Załącznik nr 2.B do SIWZ**

**Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – 10 kpl.**

Pkt 23

Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której głowica strony infuzyjnej wyposażona jest w 2 poziome szyny montażowe o długości 40 cm i udźwigu 25 kg ?

**Odp. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 6.**

**Dotyczy pkt 40 tabeli Zestawienia parametrów – Załącznika nr 2 B do SIWZ w zakresie kolumn podwójnych (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl - 10**

Wnosimy o rezygnację z wymogu przedstawionego w pkt 40 ww. tabeli [„Warunki dodatkowe”].

Ad. pkt 40

Postawiony przez Zamawiającego w przedmiotowym punkcie tabeli warunek dodatkowy stanowi *de facto* opis oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia. W intencji Zamawiającego od spełnienia tego warunku uzależniony jest udział danego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że Ustawodawca jednoznacznie nałożył na zamawiającego obowiązek opisu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do właściwości podmiotowej wykonawcy (od których spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej: „ustawa PZP”, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7, art. 48 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP), o ile oczywiście taki opis jest dokonywany przez zamawiającego. Niezaprzeczalnie Zamawiający był zatem obowiązany wskazać warunki udziału w postępowaniu i dokonać opisu oceny spełniania tych warunków już **w ogłoszeniu o zamówieniu** (oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Ogłoszenie to powinno zawierać także oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków. W przypadku, kiedy Zamawiający nie zażądał złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów zgodnie z wymogami ww. ustawy, oczywistym jest, że nie może następnie wykluczyć wykonawcy z powodu niewykazania spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP).

Co za tym idzie, tylko Zamawiający, który dokonał opisu i poinformował o nim w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest następnie nim związany przy dokonywaniu oceny prawidłowości czynności zamawiającego związanych z kwalifikacją wykonawcy do udziału w postępowaniu (nie może bowiem podejmować decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców).

Od warunków podmiotowych (określonych w art. art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy PZP) należy nadto odróżnić warunki przedmiotowe, a więc odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Niespełnienie tych pierwszych skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Te drugie odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne, a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Nie można przy tym odrzucić oferty z powodu niespełniania warunków podmiotowych (ofertę uznaje się za odrzuconą) i odwrotnie, nie można

wykluczyć wykonawcy z powodu niespełniania warunków przedmiotowych. Właściwości wykonawcy nie mogą być już brane pod uwagę przy ocenie ofert, zatem ww. wymóg nie powinien znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia – Zestawieniu parametrów.

Co więcej, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy PZP opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opisane przez zamawiającego warunki powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców, czy do wykluczenia uczestnictwa w postępowaniu wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Opisując warunki udziału w postępowaniu zamawiający nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji i ograniczać dostępu do zamówienia ponad miarę, tzn. wyjść poza ich niezbędne minimum uzasadnione rodzajem i zakresem przedmiotu zamówienia (KIO/UZP 522/09). W wyroku KIO/UZP 434/09 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(...) warunki udziału w postępowaniu winny być formułowane w sposób odpowiadający wielkości, charakterowi, złożoności oraz rodzajowi przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem.”. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), dokumenty mają jedynie potwierdzać należyte wykonanie – w tym przypadku robót. Jako że celem jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania robót, nie ma konieczności wskazywania w treści oferty zakresu wykonanych dostaw. Nieuzasadnionym jest zatem żądanie od wykonawcy, aby w dokumentach zawarto np. wykaz zrealizowanych dostaw (ilość zamontowanych kolumn) wraz z wykazem użytkowników, u których były one zainstalowane, jako coś więcej niż tylko potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem są przecież roboty budowlane nie dostawy oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały już przez Zamawiającego określone w rozdz. III SIWZ [INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW] pkt I. oraz w sekcji III.3) ogłoszenia o zamówieniu.

Postawienie ww. warunku udziału dotyczącego dostaw kolumn anestezyjologicznych, które to dostawy nie stanowią głównego przedmiotu zamówienia, jest zatem rażąco sprzeczne z wymogami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jak i z przepisami ustawy PZP.

Na marginesie całego wywodu warto zauważyć również, że postawiony przez Państwa wymóg ograniczający obszar geograficzny jako miejsce wykonania dostaw (użytkownicy z terenu Polski), prowadzi do ustalenia nieproporcjonalnego i utrudniającego konkurencję opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę Krajowej Izby odwoławczej z dnia 20 marca 2012 r., z której wynika, że **wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia sformułowany w sposób ograniczający możliwość wykazania się przez wykonawcę określonym doświadczeniem może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców** (sygn. akt KIO/KD 29/12). Zgodnie z wykładnią przepisów zaprezentowaną w ww. uchwale, KIO uznała, że nie jest dopuszczalne ograniczanie obszaru geograficznego, gdzie uzyskane zostało doświadczenie, w celu zagwarantowania spełniania przez przedmiot zamówienia konkretnych parametrów. Jak wskazała KIO, jeśli zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia będzie spełniał określone wymogi i normy techniczne określone np. w prawie polskim (lub/i unijnym), powinien wymienić konkretne przepisy, które określają te parametry.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest wykreślenie ww. pkt.

Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od wymogu prezentacji u Zamawiającego produktu tożsamego z urządzeniem opisanym w tabeli technicznej z uwagi na fakt że tego typu urządzenia są produkowane na indywidualne zamówienie i żaden producent nie posiada stanów magazynowych kolumn jako gotowych produktów. Wyprodukowanie pokazowej kolumny pod dane zamówienie oraz wykonanie montażu i demontażu przez wykwalifikowany personel w terminie 14 dni jest niemożliwe i będzie wpływało na nieuzasadnione podniesienie całościowej oferty.

**Odp. Warunki podane w Załączniku 2 B do SIWZ – tabelka Zestawienie parametrów – Kolumny podwójne ( tandem) na sale intensywnej terapii OAiIT –kpl. 10 , nie należy traktować jako opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, którego nie spełnienie będzie postawą do ewentualnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu . Wymóg ten będzie mógł służyć pomocniczo Zamawiającemu tylko przy ocenie oferowanych kolumn pod względem spełnienia określonych przez Zamawiającego parametrów. Wykonawca podając żądane informacje nie musi ograniczać się tylko do lokalizacji, w których Wykonawca zainstalował kolumny , ale może podać lokalizacje tego typu/ rodzaju kolumn , które były zainstalowane czy też dostarczane , na terenie Polski , przez różnych wykonawców .**

**Spełnieniem tego warunku będzie też zaprezentowanie typu / rodzaju kolumny, który jest zawarty w ofercie przetargowej , w siedzibie Zamawiającego , poprzez tymczasowe powieszenie wyrobu , we wskazanym pomieszczeniu , bez podłączania go do instalacji ,w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.**

**Pytanie nr 7.**

**Dotyczy § 7 ust. 4 lit. f) wzoru umowy o zamówienie publiczne nr 770 ZP/2016 - Załącznika nr 11 do SIWZ**

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu z uwagi na to, że w świetle ustawy PZP, aktualne jego brzmienie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Określenie przez Zamawiającego wymagań w stosunku do podwykonawcy, odpowiadających (nawet jeżeli tylko proporcjonalnie) wymaganiom stawianym wykonawcy stoi w sprzeczności z art. 26 ust. 2b. ustawy PZP. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu wykonawca może polegać m. in. na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nimi stosunków, a co za tym idzie, to nadal na wykonawcy, nie zaś na podwykonawcy, spoczywa obowiązek wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu w postaci: posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, dysponowania personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie umowy, kwalifikacjami do wykonywania określonej czynności. Wykonawca zobowiązany jest w tej sytuacji jedynie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, np. poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podwykonawcy do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Alternatywnie, w przypadku gdy Zamawiający postanowi pozostawić przedmiotowy zapis we wzorze umowy, wnosimy o wyłączenie umów poddostawczych, których przedmiotem są dostawy z zakresu wymagań dotyczących umów podwykonawczych wyznaczonego przedmiotowym zapisem wzoru umowy przez wzgląd na odmienny charakter przedmiotu tychże umów (dostawy) w odniesieniu do głównego przedmiotu zamówienia (robota budowlana), poprzez wprowadzenie stosownej modyfikacji w treści SIWZ, zgodnie z brzmieniem zaproponowanym poniżej:

*„Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca **robot budowlanych** musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi*



*prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy w zakresie robót budowlanych, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będą stanowiły załącznik do tej umowy”.*

Obecna treść tego zapisu jest bowiem sprzeczna z postanowieniami ustawy PZP. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11) ustawy PZP specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zawiera wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił we wzorze umowy – załączniku nr 11 do SIWZ wymagania w stosunku do treści umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jednocześnie powinien był jednak zaznaczyć, iż wymagania te nie odnoszą się do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, w stosunku do których (zgodnie z ustawą PZP) Zamawiający, zapoznawszy się z treścią zawartej umowy po uzyskaniu jej kopii, może jedynie wezwać wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, gdy przewidziany w umowie termin wykracza ponad ustawowy termin 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy lub usługi. Mając na uwadze powyższą argumentację, wnosimy jak na wstępie.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy umowy .**

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o potwierdzenie, że instalację gazów medycznych należy wykonać tylko na poziomie I piętra dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

**Odp. Potwierdzamy. Instalację gazów medycznych należy wykonać tylko na poziomie I piętra dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.**

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o potwierdzenie, że dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy wykonać tylko instalację tlenu, sprężonego powietrza i próżni.

**Odp. Potwierdzamy. Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy wykonać tylko instalację tlenu, sprężonego powietrza AIR 05 i próżni.**

**Pytanie nr 10.**

Prosimy o potwierdzenie, że pion gazów medycznych dla zasilanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest istniejący.

**Odp. Potwierdzamy. Pion gazów medycznych dla zasilania OAiIT jest wykonany i odejście na kondygnacji zakończone jest zaworami odcinającymi.**

**Pytanie nr 11.**

Prosimy o potwierdzenie, że instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z projektem z dnia 08.2015 pt. Rzut I piętra Instalacje gazów medycznych (nr rys. 11).

**Odp. Potwierdzamy.**

**Pytanie nr 12.**

Prosimy o potwierdzenie, że instalację z projektu z dnia 08.2015 pt. Rzut I piętra Instalacje gazów medycznych (nr rys. 11) należy wykonać w całości.

**Odp. Potwierdzamy. Instalację gazów medycznych z projektu z sierpnia 2015 roku należy wykonać w całości.**

**Pytanie nr 13.**

Jeżeli instalacja z projektu z dnia 08.2015 pt. Rzut I piętra Instalacje gazów medycznych (nr rys. 11)

nie została wykonana w całości prosimy o informację, jaki zakres pozostał do wykonania.

**Odp. Należy wykonać cały zakres z projektu z sierpnia 2015 roku.**

**Pytanie nr 14.**

W opisie do projektu instalacji gazów medycznych w zakresie prac znajduje się informacja o konieczności zainstalowania osuszaczy adsorpcyjnych w istniejącej sprężarkowni. Czy zakres ten należy wycenić w ramach przedmiotowego postępowania?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 15.**

Jeżeli należy zainstalować osuszacze adsorpcyjne w istniejącej sprężarkowni prosimy o informację jaką ilość osuszaczy należy zamontować oraz jaką wydajność ma mieć każdy z osuszaczy.

**Odp. Należy zamontować - wymienić istniejące dwa osuszacze chłodnicze o wydajności ~110 m<sup>3</sup>/h każdy na nowe o identycznej wydajności spełniające obowiązujące przepisy.**

**Pytanie nr 16.**

Prosimy o podanie ilości sprężarek, ich mocy oraz wydajności przy ciśnieniu roboczym sieci w stacji sprężarek, którą należy wyposażyć w osuszacze adsorpcyjne.

**Odp. W stacji sprężonego powietrza znajduje się dwie sprężarki Firmy AIRPOL, typ AIRPOL 7 o mocy 7,5 kW każda i wydajności 55 m<sup>3</sup>/h.**

**Pytanie nr 17.**

Czy punkty poboru gazów medycznych w gabinecie zabiegowym 1.90 są istniejące?

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 18.**

Czy strefowe zespoły kontroli gazów medycznych oznaczone na projekcie jako SZK są wykonane?

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 19.**

Czy sygnalizatory stanu gazów oznaczone na projekcie jako M6G są wykonane?

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 20.**

**DOTYCZY Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1**

Pkt 6 tabeli - Czy Zamawiający dopuści zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynoszący 145 cm (850 + 600 mm) ?

**Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 21.**

**DOTYCZY Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1**

Pkt 7 tabeli – czy Zamawiający dopuści zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskiem na półce.

**Odp. Jeśli jest to dodatkowy przycisk zwalnający blokadę Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 22.**

**DOTYCZY Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1**

Pkt 15 tabeli – Czy Zamawiający dopuści kolumny, które mają możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) do szyn pionowych i do szyn, które są przy półkach a nie bezpośrednio do kolumny (głowicy) ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia wyłącznie w przypadku wysięgników, uchwytów, koszyków.**

**Pytanie nr 23.**

**DOTYCZY Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pkt 8 tabeli – czy Zamawiający dopuści zasięg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynoszący 145 cm. (850+600 mm) ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 24.**

**DOTYCZY Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pkt 9 tabeli - czy Zamawiający dopuści zasięg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynoszący 145 cm. (850+600 mm) ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 25.**

**DOTYCZY Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pkt 10 tabeli - czy Zamawiający dopuści zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskiem na półce.

**Odp. Jeśli jest to dodatkowy przycisk zwalnający blokadę Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 26.**

**DOTYCZY Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pkt 11 tabeli – Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady pneumatycznej, umieszczone na półce od strony frontowej ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 27.**

**DOTYCZY Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10**

Pkt 20 tabeli - Czy Zamawiający dopuści kolumny, które mają możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) do szyn pionowych i do szyn, które są przy półkach a nie bezpośrednio do kolumny (głowicy) ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia wyłącznie w przypadku wysięgników, uchwytów, koszyków.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

*mgr inż. Antoni Bochnak*