



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/2 /2016 / 452

Stalowa Wola dnia 24.06.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : Zapytania ofertowego nr 2/2012 w sprawie zakupu kardiografów dla ciąży bliźniaczej, wózka do KTG oraz detektora tętna.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania :

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga minimum 1 aparatu ktg, który będzie spełniał wymogi zawarte w – Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, położu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych **m.in. / a zwłaszcza punkt V – strona 13 ?**

Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający rozumie ostatnie 3 punkty szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: współpracy z systemami centralnego monitorowania, komputerową analizę zapisu ktg, możliwość zastosowania systemu do archiwizacji i przeglądu jako opcję, ewentualność rozbudowy, do stacji nadzoru okołoporodowego do której 2 zaoferowane aparaty ktg muszą mieć możliwość podłączenia w przyszłości ?

Odp. Tak

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 1 aparatu ktg z wbudowaną analizą komputerową zapisów ktg?

Odp. Tak

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści aparat z drukarką termiczną o innej rozdzielczości niż w opisie przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Pytanie nr 5.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu granic alarmu wysokiego tętna. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska (wartość końcowa zakresu jest mniejsza od wartości początkowej) ?

Odp. Poprawiamy omyłkę: zakres alarmu wysokiego tętna powinien wynosić 150 ÷ 200 bpm

Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Komsa

