



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/ 1020 ZP/2017

Stalowa Wola dnia 10.11.2017 r.

**Wszyscy zainteresowani  
Postępowaniem przetargowym  
Spr. 1020 ZP/ 2017**

**dot. przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D, CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ogłoszonego w Dzienniku UE pod numerem 2017/S 193-395577 dnia 07/10/2017**

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

**Pytanie nr 1.**

Zadanie nr 12-Stymulator resynchronizujący z podwójnym CRT-P przeznaczony do możliwości skanowania w środowisku MRI

Lp. 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez dostępnego trybu stymulacji DDT ale z dostępnymi trybami stałymi: DDD(R)-DDI(R)-VDD(R)-VVI(R)-AAI(R)-DOO-VOOAOO-Off, oraz czasowymi: DDD-DDI-VDD-VVI-AAI-DOO-VOO-AOO-Off?

Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykorzystania jednego sensora opartego na funkcji Motion-Based Pacing związanego z aktywnością fizyczną pacjenta i generujący sygnał elektroniczny proporcjonalny do nasilenia ruchów ciała?

**Odp: Nie**

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 8 do SIWZ (umowa o zamówienie publiczne nr 1020 ZP/2017) poprzez nadanie par. 3 ust. 2 umowy następującego brzmienia: „Sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszej umowy jest własnością Wykonawcy do chwili jego wykorzystania lub zużycia przez Zamawiającego. Sprzęt uznany będzie za zużyty lub wykorzystany w momencie jego pobrania z podmagazynu.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji.**

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 8 do SIWZ (umowa o zamówienie publiczne nr 1020 ZP/2017) poprzez nadanie par. 2 ust. 10 umowy następującego brzmienia: „W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych, jednak nie częściej niż 2 razy w miesiącu, Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.”



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji.**

**Pytanie nr 4.**

**do zadania nr 11, l.p. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora resynchronizującego CRT-D z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów w strefie VF? Kardiowerter defibrylator CRT-D nie posiada możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF.

**Odp. Tak, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 5.**

**do zadania nr 11, l.p. 16**

Zwracamy się z prośbą o podanie punktacji parametru ocenianego l.p. 16.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia że parametr w zadaniu 11 l.p. 16 jest parametrem bezwzględnie wymaganym, nie podlega ocenie punktowej.**

**Pytanie nr 6.**

**do umowy**

Czy Zamawiający na etapie realizacji niniejszej umowy wyrazi zgodę na ewentualną zmianę asortymentu w ramach przedmiotu do wysokości wartości tej umowy?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje dokonywania tego rodzaju modyfikacji.**

**Pytanie nr 7.**

**do umowy**

Czy Zamawiający może doprecyzować następujący zapis w § 3: „Wykonawca dostarczy sondy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy w ilości odpowiadającej 15% sztuk do Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu”?

**Odp. W ocenie Zamawiającego przywołany powyżej zapis jest precyzyjny. Zadający pytanie nie wskazał co budzi jego wątpliwości.**

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści urządzenie CRT dopuszczone do badań MRI do 1,5T, bez stref wykluczeń, niedopuszczone do badań MRI 3T?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający w zadaniu 10 (pozycja 16) dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

CRT-D z możliwością zaprogramowania strefy szybkiego częstoskurczu z zakresem do 240bpm i wyżej - nawet 300bpm, w której działają wszystkie algorytmy (zamiast FVT w strefie VF i VT)?

**Odp. Tak, pozostałe parametry bez zmian.**

### Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści (pozycja 18) kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-Dez automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii, które w zamian posiada algorytmy każdorazowo potwierdzające automatycznie strefę / rodzaj arytmii przed dostarczeniem terapii?

**Odp. Nie**

### Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający w zadaniu 10 (pozycja 24 i 25) dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D automatycznie sygnalizujący ERI i uszkodzenie elektrody pod postacią wibracji, zamiast sygnału dźwiękowego?

**Odp. Nie**

### Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający w zadaniu 10 (pozycja 37) dopuści elektrody do CS bipolarne lub 4-połowe, z możliwością zaprogramowania wektorów LV tip to RV coil, LV Ring to RV coil (zamiast wektora unipolarnego)?

**Odp. Nie**

### Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający w zadaniu 10 (pozycja 38) dopuści jedynie elektrody stymulujące bipolarne?

**Odp. Tak, pozostałe parametry bez zmian.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DIREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
*Edward Sarmacz*



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



