



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1232 ZP/ 498 /2018

Stalowa Wola dnia 13.11.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: postępowania przetargowego na „Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespołów kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 200-453795 w dniu 17.10.2018r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2018r. poz.1986) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

dot. Rozdziału VII, pkt. 4 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy podany w ww. rozdziale minimalny – 3 letni – okres sterylności oferowanych implantów dotyczy implantów dostarczanych w ramach utworzonego depozytu (zadania 1, 2), czy także implantów dostarczanych sukcesywnie (zadania 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)?

Jeśli tak, to prosimy o zmianę wymaganego okresu sterylności dla zadań 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – tj. produktów dostarczanych każdorazowo na zamówienie do: minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy i potwierdzenia odbioru.

Odp. Dotyczy implantów dostarczonych, jako depozyt (zadania 1, 2). Forma pakowania sterylna.

Pytanie nr 2.

dot. Rozdziału XV, pkt. 11 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy mając na uwadze odpowiedź Departamentu Prawnego – Urzędu Zamówień Publicznych (patrz w załączeniu), Zamawiający dopuści możliwość złożenia pełnomocnictwa (w tym do złożenia JEDZ-a) w formie papierowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 3.

DYREKTOR SP ZZO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Do pakietu numer 9

Dot.pkt.2. Czy Zamawiający dopuści wymienne dostarczenie kapturew Flyte zamiast T5 w momencie zaprzestania ich produkcji, który planowany jest na koniec rok 2020?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zaoferowanych w ofercie cen i warunków dostawy.

Pytanie nr 4.

Pytanie dot. Zadania 2 (proteza stawu biodrowego)

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pozycji 1-15 pakietu dla alternatywnego rozwiązania składającego się z:

- Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14
- Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.
- Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki.
- Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm

W proponowanym rozwiązaniu, z racji konstrukcji panewka jest zintegrowana z wkładem, wobec czego w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania prosimy o dopuszczenie możliwości nie wyceniania poz. 6,10,11.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

Pytanie nr 5.

„Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 980/18 i KIO 983/18), w którym KIO potwierdziła dotychczasowe stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że „niedopuszczalne jest również kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego (...) kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody”, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie kar umownych określonych w par. 10 o 50%?”

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 3 ust. 2 wzoru umowy na następujące:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

„Zamawiający nabywa własność sprzętu medycznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w chwili jego wykorzystania lub zużycia. Sprzęt uznany będzie za zużyty lub wykorzystany w momencie jego pobrania z podmagazynu”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6.

Dot. wzoru umowy- zał. nr 7 do SIWZ – §10 ust.5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „nienależyte wykonanie umowy? Czy może to być zwłoka w dostawie zamówionej partii towaru. Jeżeli tak to wysokość kary umownej w przypadku zaistnienia takiej sytuacji została już wskazana w ustępie 2 §10.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że niedostarczenie towaru w terminie jest uregulowane w innym punkcie umowy, Natomiast jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, towarów obarczonych wadami, które nie będą zdatne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem. Nienależyte wykonanie umowy nie jest tożsame z nieterminowym wykonaniem umowy.

Pytanie nr 7.

dot. wzoru umowy – zał. nr 7 do SIWZ - §10 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego ustępu z zapisów §10.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8.

dot. wzoru umowy – zał. nr 7 do SIWZ - §10 ust. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie wysokości kary umownej w w/w ustępach do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, kary zostały zmniejszone zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 4, poz. 1, 2, 3, 4 - Z uwagi na różnorodność posiadanego asortymentu do każdej pozycji wymaganej przez Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie parametrów akcesoriów z zadania nr 4. W celu ułatwienia wyboru w załączeniu przekazujemy karty katalogowe oferowanego przez nas asortymentu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wyboru elementów instrumentarium Zamawiający dokona po podpisaniu umowy spośród elementów zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Dot. zadanie nr. 1

Czy do przetargu będzie dopuszczony wykonawca, który zaoferuje dostawę implantów kolan z jednym kompletem instrumentarium bez piły, wiertarki oraz ostrzy które są materiałem jednorazowym?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sarmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

