



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1400 I ZP/ 554 /2018

Stalowa Wola dnia 05.12.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: zaproszenia poza ustawą na „Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy”.

Zamawiający uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zaproszenie do składania ofert prowadzone jest poza ustawą (wartość mniejsza niż wyrażona w złotych równoważącą kwotę 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986)). W związku z tym złożenie oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie dotyczy tej sprawy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu ISO 9001:2015.

Pytanie nr 3.

Zadanie 2

A. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o gramaturze 60g/m² oraz wartościach technicznych: zawartości chlorków w wysokości 0,028%, zawartości siarczanów 0,045%,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4.

Zadanie 2

B Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny sterylizacyjnej o gramaturze 57g/m² oraz wartościach technicznych: zawartości chlorków w wysokości 0,024%, zawartości siarczanów 0,086%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 1,65kN/m;



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



SW



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,10kN/m oraz w kierunku poprzecznym o wartości 0,70kN/m; wytrzymałości na przepuklenie 195 kPa

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5.

Zadanie 3

A.2 Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp. Tak

Pytanie nr 6.

Zadanie 3

A.5 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 7.

Zadanie 2, poz. 1-4: czy Zamawiający dopuści papier o zawartości siarczanów 0,034, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8.

Zadanie 2, poz. 4: czy Zamawiający dopuści papier pakowany a100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Proszę o uwzględnienie odpowiedzi na pytania w treści składanych ofert.

Z poważaniem
DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Burmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

