



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1400 I ZP/ 564 /2018

Stalowa Wola dnia 07.12.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: zaproszenia poza ustawą na „Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy”.

Zamawiający uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zadanie 1

A. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawu papierowo-foliowego płaskiego o gramaturze 52g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

B. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawu o poniższym opisie:

System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5.

Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforacje, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminate foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m², zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejenie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia. Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM i EO typ 1. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia. Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną.

Długość rękawów 70m

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Proszę o uwzględnienie odpowiedzi na pytania w treści składanych ofert.

Z poważaniem
z up. **DYREKTORA**

Andrzej Komsa
Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

