



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1400 I ZP/ 560 /2018

Stalowa Wola dnia 06.12.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: zaproszenia poza ustawą na „Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy”.

Zamawiający uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zadanie nr 1, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny rękawa papierowo – foliowego w rozmiarze 400mm x 200, zamiast 380mm x 200 m.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Zadanie nr 1, wymagania dotyczące folii

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wymagania polegającego na: „wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych w kolorze niebieskim lub zielonym”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 1, wymagania dotyczące rękawów

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poz. nr 9 od innego producenta o tych samych lub lepszych parametrach.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 1, część B

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej części do osobnego zadania, ponieważ producentem tego typu rękawów jest tylko firma VP Stericlin i TZMO. Pozostawienie takiej konfiguracji zadania w znacznym stopniu ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty przez innych oferentów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 2, część A, poz. 4



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny opakowań w innej ilości np. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowanej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Zadanie nr 2, części B

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wymagania polegającego na dopuszczeniu włókniny w kolorze niebieskim o gramaturze 57 -66 g.m2

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 7.

Zadanie nr 2, części C, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny torebek posterylizacyjnych w rozmiarze 600 x 750 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Proszę o uwzględnienie odpowiedzi na pytania w treści składanych ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.P88W

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

