



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



III.2.230/ 25 ZP / 18 /2018

Stalowa Wola dnia 07.02.2018 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.: ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 005-006311 w dniu 09/01/2018

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z opisem SIWZ: *Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie: 170 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.* Powyższy termin może zostać uznany za termin nierealny do zrealizowania prac. Obecnie realizowany przez nas blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi w szpitalu w Leżajsku ma zostać wykonany w terminie **300 dni**. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu.

Odp. W związku z realizacją w/w postępowania w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE Zamawiający nie może samodzielnie przedłużyć terminu realizacji.

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie iż uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

Odp. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem posadzki mają zostać z betonu C16/20 zacieranego na gładko, co sugeruje wykonywanie posadzek w technologii posadzki przemysłowej wylewanej na ostro. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie posadzek w technologii jastrychu cementowego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4.

Jakim kolorem mają zostać pomalowane drzwi i ościeżnice, w zestawieniach podane są dwa różne kolory

Odp. Zastosować kolor podany w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Pytanie nr 5.

roszę o określenie grubości styropianu przewidzianego w warstwach podposadzkowych. W przedmiarze oraz w opisie mowa jest o grubości 3cm, natomiast w dokumentacji wpisany jest



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122-PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

styropian 4cm.

Odp. W warstwach podposadzkowych zastosować styropian do podłóg o grubości 3 cm

Pytanie nr 6.

Prosimy o udostępnienie projektu osłon radiologicznych.

Odp. Zamawiający nie posiada projektu osłon radiologicznych zatwierdzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na dostawę wyposażenia medycznego do pomieszczeń Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej. Według wstępnych obliczeń w drzwiach wymagających ochrony radiologicznej należy przyjąć równoważnik ołowiu jak jest wpisany w wykazie stolarki drzwiowej, natomiast w ścianach Zamawiający zakłada zastosowanie ołowiu o grubości 1 plus 0,5 mm. W przypadku konieczności zastosowania innej grubości ołowiu wynikającej z docelowego zatwierdzonego projektu osłon radiologicznych Zamawiający skorzysta z zapisów w umowie zawartych w §15, ust 3 i 4 stosownie zmniejszając lub podwyższając zakres robót i wynagrodzenie.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający przewiduje/ i o ile/ przedłużenie terminu realizacji robót?.

Proponowany przez Zamawiającego termin wykonania 170 dni w stosunku do zakresu robót objętych postępowaniem jest wręcz niemożliwy do spełnienia.

Odp. W związku z realizacją w/w postępowania w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE Zamawiający nie może samodzielnie przedłużyć terminu realizacji.

Pytanie nr 8.

Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści gniazda gazowe, w których:

Pierścień zwalniający jest wykonany z wysoce trwałego i elastycznego tworzywa sztucznego Część podzespołów gniazda wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym, (co gwarantuje wysoką odporność na korozję) Reszta podzespołów wykonana z metalu?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9.

Załącznik nr 7A – pkt 15. i 28.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści gniazda elektryczne z bolcem i wskaźnikiem obecności napięcia bez klapki?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 10.

Załącznik nr 7A Moduły zasilające sufitowe, anestezjologiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie i zmianę punktacji na korzystną w kierunku możliwości zmiany wysokości głowicy kolumny za pomocą silnika elektrycznego jako rozwiązania lepszego?

Odp. Dopuszcza się zmianę wysokości położenia głowicy przy pomocy silnika elektrycznego.

Oferent określi jaki jest maksymalny czas zmiany położenia głowicy. Punktacja pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11.

Załącznik nr 7A Moduły zasilające sufitowe, anestezjologiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w pilota przewodowego i panelu



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 1
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

na kolumnie za pomocą którego realizujemy regulację wysokości głowicy kolumny?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 12.

Załącznik nr 7A Moduły zasilające sufitowe, anestezyjologiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezyjologiczną wyposażoną w głowicę poziomą z pionowymi rurami montażowymi zamocowanymi do spodu głowicy z możliwością montażu na nich szyn akcesoryjnych i półek?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 13.

Załącznik nr 7A Moduły zasilające sufitowe, anestezyjologiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę infuzyjną wyposażoną w głowicę poziomą z pionowymi rurami montażowymi zamocowanymi do spodu głowicy z możliwością montażu na nich szyn akcesoryjnych i półek?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 14.

Załącznik nr 7A Moduły zasilające sufitowe, anestezyjologiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z 2 poziomymi szynami montażowymi zainstalowanymi na rurach pod głowicami?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 15.

Załącznik nr 7B Moduły zasilające sufitowe, chirurgiczne na sale operacyjne – kpl 5

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktowania wymiarów głowicy i uwzględni wymiar 298x280mm?

Odp. Zdanie drugie w punkcie 8 zał. nr 7B, otrzymuje brzmienie: „Wymiary 290 do 298 x 280 do 290 mm (szerokość x głębokość)”.

Pytanie nr 16.

**Załącznik nr 7C Moduły zasilające sufitowe przyłóżkowe na salę wybudzeniową – kpl 3
(1 moduł zawieszony w środku pomiędzy 2-ma łózkami)**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę na salę wybudzeniową wyposażoną w głowicę wyposażoną we wbudowane szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia pozwalające na bezstopniową regulację wysokości, szyny na przedniej i tylnej ścianie głowicy?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 17.

**Załącznik nr 7C Moduły zasilające sufitowe przyłóżkowe na salę wybudzeniową – kpl 3
(1 moduł zawieszony w środku pomiędzy 2-ma łózkami)**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę na salę wybudzeniową z możliwością zamocowania dwóch półek na tej samej wysokości na przeciwległych ścianach głowicy?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 18.

**Załącznik nr 7C Moduły zasilające sufitowe przyłóżkowe na salę wybudzeniową – kpl 3
(1 moduł zawieszony w środku pomiędzy 2-ma łózkami)**



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8403 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę na salę wybudzeniową z szufladami łatwymi w utrzymaniu czystości, gładkimi, bez wystających śrub lub nitów mocujących z opływowymi uchwytami?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 19.

Załącznik nr 7D Moduły medyczne, zasilające, sufitowe na sale zabiegowe pracowni endoskopowej – kpl 3

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktowania wymiarów głowicy i uwzględni wymiar 298x280mm?

Odp. Zdanie drugie w punkcie 9 zał. nr 7D, otrzymuje brzmienie: „Wymiary 290 do 298 x 280 do 290 mm (szerokość x głębokość)”.

Pytanie nr 20.

Załącznik nr 7D Moduły medyczne, zasilające, sufitowe na sale zabiegowe pracowni endoskopowej – kpl 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w szyny montażowe okalające kolumnę z trzech stron montowane na stałe w dolnej części kolumny?

Odp. Dopuszcza się.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wszelkich usterek i awarii (§10 ust 5 wzoru umowy) do 10 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 15 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odp. Nie wyraża się zgody.

Pytanie nr 22.

W razie zgody na powyższe prosimy Zamawiającego aby kary za niedotrzymanie terminu usunięcia usterki lub awarii były liczone od powyższych terminów.

Odp. Nie wyraża się zgody

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 1b wzoru umowy na następujący: „za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości sprzętu wadliwego/który uległ awarii za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcia wad i usterek”?

Odp. W § 12 ust 1b zmienia się treść na następującą:

„za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% (1/10 promila) ceny ofertowej brutto określonej w § 8, ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. Jeśli wady lub usterki dotyczą sprzętu lub aparatury dostarczonej i zmontowanej przez Wykonawcę, w ramach realizacji umowy, to kara umowna wyniesie 500 zł (pięćset zł) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

Pytanie nr 24.

Prosimy o wyjaśnienie jaki typ stropu należy przyjąć w pomieszczeniach 2.52, 2.51, 2.71, 2.80 –



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125677

występują różnicę pomiędzy opisem a rysunkami. W przedmiarze we wszystkich pomieszczeniach policzony jest sufit kasetonowy z płytami z włókien mineralnych.

Odp. Zamawiający przedstawia typy stropów w pomieszczeniach ujętych w pytaniu:

- pom 2.52 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600 x 600 szczelny, higieniczny

- pom 2.51, 2.65 i 2.74 Sufity z kasetonów stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo z konstrukcją z profili.

Zamawiający przedstawia przedmiary robót branży budowlanej dla bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej dla stropów podwieszonych

Stan 3: Sufity podwieszane

Poz. 11. Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

Nr pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2,11	68,93
2,11a	62,07
2,32	73,62
2,02	7,69
Razem	212,31

Poz. 12 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600 x 600 mm, szczelny, higieniczny

Nr pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2,10	8,42
2,12	17,94
2,16	26,93
2,17	17,51
2,18	19,47
2,49	125,89
2,50	33,99
2,52	3,49
2,61	56,97
2,68	11,98
2,76	15,90



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 1
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125677

2,76a	21,74
2,77	13,92
2,81	15,38
Razem	389,53

Poz 13 . Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych GKBI gr 12,5 mm pojedyncze na ruszcie metalowych na stropie o rozstawie profili nośnych 60 cm

Nr pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2,03;	25,60;
2,04;	5,40 ;
2,08;	1,53;
2,09;	3,48;
2,12a;	5,06;
2,13;	4,07;
2,14;	6,69;
2,15;	6,23 ;
2,17a;	2,65;
2,19;	14,35;
2,20;	10,35;
2,20a;	6,06;
2,21;	8,35 ;
2,22;	10,95;
2,22a;	4,57;
2,23;	5,81;
2,24;	4,01;
2,25;	8,99
2,26;	13,30
2,27;	9,04
2,28;	3,22
2,29;	4,40



tel.: 15 8423 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125677

2,30;	19,37
2,33;	6,46
2,34;	16,87
2,35;	13,70
2,35a;	4,80
2,36;	12,90
2,37;	10,21
2,38;	14,13
2,39;	13,99
2,40;	17,37
2,41;	8,03
2,42;	6,85
2,43;	8,36
2,44;	14,01
2,45;	26,06
2,46;	10,17
2,47;	6,24
2,48;	4,27
2,58;	7,77
2,59;	3,19
2,60;	1,23
2,69;	3,46
2,70;	1,55
2,71;	12,25
2,75;	3,87
2,77a;	5,20
2,78;	4,00
2,79;	5,43
2,80;	17,73



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

2,80a;	5,51
RAZEM	449,09

Poz 14. Sufity z kasetonów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo konstrukcją z profili

Nr pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2,05	10,81
2,06	14,62
2,07	37,39
2,51	95,49
2,55	41,26
2,56	10,29
2,57	13,20
2,62	13,20
2,63	11,13
2,64	42,51
2,65	42,63
2,66	11,13
2,67	13,74
2,72	13,33
2,73	11,67
2,74	40,40
RAZEM	422,80

Pytanie nr 25.

Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach sal operacyjnych 2.55, 2.64, 2.65, 2.74, 2.07 ma zostać wykonany sufit laminarny zgodnie z projektem wentylacji, czy mają one zostać wykonane jako sufit w całości wykonany z kasetonów zgodnie z przedmiarami budowlanymi, czy sufit ten może zostać wykonany z kasetonów o wymiarze 600x600mm

Odp. Sufity w salach operacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem architektury (rysunek nr A-1s BOP - RZUT II PIĘTRA - SUFITY oraz opisem technicznym):

Strop z nawiewem laminarnym nad stołem operacyjnym zgodnie z projektem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Na obwodzie stropu z nawiewem laminarnym - oświetlenie sali operacyjnej, zgodnie z



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

projektem instalacji elektrycznych.

Pozostała część sufitu sali: sufit podwieszony modułarny, z blachy ocynkowanej, lakierowanej, zgodnie z częścią graficzną i opisową projektu architektury.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kasetonów o wymiarze modułarnym 600 x 600 mm.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sarmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

