



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/366 ZP/ 85 /2018

Stalowa Wola dnia 25.04.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: „Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespołów kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” ogłoszonego w *Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 075-166501 w dniu 18.04.2018*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 28 poz. 2** Gwoździe Steinmanna o średnicy od \varnothing 3.5 – 6.0 mm , ze względu na to iż średnice 2.0 do 3.0 zaliczają się do gwoździ Kirschnera.

Prosimy o sprostowanie.

Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 28 poz. 3** Druty Kirschnera o długości 210 – 380 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający mógłby określić w **Zadaniu nr 31** czy wymaga drutu do wiązania odłamów kostnych ?

Odp. Tak

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 31** fi 1,0; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,0 , ponieważ druty kostne o średnicy 2,5 i 3,5 nie ma na rynku medyczny.

Prosimy o sprostowanie.

Odp. Tak

Pytanie nr 5.

“Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie par. 10 ust. 5 wzoru umowy oraz zmianę brzmienia par. 10 ust. 2 wzoru umowy i



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej do 1% wartości brutto zamówionej partii asortymentu?”
Odp. Nie.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29