



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/366 ZP/ 112 /2018

Stalowa Wola dnia 18.05.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: „Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespołów kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” ogłoszonego w *Dzienniku Urzędowym UE* pod numerem 2018/S 075-166501 w dniu 18.04.2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi? W postaci granulek, w opakowaniu 10ml i 20 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Dot. pak. 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pak. 12 poz. 5 mieszalnik próżniowy w 1 rozmiarze – przystosowany do mieszania cementu o objętości 1x80g ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Dot. Zad.1

Czy do przetargu będzie dopuszczony wykonawca, który zaoferuje dostawy implantów kolan z jednym kompletem instrumentarium bez piły i wiertarki.

Odp. Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 wykonawcę, który zaoferuje dostawy implantów kolan z jednym kompletem instrumentarium bez piły i wiertarki.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 4.

Zadanie 31

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drut miękki ortopedyczny fi 1,0; 1,25; 1,5; 1,6mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w zad 29 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek do laparoskopii 200 ml znanego amerykańskiego producenta. Materiał worka: poliuretan. Materiał tłoczka: tworzywo sztuczne ABS. Materiał sznurka: nitinol. Pamięć otworu. Prosty system wprowadzania w pole operacyjne. Wytrzymałość: 5 N/cm. Wymiary \varnothing 50 x 190 mm, poprzez troakar 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w zad 30 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Worek do laparoskopii 800 ml znanego amerykańskiego producenta. Materiał worka: poliuretan. Materiał obręczy: nitinol. Pamięć otworu. Prosty system wprowadzania w pole operacyjne. Wytrzymałość: 5 N/cm. Wymiary \varnothing 100 x 190 mm, poprzez troakar 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7.

Pytanie dot. Wzór umowy, załącznik 7 do SIWZ

Ad par. 10 ust. 2

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar w analogicznych kontraktach.

Odp. Zamawiający zmienia wysokość kary umownej do 1% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Pytanie nr 8.

Pytanie dot. Wzór umowy, załącznik 7 do SIWZ

Ad par. 10 ust. 5

Prosimy o uściślenie, co Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonanie umowy, obecny zapis jest zbyt ogólny. Zamawiający wyznacza wysoką karę za zawinienie Wykonawcy, lecz nie wskazuje dokładnie, co jest tym zawinieniem.

Odp. Jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zamawiającego, towarów obciążonych wadami, które nie będą zdatne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem.

Pytanie nr 9.

Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 .

Dot. Zad.2 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (II)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie na czas trwania umowy jednego zestawu instrumentarium?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 .

Dot. Zad.2 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (II), Zad.4 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (elementy rewizyjne) (I), Zad. 7 Proteza stawu biodrowego (I), Zad.9 Proteza stawu biodrowego (elementy rewizyjne)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od zapisu SIWZ w postaci: „Zamawiający wymaga: elektroniczna przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana” i wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji przymiarowej w celu planowania zabiegu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 12 .

Dot. Zad.4 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (elementy rewizyjne) (I)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie na czas trwania umowy jednego zestawu instrumentarium niezbędnego do realoplastyki części piszczelowej a instrumentarium do realoplastyki części udowej tylko w przypadku zgłoszonego zapotrzebowania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13 .

Dot. Zad.9 Proteza stawu biodrowego (elementy rewizyjne)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrumentarium każdorazowo na zamówienie zgłoszone w formie telefonicznej lub pisemnej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 .

Dot. Zad.2 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (II), Zad. 7 Proteza stawu biodrowego (I),

Czy Zamawiający dopuści wliczenie kosztu jednorazowego ostrza piły w cenę zestawu endoprotezy. Asortyment ten zgodnie z instrukcją producenta jest elementem jednorazowym a więc zużywalnym w



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

świetle ustawy PZP nie może być nieodpłatnie użyzony Zamawiającemu.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia ostrzy do pily.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

