



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/745 I ZP/512 /2018

Stalowa Wola 23.11.2018r

Wszyscy zainteresowani zaproszeniem do składania ofert na Dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników do badań koagulologicznych

dot: postępowania na Dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników do badań koagulologicznych dla potrzeb Pracowni Analitycznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Pytane nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od zapisu „Możliwość pomiaru fibrynogenu podczas pomiaru PT” ? Pomiar fibrynogenu podczas pomiaru PT jest jedynie wartością orientacyjną, nie może on być wykorzystywany u pacjentów z podwyższonym czasem PT, oraz nie może być wykorzystywany w Ogólnopolskim Programie Kontroli Jakości. Jedyną referencyjną metodą pomiaru stężenia fibrynogenu jest pomiar metodą Claussa.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytane nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od zapisu „Oddzielne igły dozujące do osocza i odczynników”? Oferowany przez naszą firmę system posiada wysoko efektywny wewnętrzny i zewnętrzny system mycia

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem
DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



ESQ