



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 835 ZP/2018

Stalowa Wola, dnia 26.07.2018r.

**Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem  
przetargowym spr. 835 ZP/2018**

dot.: postępowania przetargowego na: „Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 134-304882.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2107r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1.**

dot zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy;  
-pokrywane Paclitakselem uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika,  
-o ciśnieniu RBP 17 atm ( dla 2,0 mm), 16 atm ( dla 2,25 – 2,5 mm), 15 atm ( dla 2,75 – 4,0 mm)  
-o długościach 14,20,30,40 mm  
-o profilu przejścia 0,028” dla cewnika 3,0 mm?  
Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2.**

dot. zadania 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicy od min 1,25 do min 4,0 mm, długościach od 6 mm do 30 mm oraz cewnik balonowy o średnicy 1,25 mm, którego ciśnieni NP i RBP wynosi 12 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3.**

dot. zadania 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicy od min 2,0 mm do 5,0 mm, długościach; 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm oraz o ciśnieniu RBP 20 atm dla wszystkich średnic w zakresie oraz dużej niepodatności z przyrostem średnic balonu ponad nominalną w ramach RBP do 6% dla wszystkich rodzajów średnic? Pozostałe parametry bez zmian.



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4.**

dot. zadania 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe, których średnica 3,0 mm przy NP zwiększa się do 3,13 mm przy RBP, a balony mają długość: 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm, o profilu wejścia zaledwie 0,015”?  
Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5.**

Nie jest to nigdzie wyszczególnione, czy wymagane są próbki do wszystkich pakietów z wyjątkiem pakietu 12.

Po ile próbek chcecie Państwo do pakietu.

**Odp. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga próbki do każdego zadania z wyjątkiem zad. 12. Zamawiający wymaga co najmniej 1 próbki, która umożliwi Zamawiającemu ocenę parametrów.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

**DYREKTOR SP/ZZOZ**  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*Edward Surmacz*