



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1380ZP/2019/...⁵³.../2020

Stalowa Wola, dnia 04.02.2020r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem przetargowym
spr. 1380 ZP/2019**

dot.: postępowania przetargowego na „**Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzścięńcowej (IVUS) oraz przewodników do pomiaru gradientu przezświetleniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506625-N-2020 w dniu 28.01.2020r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tym postępowaniu urządzeń o nieco innych parametrach: mechaniczna sonda IVUS o częstotliwości 40 MHz z jednorazowymi wyciągarkami w komplecie, nagrywarka z możliwością archiwizacji obrazów na DVD/CD, wbudowana termiczna drukarka czarno-biała z możliwością wydruku obrazów kolorowych na drukarce zewnętrznej, urządzenie współpracujące z sondami mechanicznymi 40 i 60 MHz, dobrze widoczna w obrazie RTG końcówka do ręcznego formowania z czujnikiem optycznym, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 9 następującego brzmienia: „Sprzęt medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z podmagazynu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w podmagazynie więcej niż jeden sprzęt medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt medyczny z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odp. Zamawiający dodaje do Załącznika nr 7 SIWZ § 3 ust. 9 o następującym brzmieniu „Sprzęt medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z podmagazynu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w podmagazynie więcej niż jeden sprzęt medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt medyczny z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



04



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 3.

Dot.: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Sondy elektroniczne IVUS lub sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzświetłowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezświetłowego FFR

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga systemu zintegrowanego ze stołem angiograficznym tzn. z monitorem w sterowni oraz głównym monitorem w sali badań z możliwością sterowania systemem z sali badań jak i ze sterowni?

Odp. Tak

Pytanie nr 4.

Dot.: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Sondy elektroniczne IVUS lub sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzświetłowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezświetłowego FFR

Pytanie

Czy zamawiający wymaga cewników IVUS współpracujących z systemami do ko-rejestracji wyników/obrazów z obrazem angiograficznym?

Odp. Tak

Pytanie nr 5.

Dot.: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Prowadniki lub cewniki do pomiaru przezświetłowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analiz

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga systemu zintegrowanego ze stołem angiograficznym tzn. z monitorem w sterowni oraz głównym monitorem w sali badań z możliwością sterowania systemem z sali badań jak i ze sterowni?

Odp. Tak

Pytanie nr 6.

Dot.: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Prowadniki lub cewniki do pomiaru przezświetłowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analiz

Pytanie



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy zamawiający wymaga możliwość wykonywania pomiarów gradientu przezwężeniowego w tętnicach wieńcowych typu iFR?

Odp. Tak

Pytanie nr 7.

Dot.: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Prowadniki lub cewniki do pomiaru przezwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analiz

Pytanie

Czy zamawiający wymaga prowadników ciśnieniowych współpracujących z systemami do rejestracji wyników z obrazem?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr Jolanta Mazur



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten mark

