



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1147 I ZP/ .....<sup>2</sup>/2020

Stalowa Wola dnia .....<sup>07</sup>01.2021r

**Wszyscy zainteresowani  
Postępowaniem przetargowym  
Spr. 1147 I ZP/2020**

dot. :zaproszenia do składania ofert na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy ogłoszonego w dniu 11.12.2020 na stronie szpital [www.przetargi.szpital-stw.com](http://www.przetargi.szpital-stw.com) w zakładce Informacje Inne

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

**Pytanie nr 1**

do pakietu 1A:

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy płaski w rozmiarze 125 mm x 200 m w miejsce 120 mm x 200 m?

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

do pakietu 1A:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy o następujących parametrach?:

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 4 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż 1,33 kN/m
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro nie mniejsze niż 70 kPa

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 3**

do pakietu 1B:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy o następujących parametrach?:

- wytrzymałość na przepuklenie na sucho 200kPa; -wytrzymałość na przepuklenie na mokro 100 kPa
- Siła zrywająca wzdłuż >30 N/15 mm, siła zrywająca w poprzek >35 N/15 mm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 4**

do pakietu 2A

Czy Zamawiający dopuści do oceny papier o wymiarach 120 x 120 cm pakowany po 125 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości?:



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

### Pytanie nr 5

do pakietu 2A

Czy Zamawiający dopuści do oceny papier krepowany o następujących parametrach?:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż – 2,06 kN/m w miejsce parametru wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż 29,72N

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

### Pytanie nr 6

do pakietu 2B

Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę o następujących parametrach?:

-wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 1,67 kN/m;-

- masa powierzchniowa nie mniejsza niż 59g/m<sup>2</sup>;

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

*[Signature]*  
p.o. DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*Grzegorz Czajka*



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

