



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1130 ZP/294 /2020

Stalowa Wola dnia 13.10.2020 r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 1130 ZP/2020**

dot. :przetargu nieograniczonego na Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1roku, licząc od daty podpisania umowy ogłoszonego w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 591569-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowe wyjaśnienia wynikające z pytania znajdują się w odpowiedziach na pytania 14,17,18.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę stosownych dokumentów na wykazanie w/w okoliczności.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Pytanie nr 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 6 do SIWZ w treści § 6 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, modyfikacja wynagrodzenia będzie natomiast możliwa zgodnie z treścią art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii, wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy w zadaniu nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone alkoholem (etanolem) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, opakowanie typu flow-pack z plastikowym klipsem zamykającym, zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm i o gramaturze 50g/m² wykonane z poliestru z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy w zadaniu nr 4 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat wyłącznie na bazie etanolu (40g/100g), zarejestrowany jako wyrób medyczny do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o



SV



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., w opakowaniach 1 i 5 litrowych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy w zadaniu nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flow pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m²wykonane z poliestru z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy w zadaniu nr 9 – Zamawiający mógłby dopuścić alkoholowy środek do dezynfekcji rąk w żelu na bazie etanolu, o pH (przy 20°C): 7,5 - 8,5, zawierający składniki pielęgnujące, niezawierający drażniących składników, o spektrum działania B włącznie z MRSA, F (C. albicans), Tbc, V (Adeno, polio, MNV), do higienicznej dezynfekcji rąk wg normy EN 1500 30 sek. i chirurgicznej dezynfekcji rąk wg. EN 12791 1,5 min.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy w zadaniu nr 18 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki wykonane z polipropylenu nasączone preparatem na bazie etanolu (42g/100g) i QAV (0,05g/100g), do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych, o spektrum działania B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno, Rota) w czasie 1 min, Noro (MNV) do 5 min., o wymiarach 14 cm x 20 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy w zadaniu nr 19 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flow pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m² wykonane z poliestru, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 Zadanie nr 7 Poz.1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczeniem „F” rozumie co najmniej skuteczność bójczą wobec „c. albicans”

Odp.: Zamawiając potwierdza.

Pytanie nr 14 Pytanie 1 dotyczy § 2 ust. 7 do umowy

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora, bez naliczania dodatkowych kar umownych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 15 Pytanie 2 dotyczy § 2 ust. 7 do umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie naliczania kar w przypadku zakupu interwencyjnego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 Pytanie 3 dotyczy § 3 do umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 2 poprzez dodanie zapisu:

„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadł na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 17 Pytanie 4 dotyczy § 9 do umowy

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian § 9

W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 2% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ,z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy .

Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



5r



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Ponadto prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu, że Zamawiający w związku z nadzwyczajną sytuacją nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową realizację dostaw przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego lub stanu wyjątkowego związanego z epidemią koronawirusem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: Zamawiający w związku z nadzwyczajną sytuacją nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową realizację dostaw przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego lub stanu wyjątkowego związanego z epidemią koronawirusem jeżeli będzie to wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie nr 19 Dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 preparatu alkoholowego zawierającego mieszaninę alkoholu (w stężeniu 70g na 100 g produktu): etanol (63,7 g) oraz propan-2-ol (6,3 g) o działaniu bójkowym obejmującym B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc , V (rota, noro, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty. Produkt przebadany zgodnie z normami z obszaru medycznego, w tym z EN 16615, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt o dualnej rejestracji – wyrób medyczny i produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem ora 5l (przeliczenie ilości kanistrów tj. 20 kanistrów o pojemności 5l).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 Dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o rozmiarze 13x20 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 Zadanie 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniach 5L z przeliczeniem ilości zamiast kanistrów 10L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowania 5l z odpowiednim przeliczeniem. Podtrzymuje pozostał zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 Zadanie 5

Prosimy o dopuszczenie chusteczek spełniających wszystkie wymagania SIWZ o wymiarach 20x20cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza chusteczki o wymiarach 20x20 cm. Podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 Zadanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga chusteczek bez zawartości QAV i amin.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga chusteczek bez zawartości QAV i amin.

Pytanie nr 24 Zadanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem preparat musi posiadać oryginalne etykiety w języku polskim.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25 Zadanie 5



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga chusteczek z możliwością poszerzenia spektrum o pełne spektrum wirusobójcze w tym wirus Polio i Adeno.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

p.o. **DYREKTOR SP ZZOZ**
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

