



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1070 ZP/ 233 /2014

Stalowa Wola dnia 3.11.2014r

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy leków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2014/S 195 – 344354 dnia 10.10.2014 roku

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1. Dotyczy poz. 120

Czy w ramach zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 13 g (11ml)?

Odp. Tak , jeżeli stężenie substancji czynnych jest takie samo.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 406 (Marcaine Spinal Heavy 0,5% 4ml, inj., 5 amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3.

Zamawiający dopuścił w przedmiotowym postępowaniu w poz. 513, 514, 515 i 516 możliwość złożenia oferty na paski testowe konkretnych producentów, umieszczając w SIWZ nazwy własne pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, będące zastrzeżonymi znakami towarowymi. Taki opis przedmiotu zamówienia ograniczałby jednak konkurencję asortymentowo-cenową do produktów konkretnych wytwórców, przez co wyznaczałby konkretnego producenta zamawianego asortymentu lub podmioty z nimi powiązane. Czy Zamawiający kierując się literą ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) oraz dyscypliną finansów publicznych, w celu ujednolicenia oferty dopuści w w/w pozycjach pakietu w przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty na konkurencyjne paski testowe (wraz z nieodpłatnym przekazaniem kompatybilnych glukometrów wliczonych w cenę pasków lub użyczeniem glukometrów) charakteryzujące się następującymi, określonymi poniżej parametrami:

- Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;
- Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
- Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi kapilarnej, żyłnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

- d) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
- e) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;
- f) Temperatura przechowywania pasków testowych po otwarciu fiolki 1-32°C;
- g) Paski wymagające sporadycznego sprawdzania poprawności działania za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach, co odpowiada wymogom technicznym producenta dotyczącym weryfikacji sprawności urządzenia
- h) Zakres zastosowań pasków określonych przez producenta, obejmujący również stany chorobowe z hiperglikemią, bez konieczności specjalnego wyodrębnienia zastrzeżeń co do zastosowania w instrukcji;
- i) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;
- j) Zakres pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z rygorystycznymi najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ponadto dający możliwość otrzymania wyniku u wciąż przytomnych pacjentów z bardzo wysoką wartością glikemii i u pacjentów z poważną hipoglikemią?

Odp. Zamawiający posiada glukometry , wymaga jedynie pasków ,w związku z tym Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Oferowane przez Państwo paski do glukometru posiadają cechy, których nie mają paski do glukometrów dopuszczone w naszym receptariuszu szpitalnym, w związku z czym nie możemy ich umieścić w SIWZ pod konkretną nazwą. W celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu pasków różnych producentów Zamawiający wprowadził cztery pozycje w SIWZ (poz. 513, poz. 514, poz. 515, poz. 516).

Nadmieniamy, że Zamawiający ma prawo opisać potrzeby w taki sposób , aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania. Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z koniecznością realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%, umożliwiając uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników u pacjentów z wahaniami hematokrytu, np. w niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach?

Odp. TAK.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zaoferowanie pasków testowych współdziałających z glukometrami, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Odp. TAK.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych do glukometrów, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów w próbkach krwi z wysokim stężeniem rozpuszczalnego tlenu (np. u pacjentów poddawanych tlenoterapii)?

Odp. TAK.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga dostarczenie pasków testowych o zakresie pomiarowym 10-900mg/dl, co umożliwi otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi wartościami stężenia glukozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, aby w zarejestrowanych instrukcjach pasków testowych znajdowały się informacje dotyczące określonej liczbowo, deklarowanej dokładności pomiarów wykonywanych z zastosowaniem pasków, zgodnie z wymogami normy ISO15197?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wymaga aby deklarowana w zarejestrowanych instrukcjach obsługi pasków testowych dokładność pomiaru była zgodna z wymogami normy ISO15197:2013?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści paski testowe i glukometry, które zgodnie z instrukcjami mogą być stosowane wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową; w przeciwnym razie wykonywanie pomiaru należy konsultować z lekarzem prowadzącym?

Odp. TAK.

Pytanie nr 11.

Poz. 277 - Czy Zamawiający wymaga aby w ww. pozycji był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie/>)?

Odp. TAK.

Pytanie nr 12.

Poz 277 - Czy Zamawiający wymaga aby w ww. pozycji był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp. TAK.

Pytanie nr 13.

Poz. 434 Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 434 wycenę 0,84opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) , który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>)?

Odp. NIE.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 343 leku Kalium Chloratum WZF 15% 20 ml x 10 fiolek.?

Odp. NIE, gdyż w innej pozycji jest ten lek o pojemności 20 ml.

Pytanie nr 15.

Czy zamawiający dopuści w pozycji 498 (Oxytocin) produkt Oxytocin amp 5j m 1ml w opakowaniu po 5 ampulek? Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w. lek oraz może skutkować obniżeniem kosztów zakupu przez Zamawiającego.

Odp. TAK, przy zachowaniu wymaganej ogólnej ilości tego produktu.

Pytanie nr 16.

Czy zamawiający wymaga w pozycji 498 (Oxytocin) zaoferowania produktu z zarejestrowanym wskazaniami w:

- Indukcji i stymulacji porodu
- Kontroli krwawienia poporodowego i atonii macicy
- Leczeniu wspomagającym niepełnego lub dokonanego poronienia
- Diagnostyce: do oceny płodowo-łożyskowej wydolności oddechowej w ciążach wysokiego ryzyka (test oksytocynowy)?

Odp. TAK.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odp. Pytanie zbyt ogólne - nie podano w pytaniu pozycji specyfikacji, których mogłyby dotyczyć proponowane zamiany.

Pytanie nr 18.

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiołki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odp. Pytanie zbyt ogólne - nie podano w pytaniu pozycji specyfikacji, których mogłyby dotyczyć proponowane zamiany.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu umownego przewidującego 90 dniowy termin płatności, z uwagi na fakt, iż jest on nieważny w rozumieniu art. 58 k.c. jako sprzeczny z prawem i w rzeczywistości strony i tak wiązać będzie ustawowy, tj. 30-dniowy termin zapłaty, a Zamawiający



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

stosując nieważne postanowienia umowne naraża się na ponoszenie kosztów odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40E (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)?

Odp. NIE. Zaznaczamy, że Zamawiającego, jako podmiot leczniczy, obowiązuje min 60-cio dniowy termin zapłaty.

Pytanie nr 20.

Ponieważ treść §5 ust.3 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za brak zapłaty od 31 dnia po terminie spełnienia świadczenia niepieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści wzoru umowy w zakresie §5 ust.3 poprzez nadanie mu brzmienia: „3. W przypadku opóźnienia zapłaty wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt 1.1 i ust.4 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Podtrzymujemy odpowiednie zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 22.

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust.1 i ust.2 projektu umowy)?

Odp. Podtrzymujemy zapisy §9 ust.1 i ust.2 projektu umowy.

Pytanie nr 23.

Poz. 137 Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 434 wycenę 4,2 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans), który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>)?

Odp. NIE.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem
DYREKTOR

Miroslaw Jankowski



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

