



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1130 ZP/245/2014

Stalowa Wola dnia 20.11.2014r

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2014/S 204 – 361074 dnia 23.10.2014 roku

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy przedmiot przetargu Spr. 1130 ZP/2014 dotyczącego dostawy tomografu komputerowego o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Odp. Nie.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia zamawianego tomografu komputerowego oraz stanowisk postprocesingowych do posiadanego systemu PACS?

Odp. Nie. Będzie to objęte odrębnym postępowaniem.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał konfiguracji posiadanego systemu PACS do współpracy z zamawianym tomografem komputerowym w zakresie generowania listy roboczej?

Odp. Nie. Będzie to objęte odrębnym postępowaniem.


Pytanie nr 4.

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikiem nr 1 do SIWZ, Część 7, punkty 7.1 do 7.10 zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące dwugłowicowej automatycznej strzykawki do iniekcji kontrastu:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zasilaną z sieci o napięciu stałym 230 V, dwugłowicową, automatyczną strzykawkę do iniekcji kontrastu STELLANT CT D, charakteryzującą się cechami określonymi poniżej?


Automatyczna dwugłowicowa strzykawka. W skład zestawu wchodzi:

1. Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania
2. Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania
3. Funkcja automatycznego napełniania
4. Funkcja testowania drożności naczyń
5. Możliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny


37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

- kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie „Dual flow”)
6. Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI
 7. Prędkość przepływu 0,1-10 ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s
 8. Możliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy)
 9. Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza)
 10. Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml
 11. Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek.
 12. Możliwość integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m.in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5).

Uzasadnienie:

Wyżej wyspecyfikowana automatyczna strzykawka kontrastu do badań wielorzędowej tomografii komputerowej, Medrad STELLANT CT D, to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba ponad 170 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich 10 lat. System ten wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą tomografii komputerowej, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego Użytkowników. Automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu Stellant CT D charakteryzuje się ponadto jeszcze jedną cechą, bardzo ważną z punktu widzenia korzyści finansowych dla jej Użytkownika, ponieważ automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu Stellant CT D jest systemem typu „otwartego”, który zapewnia możliwość prowadzenia jej eksploatacji z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie (system „otwarty”) umożliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno materiałów eksploatacyjnych producenta (oryginalnych) strzykawki automatycznej, jak i ich tańszych zamienników, co przekładać się będzie na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności wyboru dostawców sprzętu jednorazowego użytku i skutkować będzie ewidentnym obniżeniem w przyszłości kosztów badań prowadzonych z zastosowaniem strzykawki automatycznej STELLANT CT D. Wymogi graniczne określone przez Zamawiającego w odniesieniu do nabywanej w w/w postępowaniu przetargowym strzykawki automatycznej, uniemożliwiają złożenie ważnej oferty, której przedmiotem byłaby dostawa Tomografu Komputerowego ze strzykawką automatyczną Stellant CT D produkowaną przez firmę Medrad (obecnie Bayer), co stanowi o dyskryminowaniu produktów i jest tym samym niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą jak na wstępie, o dopuszczenie do w/w postępowania przetargowego dwugłowicowej automatycznej strzykawki do iniekcji kontrastu, STELLANT CT D .
Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania wstrzykiwacza kontrastu z jednorazowymi wkładami, w pozostałym zakresie podtrzymuje wymogi SIWZ. Nadmieniamy, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, w których Wykonawca zaferuje produkt o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 5.

pytaniem dotyczącym punktów 7.1-7.10 Załącznika 1 opisu przedmiotu zamówienia.


Obecny opis:

Dwugłowicowa automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu:

- Podwójna głowica na statywie na kółkach ze zintegrowanym wieszakiem na płyny
- Kolorowy, dotykowy panel sterujący
- Możliwość zaprogramowania strzykawki zarówno na głowicy jak i na panelu sterującym w sterowni
- Możliwość przeprowadzenia iniekcji jednocześnie z obu wkładów (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu
- Możliwość graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji
- Możliwość iniekcji testowej i wielofazowej do min. 5 faz
- Możliwość zapamiętania min 20 protokołów iniekcji
- Podgrzewanie wkładów (kontrastu i roztworu soli fizjologicznej)
- Opakowanie jednorazowych wkładów - 50 kpl.

Czy Zamawiający dopuści oferty na urządzenie CT Expres 4D, cechujące się poniższymi parametrami oraz dokona odpowiedniej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia?

- 3-kanałowy bezwkładowy iniektor do skanera CT.
- Możliwość stosowania opakowań wszystkich dostępnych jodowych środków kontrastowych.
- Pobieranie środka kontrastowego bezpośrednio z oryginalnych butelek (zakres pojemności 50 – 500 ml).
- Możliwość zaprogramowania rodzaju, stężenia i objętości środka kontrastowego.
- Automatyczne przełączanie się kanałów dla takiego samego środka kontrastowego po całkowitym wykorzystaniu pierwszej z butelek.
- Podtrzymywanie temperatury podgrzanych oryginalnych butelek ze środkiem cieniującym przy pomocy efektywnych izolatorów.
- Możliwość stosowania dwóch różnych środków kontrastowych – tryb ręczny wyboru kanału.
- Możliwość mieszania środka kontrastowego w dowolnych proporcjach z solą fizjologiczną za pomocą funkcji Diluject.
- Dwa identyczne panele sterujące wstrzykiwaczem: 1 przy iniektorze, 1 w pomieszczeniu obsługi.
- Intuicyjny interfejs z funkcją pomocy głosowej i video w języku polskim.
- Wybór rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu bezpiecznego podania kontrastu.
- Synchronizacja ze skanerem (cecha skanera TK jak w opisie przedm. zam. zał. Nr 1 - p. 5.17):
Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania
- Elementy jednorazowe umożliwiające przeprowadzenie badań z podaniem środka kontrastowego u co najmniej 50 pacjentów (odpowiednik 50 kompletów wkładów z p. 7.10 Załącznika 1).



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie zapewni większą konkurencyjność postępowania oraz możliwość stosowania urządzenia ekologicznego, tańszego w eksploatacji oraz (dzięki unikalnym cechom takim jak definiowanie rodzaju środka oraz szerokości wkłucia) zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo przeprowadzanych badań.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu zaofiarowania wstrzykiwacza kontrastu z jednorazowymi wkładami, w pozostałym zakresie podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 6.

Z uwagi na przetarg jaki ukazał się na Państwa stronie: "Dostawa tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2014/S 204 – 361074 dnia 23.10.2014 roku, a także mając na względzie chęć naszego w nim udziału, w celu wewnętrznej analizy finansowej Państwa placówki, zważywszy że wynagrodzenie przysługujące wykonawcy dokonywane będzie w ratach, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie danych finansowych Państwa placówki za lata 2012-2013 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych), a także raporty finansowe dotyczące poszczególnych okresów roku 2014.

Odp. Dane, o których mowa w pytaniu dostępne są w KRS i do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 7.

W celu dokonania wewnętrznej analizy sytuacji finansowej Zamawiającego, prosimy o udostępnienie dokumentów, które są dla Wykonawcy niezbędne do oceny finansowej Zamawiającego. Lista dokumentów: dane finansowe Zamawiającego za lata 2012-2013 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz za poszczególne miesiące 2014, zestawienie zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, z podaniem w szczególności kwot pozostałych do spłaty, przedmiotu finansowania oraz terminów spłat.

Odp. Dane dostępne w KRS oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 8.

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie we wzorze umowy klauzuli o następującej treści: "Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego"

Odp. Wyrażamy zgodę –w par 7 projektu umowy (Zał. Nr 7) wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.”


Pytanie nr 9.

Prosimy Zamawiającego celem uszczegółowienia zapisów o umieszczenie we wzorze umowy następującego zapisu: "Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanych urządzeń do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny określonej w § 4 (załącznik nr 7 do SIWZ)"

Odp. Nie wyrażamy zgody- podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 10.

W celu dokonania wewnętrznej analizy finansowej uprzejmie prosimy Zamawiającego o szczegółową



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

Handwritten signature





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

informację odnośnie obecnie obowiązujących kontraktów z NFZ wraz ze wskazaniem wartości w PLN oraz stopniem wykonania, a także okresu do kiedy obowiązują.

Odp. Pytanie nie dotyczy procedury przetargowej. Dane dostępne są w siedzibie Zamawiającego I na stronie Podkarpackiego Oddziału NFZ.

Pytanie nr 11.

W związku z zapisem w załączniku nr 7 do SIWZ w par.7 ust.1 o treści: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpłaty większej kwoty I raty, przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości równych kwot pozostałych rat, przy czym nie nastąpią niekorzystne dla Zamawiającego zmiany kosztów sprzedaży ratalnej.” zwracamy się z pytaniem; - do jakiej maksymalnej wartości procentowej w odniesieniu do łącznej wartości przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie Zamawiający możliwość dokonania większej wpłaty tytułem pierwszej raty?

Zwracamy uwagę, iż udzielenie precyzyjnej informacji będzie miało bezpośredni wpływ na cenę końcową oferty (wiąże się z wartością pieniądza w czasie)

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wpłaty tytułem pierwszej raty w wysokości 100% łącznej wartości przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy klauzuli o następującej treści:
„Zamawiający zgadza się i akceptuje, że opóźnienie w zapłacie ponad 60 dni którejkolwiek raty (lub jej części) skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności powiększonej o należne odsetki”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 13.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odp. Zamawiający nie posiada ugód, o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 14.


Prosimy Zamawiającego o usunięcie we wszystkich zapisach słowa „bezpłatny” i zastąpienia go słowami „ w ramach ceny”. Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt.13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o „zamówieniach publicznych”- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Wszędzie tam gdzie jest zapis „bezpłatny” zastępuje się go słowami „ w ramach ceny”.

Pytanie nr 15. dot. Załącznik nr 8 pkt.3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu na zapis jak poniżej celem doprecyzowania:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:

- min. 24 - ro miesięczny okres gwarancji, tj. okres gwarancji, licząc od daty dostawy, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze przez dni robocze rozumie się dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
- czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia max 24 godz. tj.godz., w dni robocze
- przeglądy okresowe w okresie gwarancji obejmujące dojazd i robociznę - min. 1/rok lub zgodnie z zaleceniami producenta
- pełną obsługę pogwarancyjną na podstawie odrębnej umowy przez okres 10 lat

Odp. Wyrażamy zgodę na następującą modyfikację pkt 3 Załącznika nr 8:

„3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:

- min. 24 - ro miesięczny okres gwarancji, tj. okres gwarancji, licząc od daty dostawy, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
- czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia max 24 godz. tj.godz., w dni robocze
- przeglądy okresowe w okresie gwarancji obejmujące dojazd i robociznę - min. 1/rok lub zgodnie z zaleceniami producenta
- pełną obsługę pogwarancyjną przez okres 10 lat”

Pytanie nr 16. Dot. Załącznik nr 7 § 3


Mając na uwadze, że wykonawca odpowiada na zasadzie winny a nie na zasadzie ryzyka uprzejmie prosimy o zmianę i zastąpienie słowa „gwarantuje” charakterystycznego dla odpowiedzialności na zasadzie winy słowem „zapewnia”

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia” w par 3 projektu umowy (Załącznik nr 7) .

Pytanie nr 17. Dot. Załącznik nr 7 § 8

Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu celem doprecyzowania.

Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie 24 godz. w dni robocze, tj. od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do chwili przystąpienia do jej usunięcia przez autoryzowany serwis Wykonawcy. W przypadku 3-krotnej awarii danego modułu lub podzespołu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na moduł lub podzespół fabrycznie oryginalny, dostarczany bezpośrednio od producenta. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności :

- a. uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołanie nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)
- b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
- c. materiały eksploatacyjne.

Odp. Wyrażamy zgodę na następujące doszczegółowienie par 8 ust.3

„Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie 24 godz. w dni robocze, tj. od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do chwili przystąpienia do jej usunięcia przez autoryzowany serwis Wykonawcy.


oraz ust. 4 – skreśla się kropkę i wprowadza się dopis „ o czas trwania niesprawności wymienionego modułu lub podzespołu”.

Pytanie nr 18.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów w tym punkcie poprzez modyfikację jak poniżej:
W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie , w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

llw





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (m. in. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy par 9 projektu umowy.

Pytanie nr 19.

W związku z bardzo szybkim procesem starzenia się sprzętu elektronicznego prosimy Zamawiającego o modyfikację wymogu części zamiennych przez okres 10 lat jak poniżej:

Dostępność części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od dnia zakupu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracam uwagę, że żadne przepisy praw ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestie dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej ich dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. Komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m. in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 20. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 18

Czy z uwagi na istniejące różne technologie lamp rtg, zamawiający dopuści podanie ekwiwalentu rzeczywistej pojemności cieplnej dla technologii lampy rtg o bezpośrednim chłodzeniu anody, co przy zachowaniu znakomitej efektywności pracy lampy rtg, umożliwi znaczące obniżenie rzeczywistej pojemności cieplnej anody w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań?

Odp. Nie.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 21. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 27

W przypadku oferowanych dwóch pól skanowania, w tym jednego do badania głowy, kolimacja kata wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie x,y zgodna z wielkością pola skanowania, nie ma uzasadnienia, ponieważ poza obszarem głowy nie istnieje tkanka, którą można zbędnie naświetlić. Czy w przypadku takiego rozwiązania zamawiający dopuści brak zgodności kolimacji wiązki z wielkością pola skanowania?

Odp. Nie.

Pytanie nr 22. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 45

Czy zamawiający dopuści środowisko pomiarowe rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm z referencyjną dawką promieniowania 10,7mGy?

Odp. Nie.

Pytanie nr 23. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 46

Czy zamawiający zrezygnuje z konieczności podania tego parametru? Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty, ponieważ wartość rozdzielczości niskokontrastowej 2 mm nie występuje w danych producenta i nie jest stosowana jako wielkość referencyjna do środowiska pomiarowego stosowanego przez Naszą firmę. Dodatkowo, wymagany sposób pomiaru dawki CTDIvol jest sprzeczny z zaleceniami dotyczącymi pomiaru dawki promieniowania określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej dotyczącego parametrów kontroli pomiaru dawki promieniowania.

Odp. Podtrzymujemy zapisy pkt 46 Załącznika nr 1. Zdaniem Zamawiającego zapis w pkt 46 Zał. Nr 1 nie jest sprzeczny z zaleceniami, o których mowa w cytowanym rozporządzeniu.

Pytanie nr 24. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 6

Obecnie na rynku tomografii komputerowej występują technologie równoważne do klasycznej technologii wymagającej min.64 rzędów detektora do akwizycji min. 64 warstw, ale przez istniejący zapis zamawiający uniemożliwia dostęp tego typu technologii, co jest ze szkodą dla zamawiającego, ponieważ technologie te zapewniają lepszą rozdzielczość obrazu i szersze zakresy badań dynamicznych. Czy z uwagi na powyższe zamawiający dopuści technologię tomografii komputerowej równoważną do klasycznej technologii wymagającej min. 64 rzędy detektora?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga rzeczywistych 64 rzędów detektora.


Pytanie nr 25. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 7 i 43

Występujące w opisie parametrów sformułowania o nie nakładających się warstwach nie mają uzasadnienia użytkowego, a więc związanego z jakością obrazu, a jedynie służą dyskryminacji technologii umożliwiającej uzyskiwanie najlepszej rozdzielczości obrazu. Czy z uwagi na powyższe zamawiający wykreśli sformułowania nie nakładaniu się warstw, co zapewni równoprawne traktowanie istniejących na rynku rozwiązań.

Odp. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy wygi SIWZ.

Pytanie nr 26. Załącznik nr 1 pkt. 26

jest



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji liczby warstw zaoferowanych w punkcie powyżej $\leq 0,65$ [mm].

Winno być:

Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji liczby warstw zaoferowanych w punkcie powyżej $\leq 0,65$ [mm].

Odp. W załączniku nr 1 pkt 26 Winno być powyżej $\leq 0,65$ [mm].

Pytanie nr 27.

Prosimy o dopuszczenie kalkulacji w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty nie podzielnej na 36 równych rat.

Odp. Dopuszczamy taką kalkulację.

Pytanie nr 28.

Prosimy o odstąpienie od zapisu pkt. 6 b) SIWZ w zakresie terminu dostarczenia faktury VAT. Z uwagi na fakt, że dostawy sprzętu dokonują osoby pracujące w terenie poza siedzibą firmy i nie ma możliwości otrzymania protokołu przez osoby uprawnione do wystawienia faktury w dniu jego podpisania, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu pkt. 6 b) SIWZ.

Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę .

Pytanie nr 29.

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedstawienie przez Wykonawcę w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ kosztu finansowania ratalnego, jako oddzielnej pozycji. Zabieg taki umożliwi Wykonawcy pokazanie finansowania, jako element cenotwórczy zwolniony z podatku VAT (w związku z posiadaną opinią Ministerstwa Finansów). Dla Zamawiającego będzie to jedynie uszczegółowienie składowych ceny a Wykonawcy pozwoli przedstawić ofertę cenową korzystniejszą o różnicę w podatku VAT.

Odp. Dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie nr 30.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pisząc „koszt ubezpieczenia dostawy” jako jeden z elementów ceny to należy przez to rozumieć koszt ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak, chodzi o ubezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas transportu do siedziby Zamawiającego.


Pytanie nr 31.

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §9 ust. 3 z 5% na 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp. Kary umowne zmieniono na 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki pismem z dnia 07.11 2014 roku

Pytanie nr 32.

Prosimy o zmianę zapisu §9 ust. 5 i nadanie mu brzmienia:” W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę zapisu § 9 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 33.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do §7 ustępu 3 o treści: „Za datę zapłaty ustala się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 34.

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek na koniec 2013 roku.

Odp. Pytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 35.

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp. Dane , o których mowa w pytaniu dostępne są w KRS. Dane finansowe za okres bieżący wydają się bezprzedmiotowe – obecna sytuacja finansowa nie rzutuje na ewentualne płatności w kolejnych latach.

Pytanie nr 36.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 37.

Prosimy o zmianę §13 i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziba Wykonawcy”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 38.

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 39.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?


Odp. Nie.

Pytanie nr 40.


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp. Nie.

Pytanie nr 41.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 42.

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego?

Odp. Nie.

Pytanie nr 43.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp. Nie.

Pytanie nr 44.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 45.

W razie zgody na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny". Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 44.

Pytanie nr 46.

Wykonawca prosi o udostępnienie raportów z badania biegłego oraz danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za lata 20012-2013. Wykonawca prosi aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariancie porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe.

Odp. Dane dostępne w KRS i do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 47.

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?


Odp. Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie nr 48.

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odp. Nie są prowadzone wobec Zamawiającego postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

Pytanie nr 49.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Czy Zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny)? Prosimy o jego udostępnienie.

Odp. Zamawiający nie posiada programu restrukturyzacyjnego.

Pytanie nr 50.

Czy Zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?

Odp. Zamawiający nie posiada zaległości z ZUS i US.

Pytanie nr 51.

Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2013 oraz do 30/06/2014?

Odp. Pytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 52.

Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaka wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach 2012-2013?

Odp. Pytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 53.

Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2013 oraz 30/06/2014

Odp. Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 54.

Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień 31.12.2013 oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.

Odp. Dane do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 55.

Na jaki okres podpisywane są zazwyczaj umowy Zakładu z NFZ?

Odp. Zazwyczaj umowy z NFZ szpital podpisuje na okres od jednego do trzech lat.

Pytanie nr 56.

Na jaki okres zawarte są obecnie trwające umowy/kontrakty z NFZ?

Odp. J/w


Pytanie nr 57.

Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał).

Odp. Pytanie nie dotyczy prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie nr 58.

Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Zamawiającego?

Odp. Nie.

Pytanie nr 59.

W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.

Odp. Pytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 60.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pierwsza rata była płatna w terminie na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa 60 dni od dnia dostawy, montażu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru oraz dostarczenia faktury?

Odp. Tak

Pytanie nr 61.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kolejne raty były płatne w terminie na ostatni dzień miesiąca?

Odp. Tak

Pytanie nr 62.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności pierwszej raty z 60 dni na 30 dni od dnia dostawy, montażu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru oraz dostarczenia faktury?

Odp. Nie.

Pytanie nr 63.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sądu właściwego do rozstrzygania sporów na sąd miejscowo właściwy dla siedziby wykonawcy?

Odp. Nie.

Pytanie nr 64.

Czy Zamawiający dopuszcza aby w przypadku niewykonania swoich zobowiązań pieniężnych ciężących na nim zgodnie z Umową tj. braku spłaty rat w terminach i wysokościach określonych w Umowie oraz po dodatkowym wezwaniu Zamawiającego do spełnienia świadczenia w terminie 30 dni, Wykonawca postawił wierzytelność z Umowy w stan natychmiastowej wymagalności ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.


Pytanie nr 65.

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Umowy zapisu, że Wykonawca może postawić wierzytelność wynikającą z Umowy tj. przyszłe raty w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

Odp. Nie - podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 66.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu kontraktu trwającego w czasie obowiązywania Umowy ?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Odp. Nie.

Pytanie nr 67.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informacje czy wierzytelności z takiego kontraktu z NFZ są już obciążone prawami na rzecz osób trzecich?

Odp. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 66 - nie dotyczy.

Pytanie nr 68.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem Umowy, na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy?

Odp. Nie.

Pytanie nr 69.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 70.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 kpc ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 71.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy Zamawiający dopuszcza aby dostarczenie Wykonawcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 kpc było warunkiem dostawy przedmiotu Umowy?

Odp. Nie dotyczy

Pytanie nr 72.


Czy Zamawiający dopuszcza aby oświadczenie o poddaniu się egzekucji było do kwoty 150% wartości Ceny określonej w par. 4 ust. 1 Umowy?

Odp. Nie.

Pytanie nr 73. dot. Załącznik nr 8 - formularz oferty, SIWZ, projekt umowy

W związku z tym, że realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwie części - dostawę do dnia 18 grudnia 2014 r. udokumentowaną protokołem dostawy i montaż rozumiany jako realizacja pozostałych wymagań opisanych w SIWZ wraz z załącznikami do dnia 28 lutego 2015 r. udokumentowanej protokołem odbioru końcowego, prosimy o uściślenie akceptowanego przez Zamawiającego terminu wystawienia faktury VAT za przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia faktury VAT za całe zamówienie po podpisaniu protokołu dostawy?

Odp. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Zamawiający oczekuje faktury VAT za dostarczony sprzęt po podpisaniu protokołu dostawy z rozbiem kwoty na koszt urządzenia i koszt jego dostawy. Faktura obejmująca pozostałe koszty winna być wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego obejmującego pozostałe koszty opisane



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

w SIWZ, w tym w Formularzu cenowym, płatna w terminach określonych umową.

Pytanie nr 74. dot. Załącznik nr 8 - formularz oferty, SIWZ -, projekt umowy

Czy Zamawiający podtrzymuje zapłatę w postaci rat, zgodnie z poniższym opisem zacytowanym z formularza oferty czy zapłata ma mieć formę jednorazową z terminem płatności np. 14 dni?

"2. Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w 36 - ciu równych ratach, przy czym:

- 1) płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 60 dni, licząc od daty dostawy, montażu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru oraz dostarczenia mu faktury VAT za przedmiot zamówienia
- 2) kolejne raty płatne będą w terminach 30 dni, licząc od upływu terminu płatności raty poprzedzającej"

Odp: W Załączniku nr 8 – Formularz oferty, SIWZ oraz w par. 7 projektu umowy wprowadza się następujący dopis: Dopuszcza się możliwość jednorazowej zapłaty 100% kwoty wynikającej z wartości zakupionego urządzenia z terminem płatności do 60 dni od daty podpisania protokołu dostawy urządzenia i otrzymania faktury VAT .

Pytanie nr 75. dot. Załącznik nr 8 - formularz oferty

"6. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej..... z udziałem* "

Czy Zamawiający wymaga podania nazw podwykonawców czy tylko podania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom?

Odp: W Formularzu oferty (Zał. Nr 8) Zamawiający wymaga podania części zamówienia, które Wykonawca zamierza realizować udziałem podwykonawców.

Pytanie nr 76. dot. Załącznik nr 8 - formularz oferty - Lista załączników do oferty

"6. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum- po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy"

Czy w przypadku konsorcjum zapis ten należy rozumieć jako wymaganie przedstawienia umowy konsorcjum przy podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, bez wymogu załączania jej do oferty przetargowej?

Odp: Tak

Pytanie nr 77. dot. projekt umowy § 8 ust. 4.

"3. W przypadku 3-krotnej awarii danego modułu lub podzespołu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na moduł lub podzespół fabrycznie nowy z przedłużeniem okresu gwarancji."

Prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie okresu gwarancji dotyczy wymienionego modułu lub podzespołu? Takie rozumienie zapisu umowy pozwala na uniknięcie niepotrzebnego wzrostu ceny oferty związanego z szacowaniem kosztów gwarancji.

Odp: Przedłużenie okresu gwarancji dotyczy wymienionego modułu lub podzespołu.

Pytanie nr 78. dot. projekt umowy § 9 ust. 3.

"3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki . "

Czy Zamawiający zaakceptuje zmniejszenie wysokości kary z 5% na np. 0,1% ? Kara w wysokości zaproponowanej przez nas wysokości 0,1% jest powszechnie stosowana przez Zamawiających w przypadku zamówień o znacznej wartości. Takie podejście do kar pozwala na uniknięcie niepotrzebnego wzrostu ceny oferty związanego z szacowaniem ewentualnych kosztów Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z wprowadzoną zmianą II do SIWZ z dnia 07.11.2014 roku zmieniono brzmienie par 9 ust. 3 oraz zmniejszono wysokość kary do 0,5% za każdy dzień zwłoki i wprowadzając następującą zmianę zapisu par. 9 ust. 3 :


„W przypadku niezrealizowania dostawy urządzenia w terminie do 18 grudnia 2014 roku, jak również w przypadku opóźnienia uruchomienia urządzenia w terminie do 28 lutego 2015 roku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, w odniesieniu do każdego z tych terminów” (pismo do Wykonawców-L.dz. III.2.230/1130ZP/236/2014 z dnia 07.11.2014)

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Miroslaw Leśniewski



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

