



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1130 ZP/ 248 /2014

Stalowa Wola dnia 25.11.2014r

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2014/S 204 – 361074 dnia 23.10.2014 roku

Informujemy, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Po zapoznaniu się z treścią udzielonych odpowiedzi w dniu 20.11.2014 pismo nr III.2.230/1130 ZP/245/2014, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na następujące pytania dotyczące dwugłowicowej automatycznej strzykawkę do iniekcji kontrastu:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zasilaną z sieci o napięciu stałym 230 V, dwugłowicową, automatyczną strzykawkę do iniekcji kontrastu STELLANT CT D, charakteryzującą się cechami określonymi poniżej?

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka. W skład zestawu wchodzi:

1. Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania
2. Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania
3. Funkcja automatycznego napełniania
4. Funkcja testowania drożności naczyń
5. Możliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie „Dual flow”)
6. Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI
7. Prędkość przepływu 0,1-10 ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s
8. Możliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy)
9. Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza)
10. Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml
11. Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek.
12. Możliwość integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m.in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5).

Uzasadnienie:

zamieszczona w dniu 20.11.2014 roku na stronie internetowej Zamawiającego odpowiedź nr 4 (na nasze pytanie z dnia 28.10.2014) nie wyjaśnia precyzyjnie, czy zamawiający przyjmie oferty ze wstrzykiwaczem przez nas oferowanym o parametrach wyspecyfikowanych powyżej (oraz w w/w



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

pytaniu). Nie wiadomo, co będzie uznane za produkt równoważny wobec produktu wymaganego przez Zamawiającego, dlatego – chcąc uniknąć przedłużających postępowanie sporów prawnych i nieporozumień – prosimy o jasne sformułowanie odpowiedzi na niniejsze pytanie. Wydaje się, że intencją Zamawiającego jest maksymalna konkurencyjność postępowania, co obecny opis przedmiotu zamówienia utrudnia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści automatyczną strzykawkę do iniekcji kontrastu STELLANT CT D, charakteryzującą się cechami opisanymi w w/w pytaniu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Mirosław Cieślowski