



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/1141 ZP/ 216 /2015

Stalowa Wola dnia 16.11.2015 r.

.....
.....
.....

dot. : Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy Numer ogłoszenia: 294416 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

pkt. 14 Parametrów wymaganych.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu, który nie wymaga systemu chłodzenia odczynników na pokładzie z uwagi na fakt że technologia tego systemu posiada odczynniki suche. Dzięki takiemu rozwiązaniu odczynniki mają bardzo długie okresy przydatności i stabilności

Odp. Nie

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści w p. 10 formularza cenowego zaoferowanie odczynnika dop oznaczania Troponiny I – swoistej dla serca izoformy Troponiny, uznanej powszechnie jako wczesny i późny marker zawału? Proponowana przez nas Troponina I , oprócz wyjątkowej specyficzności spełnia również warunek badania ultraczułego, co wynika z granicy wykrywalności testu, wynoszącej 0,008 ng/ml. Dla rozpoznania zawału serca istotne jest wykrycie TnI powyżej 0,012-0,04 ng / ml . Oferowany przez nas test dodatkowo charakteryzuje się wyjątkowo długą, 90 dniową trwałością kalibracji.

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ:

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odp. Tak, dla obu przypadków.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy

Dot.: Załącznik nr 9 do SIWZ



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 5

Par. 2 ust. 2 i 4 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. Tak

Pytanie nr 6

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odp. Tak

Pytanie nr 7

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 8

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz