

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 249 ZP/ 45 /2015

Stalowa Wola dnia 11.03.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch kolonoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem 30455 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 2 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy;

„ Urządzenie zastępcze na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej – w ciągu max. 3 dni roboczych”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 8 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 48 godzin do 3 dni roboczych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 9 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Czas naprawy uszkodzonego sprzętu – 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 11 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w ramach wymaganej gwarancji Wykonawca zaoferował gwarancję z opcją nieodpłatnego ubezpieczenia obejmującego okres 36 miesięcy?

Odp. TAK.

Pytanie nr 5.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu i nadanie mu proponowanej treści:

”W przypadku trzykrotnej awarii tego samego istotnego elementu/ podzespołu danego urządzenia, nie wynikającej z winy zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi jego wymiana na element fabrycznie nowy wolny od wad z przedłużeniem okresu gwarancji”



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęcie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:
„Do momentu uregulowania pełnej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”

Odp. Nie.

Pytanie nr 7.

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 9 ust. 2, 3 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanych kar z 10% do 5% oraz z 5% do 1%.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 8.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp. Nie.

Pytanie nr 9.

Dotyczy załącznika nr 1 zestawienie parametrów i warunków wymaganych

Ponieważ Zamawiający dokonał w ubiegłym roku zakupu kompletnego systemu endoskopowego w technologii wysokiej rozdzielczości HD z funkcją obrazowania śluzówki w wąskim paśmie światła z kompletnym systemem archiwizacji, prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów w miejsce obecnie wymaganych.

Pragniemy nadmienić że obecnie wymagane parametry kolonoskopów są charakterystyczne dla jednego producenta – firmy Olympus i wymagają dostarczenia sprzętu o dużo niższych parametrach/technologii niż daje to możliwość posiadanego (nowego, kompletnego) systemu endoskopowego HD Pentax zakupionego w ostatnim czasie z funkcjami diagnostycznymi dedykowanymi dla badań diagnostycznych/profilaktycznych jelita grubego.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie zasady uczciwej konkurencji i dopuszczenie:

1.

Prosimy o dopuszczenie kolonoskopu nowej technologii o wysokiej rozdzielczości HD z funkcją obrazowania i-scan, umożliwiającą weryfikację zmian w iluminacji wąskiego pasma światła dla zmian śluzówki z funkcją zoom x2 i głębią ostrości 4-100mm

2.

Prosimy o dopuszczenie kolonoskopu o średnicy zewnętrznej tuby i końcówki dystalnej 13,2mm z kanałem 3,8mm – 0,4mm różnicy w średnicy tuby nie ma znaczenia dla wykonywanego badania a większy kanał daje większe możliwości zastosowania narzędzi i redukuje ryzyko uszkodzenia aparatu.

3.

Prosimy o dopuszczenie długości kolonoskopu w zakresie 1500-1700mm – obecnie sztywny parametr 1680mm jest charakterystyczny dla aparatów marki Olympus.

4.

Prosimy o dopuszczenie kolonoskopów kompatybilnych z posiadanym procesorem, tortem wizyjnym HD i systemem archiwizacji HD EPK-i5000/iris

Przypominamy Zamawiającemu że posiada myjnie typu ETD gdzie są myje endoskopy Pentax (ED34-i10) – stąd zapewniona jest pełna kompatybilność, zgodnie z postępowaniem przetargowym na zakup systemu endoskopowego w 2014r.



Odp. Ad 1-4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający jest zainteresowany w pełni kompatybilnym systemem z posiadanym systemem w Pracowni Endoskopowej. Wspomniany w zapytaniach system HD Pentax stanowi odrębną jednostkę diagnostyczno-terapeutyczną w ramach Bloku Operacyjnego. Względy organizacyjne eliminują ten sprzęt do wykorzystania w odrębnej Pracowni Endoskopowej.

Pytanie nr 10. Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą sondy 1690 mm? Różnica 10 mm nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla jakości wykonywanych badań.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11. Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści 3 przyciski do sterowania funkcjami procesora?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.


Pytanie nr 12. Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zaoferowania w pakiecie własnego procesora obrazu kompatybilnego z oferowanymi kolonoskopami?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem



2-CA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Antoni Bochnak