



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 334 ZP/ 115/2015

Stalowa Wola dnia 26.06.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG z kratką BUCKY (kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem 88733 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

Koryguje się odpowiedź na pytanie nr 51.

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie stacji lekarskiej było produktem medycznym zarejestrowanym jako wyrób w klasie IIb?

Wymaganie tego parametru zagwarantuje Zamawiającemu dostarczenie stacji z profesjonalnym oprogramowaniem dające w przyszłości możliwość integracji z systemami szpitalnymi i pewność jakości przetwarzanego i wyświetlanego obrazu diagnostycznego.

Prawidłowa odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający **nie wymaga** aby oprogramowanie stacji lekarskiej było produktem medycznym zarejestrowanym jako wyrób w klasie IIb.

Odpowiedź na pytani stanowi integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie jego treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

