



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1017 ZP/ B/ 585 /2016

Stalowa Wola dnia 28.09 2016r.

.....
.....
dot. : składania ofert na zakup i dostawę odczynników oraz części eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych na okres 36 – miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do II opisu :

Pytanie nr 1

Do pakietu 1.

1. Czy w Tabeli II Zamawiający odstąpi od oceny dostępności min. 48 godzinnego opóźnienia wkładania butelek z uwagi na fakt, że posiew krwi jest traktowany jako badanie pilne i pobraną próbę należy natychmiast dostarczyć do aparatu w celu szybkiej diagnostyki mającej na celu zdrowie i życie pacjentów?

Uzasadnienie: Punktowanie 48 godzinnego opóźnienia wkładania butelek wskazuje na jednego Wykonawcę, który reprezentuje firmę Becton Dickinson posiadającą taką możliwość

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 wymaga dostarczenia oryginalnych instrukcji używania pochodzących od producenta zawierających informacje dotyczące możliwości dokonywania hodowli bakterii i grzybów we krwi i płynach ustrojowych w butelkach z inhibitorem dla dorosłych?

Odp. Zamawiający dopuszcza wszelkie materiały od producenta .

3. Czy Zamawiający może podać w Tabeli II do jakiej liczby próbek należy zaproponować suplement wzbogacający do podłoża hodowlanych dla materiałów poniżej 0,5 ml?

Odp. 5

4. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 w tabeli II, aby butelki tlenowe i beztlenowe z inhibitorami dla dorosłych miały możliwość wykrywania drobnoustrojów we krwi i innych płynach ustrojowych?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający w tabeli II wykreśli punktowany parametr „Podłoża umożliwiające wzrost drobnoustrojów sfagocytowanych wzbogacone czynnikiem lizującym – zapewniającym uwolnienie drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych”? Z uwagi na brak wyspecyfikowanego podłoża w tabeli asortymentowej taki zapis SIWZ nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, jedynie wskazuje na preferowanie jednego producenta.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



8V

[Signature]

Odp. Tak – Zamawiający odstępuje

6. Czy w tabeli II Zamawiający w odstąpi od zapisu „Podłoża umożliwiające selektywną hodowlę grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych, wzbogacone antybiotykami hamującymi wzrost bakterii? Uzasadnienie: Hodowla grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych odbywa się na uniwersalnych podłożach tlenowych, do hodowli bakterii i grzybów jednocześnie co nie naraża pacjenta na konieczność pobierania większej objętości krwi, nie podnosi kosztów użycia dodatkowych podłoży do diagnostyki grzybów, a pozwala uzyskać porównywalne wyniki badań. Z uwagi na brak wyspecyfikowanego podłoża w tabeli asortymentowej, taki zapis SIWZ nie ma żadnego uzasadnienia.

Odp. Tak – Zamawiający odstępuje

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania lodówki w ww. postępowaniu i wykreśli z formularza cenowego wiersz w pozycji 5 zawierający wycenę chłodzi?
- uzasadnienie: podłoża są przechowywane w temperaturze pokojowej

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający posiada stację roboczą (komputer) systemu KS-Solab, do którego można byłoby podłączyć aparat do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych?

Odp. Tak

Pytanie nr 3

U m o w a

3. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wskazany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odp. Tak

4. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę.”?

Odp. Tak

5. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. Nie

6. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”?

Odp. Tak

7. §10 ust. 1 pkt 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie



8. §10 ust. 1 pkt 1.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie ponieważ przedmiotowy zapis jest powtórzeniem §10 ust. 1 pkt 1.1 umowy

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powtórzonego zapisu w §10 ust. 1 pkt 1.2

9. §10 ust. 1 pkt 1.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odp. Nie

10. §10 ust. 1 pkt 1.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie

11. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga możliwości automatycznej transakcji wyników z interpretacją z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego Kamsoft, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii. Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

Odp. Tak zostaje „dopisany kolejny § .. umowy – który otrzymuje brzmienie :

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.



3. *Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.*

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD? (Sprawa III.2.230/1017 ZP/562 2016, dot. pakiet nr 1 – formularz ofertowy, Sprawa III.2.230/1017 ZP/565 2016, dot. pakiet nr 2 – formularz ofertowy)

Odp. Tak

Pytanie nr 5

WZÓR UMOWY

1. Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e- mailem i dopuści e-mailową drogę odpowiedzi na reklamację?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Tak, w przypadku przekroczenia ustalonego terminu płatności o 45 dni

3. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT

4. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Odp. Zamawiający uwzględni zapis dotyczący ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego:

„W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki?"

Odp. Podtrzymujemy zapisy umowy

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

Odp. Do 3 – dni roboczych

10. Czy Zamawiający dopuści pokrywania przez Zamawiającego tylko różnicy kosztów badań w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy, w sytuacji przedłużającej się naprawy aparatów i braku możliwości wstawienia aparatu zastępczego?

Odp. Zamawiający dopuszcza pokrycie przez Wykonawcę różnicy kosztów badań w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy z uwzględnieniem wszystkich uzasadnionych kosztów jak i opisanej powyżej sytuacji dodatkowo powstaną po stronie Zamawiającego .

11. Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar umownych od wartości **miesięcznego czynszu dzierżawnego netto** (a nie od wartości całej umowy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych §10 ust1

§ 10

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % **wartości netto** niezrealizowanej części umowy.

Odp. Tak

1.2 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.

Odp. Tak

1.3 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości **netto** wynagrodzenia za niezrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp. Tak

1.4 W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi Odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.

Odp. Tak

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z : w ciągu 48 h na termin dostawy : w ciągu 5 dni roboczych?

Odp. „czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych a w przypadku Zamówień pilnych nie dłużej niż 2 dni robocze”

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni?



Odp. Nie

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do siedziby Zamawiającego wynoszący 3 tygodnie w przypadku aparatu do posiewu krwi(Zaproszenie II)?

Odp. Maksymalnie do 3 – tygodni

16. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD? (Sprawa III.2.230/1017 ZP/562 2016, dot. pakiet nr 1 – formularz ofertowy, Sprawa III.2.230/1017 ZP/565 2016, dot. pakiet nr 2 – formularz ofertowy)

Odp. Tak

Pytanie nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści odczyt monitorowanych próbek co 12 min? Różnica czasu 2 min w skali całego czasu inkubacji próbek krwi i innych płynów ustrojowych nie ma znaczenia i nie ma wpływu na czas detekcji próbek dodatnich. Możemy to potwierdzić niezależną publikacją wykazującą najkrótszy czas detekcji dla próbek wkładanych z opóźnieniem i bez opóźnienia. Parametr taki jedynie blokuje pozostałych wykonawców zmniejszając konkurencyjność ofert.

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści butelki z podłożami, w których nie ma substancji neutralizującej antybiotyki, natomiast neutralizacja antybiotyków odbywa się poprzez system rozcieńczeń?

Odp. Nie

Pytanie nr 7

1.Dot. Pakiet nr 1 pkt 3 Butelki pediatryczne

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża pediatryczne, umożliwiały hodowlę drobnoustrojów z krwi jak również płynów ustrojowych w objętości od 0,5 ml, co ma szczególne znaczenie w przypadku sepsy meningokokowej? Wymóg dotyczący możliwości prowadzenia diagnostyki i hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych już od 0,5 ml w aspekcie:
„Rekomendacji postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, oraz Rekomendacji diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznych – zalecanych przez zalecane przez: Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych Dr hab. n. med. Andrzeja Horbana oraz przez: Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Prof. dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz, ma szczególne znaczenie, gdzie rekomendowaną objętością pobranego materiału zarówno do badań analitycznych jak i mikrobiologicznych jest : 1 ml PMR: str. 35 rekomendacji:
„Optymalna objętość materiału wymagana do badań zarówno analitycznych jak i mikrobiologicznych to 1 ml PMR.”

Odp. Minimum 0,5 ml

2.Dot. Pakiet nr 1 Parametry wymagane pkt. Suplement wzbogacający do podłoży hodowlanych dla materiałów poniżej 0,5 ml oraz sterylnych płynów ustrojowych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie do jakiej ilości podłoży hodowlanych wymaga zaoferowania oraz wyceny w tabeli asortymentowo -cenowej suplementu wzbogacającego, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, aby zapewnić dla każdego podłoża odrębnie możliwość odpowiedniej suplementacji w przypadku pobierania krwi poniżej 0,5 ml oraz sterylnych płynów ustrojowych. Poszczególni Wykonawcy zobowiązani są do wyceny takiej ilości suplementu, która zabezpieczy zarówno ilość posiewów wymagających suplementacji jak i zabezpieczy Zamawiającego w dostępność suplementu przydatnego do użycia w każdym dniu obowiązywania kontraktu? Wymóg dotyczący suplementacji podłoży z niewielkich ilości krwi , poniżej 0,5ml oraz w przypadku pobierania materiału takiego jak płyny ustrojowe jest wymagany w przypadku wszystkich producentów oferujących takie rozwiązania na rynku?

Odp. 5

3.Dot. Pakiet nr 1 Parametry wymagane pkt. Podłączenie aparatu do informatycznej sieci Szpitala na koszt Wykonawcy.

Zwracamy się z pytaniem czy w związku z koniecznością podłączenia analizatora do sieci informatycznej Zamawiający jest w posiadaniu niezbędnego sprzętu komputerowego systemu LIS z wolnym portem RS 232, umożliwiającym podłączenie oferowanego przez Wykonawcę analizatora czy też Wykonawca we własnym zakresie ma dostarczyć sprzęt komputerowy niezbędny do dokonania podłączenia?

Odp. Wykonawca we własnym zakresie ma dostarczyć sprzęt komputerowy niezbędny do dokonania podłączenia.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia . Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach i formularzach cenowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP. ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz