



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1017 ZP/ A/ 584 /2016

Stalowa Wola dnia 28.09 2016r.

.....
.....
dot. : składania ofert na zakup i dostawę odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu przez okres 12 - miesięcy na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do I opisu :

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1

1. Czy w pozycji 6 tabela nr 1.1 Zamawiający dopuści aparat z minimum 15 stacjami inkubacyjno-pomiarowymi?

Uzasadnienie: Aparat z 15 stacjami inkubacyjno-pomiarowymi będzie zdecydowanie wystarczającym systemem pozwalającym przeprowadzić wymaganą ilość badań zadeklarowaną przez Zamawiającego

Odp. Tak ale z możliwością rozbudowy .

2. Czy w pozycji 1 tabela 1.2 Zamawiający odstąpi od zapisu "Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 MacFarlanda" i dopuści zakres skali Mac Farlanda jaki zaleca producent danego systemu/aparatu? Wnosimy o zachowanie zasad uczciwej konkurencji tak, aby Zamawiający punktował identycznie każdą wartość w skali MacFarlanda proponowaną przez Wykonawcę oferującego dany model aparatu.

Uzasadnienie: Wartość 0,25 nie ma żadnego znaczenia dla końcowego oznaczenia, tylko metoda w jaki sposób aparat analizuje próbę. Zakres skali MacFarlanda jest wyłącznie osobniczą cechą analizatora I jest uzależniony od rodzaju oznaczanych drobnoustrojów. System oparty na trybie 0,25 MacFarlanda wskazuje na firmę Beckton Dickinson jako jedynej firmy mogącej spełnić takie kryterium, a co za tym idzie otrzymuje najwyższą ilość punktów.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający wykreśli zapis w pozycji 3 tabela 1.2 „przy zastosowaniu próbki z żelem separującym”?

Uzasadnienie: Zamawiający jednoznacznie wskazuje na firmę Beckton Dickinson jako jedynej firmy mogącej spełnić takie kryterium, nie dopuszczając innych alternatywnych metod. Zamawiający nie określił ilości oznaczeń i odczynników potrzebnych do wykonania tej procedury w tabeli asortymentowo-cenowej, co oznacza, że zapis ten ma na celu ograniczenie ilości Wykonawców w bieżącym postępowaniu i dokonuje wybory Wykonawcy na etapie przygotowania zapytania



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Odp. Zamawiający nie wykreśla w/w pozycji , jednocześnie informujemy że w/w pozycja nie będzie liczona do parametrów ocenianych .

4. Czy Zamawiający w tabeli 1.2 pozycja 5 dopuści możliwość oznaczenia lekowrażliwości grzybów testami zawierającym następujące leki: Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazole, Flucytosine, Micafungin, Voriconazole z wyłączeniem Itrakonazolu?

Uzasadnienie: Leki, które są w składzie karty antybiogramowej również pozwolą oznaczyć lekowrażliwość grzybów. Prosimy zatem aby Zamawiający punktował identycznie metodę oznaczenia lekowrażliwości bez itrakonazolu.

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający do pozycji 10 w tabeli nr 1.1 wymaga aby oznaczanie lekowrażliwości grzybów odbywało się automatycznie na pokładzie aparatu ?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający wymaga aby oznaczanie identyfikacji drobnoustrojów wymagających NH oraz bakterii beztlenowych odbywało się automatycznie na pokładzie aparatu ?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający pisząc w pozycji 19 w tabeli 1.1 „Test do identyfikacji lekowrażliwości szczelny po napełnieniu zawiesiną szczepu”, ma na myśli test, w którym po napełnieniu zawiesiną szczepu oraz odczytanie nie jest możliwy wyciek materiału zakaźnego, ponieważ na pokładzie aparatu odbywa się ucięcie rurki i zgrzanie miejsca napełnienia uniemożliwiający wydostanie się płynu, co ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy personelu medycznego ?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający wymaga aby usuwanie szczelnych po napełnieniu zawiesiną testów odbywało się automatycznie przez aparat?

Odp. Nie wymaga

9. Czy Zamawiający wymaga aby napełnianie testów odbywało się na pokładzie aparatu automatycznie?

Uzasadnienie: Automatyczne napełnianie paneli w zamkniętym systemie, bez udziału personelu ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy personelu medycznego oraz dokładność wykonywanego badania.

Odp. Nie wymaga

Pytanie nr 2

Pakiet Nr 2

10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 33 dopuści konfekcjonowanie Gram Kolor zestaw do barw. met. Grama jednostki miary op/ 4 x 240 ml i wycenę 2 opakowań?

Odp. Tak

11. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 34 Odbarwiacz (Gram Kolor) oparty na alkoholu etylowym dopuści konfekcjonowanie opakowanie a' 2 litry ?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycję nr 22 „Podłoże do wybiórczej izolacji E coli O157”?

Odp. Tak

13. Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści dołączenie do oferty aktualnych metodyk, instrukcji w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odp. Tak

14. Czy Zamawiający w pakiecie 1 uzna za spełnienie warunku SIWZ i odstąpi od wymogu dostarczania wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych,

jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie: Na powyższej stronie internetowej znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, instrukcje wykonania testów i **karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim**, deklaracje zgodności, dostępne dla Zamawiającego całodobowo

Odp. Tak

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający posiada stację roboczą (komputer) systemu KS-Solab, do którego można byłoby podłączyć aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

U m o w a

1. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę.”?

Odp. Tak

2. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. Nie

3. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”?

Odp. Tak

4. §10 ust. 1 pkt 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie

5. §10 ust. 1 pkt 1.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie ponieważ przedmiotowy zapis jest powtórzeniem §10 ust. 1 pkt 1.1 umowy

Odp. Tak Zamawiający - wyraża zgodę na wykreślenie powtórnego zapisu w §10 ust. 1 pkt 1.2

6. §10 ust. 1 pkt 1.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odp. Nie

7. §10 ust. 1 pkt 1.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Nie

8. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga możliwości automatycznej transakcji wyników z interpretacją z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego Kamsoft, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii. Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

SL

osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

Odp. Tak zostaje „dopisany kolejny § .. umowy – który otrzymuje brzmienie :

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Wzoru umowy – dzierżawa aparatu

1.Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta. (§ 3 ust. 6)

Odp. Podtrzymujemy zapisy umowy

2.Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu? (§ 3)

Odp. Tak

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze? (dot. pakiet nr 1 –formularz ofertowy)

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD? (Sprawa III.2.230/1017 ZP/562 2016, dot. pakiet nr 1 – formularz ofertowy, Sprawa III.2.230/1017 ZP/565 2016, dot. pakiet nr 2 – formularz ofertowy)

Odp. Tak

5. W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkownika wyrobów w języku polskim w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy? (Sprawa III.2.230/1017 ZP/562 2016, dot. pakiet nr 1 – formularz ofertowy)

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wyrobów w języku polskim, zgodnych z obowiązującym prawem, w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy? (Sprawa III.2.230/1017 ZP/562 2016, dot. pakiet nr 1 – formularz ofertowy)

Odp. Tak

Pytania nr 6

1. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 23. Czy Zamawiający dopuści Bulion z seleninem F w opakowaniu o pojemności 8 ml?

Odp. Tak

2. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści bulion tryptozowo- sojowy w opakowaniu o pojemności 10 ml?

Odp. Tak

3. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 33. Czy Zamawiający dopuści zestaw do barwienia metodą Grama w opakowaniu 4x240 ml?

Odp. Tak

4. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 33. Czy Zamawiający wymaga zestawu do barwienia metodą Grama, który zawiera w zestawie safraninę czy fuksynę?

Odp. Zamawiający dopuszcza zestawie safraninę lub fuksynę

Pytanie nr 7

1. Dotyczy Pakietu nr 1 Punktu - Przedmiotu zamówienia obejmuje: „Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania: 1300/rok oznaczeń identyfikacyjnych i 1500/rok oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dostarczeniem szczepów wzorcowych zgodnych z zaleceniami Eucastu (przez cały okres obowiązywania umowy).”

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy wszystkich szczepów wzorcowych rekomendowanych przez EUCAST do kontroli oceny lekowrażliwości, czy szczepów wzorcowych zgodnych z zaleceniami EUCAST rekomendowanych do kontroli jakości oferowanego aparatu zgodnie z zaleceniami producenta systemu?

Odp. Szczepy wzorcowe zgodne z zaleceniami EUCAST rekomendowane do kontroli jakości oferowanego aparatu zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

2 Dotyczy Pakietu nr 1 zapisu pod tabelą nr 1.1 „Wszelkie koszty podłączenia aparatury: wykonanie kabla podłączeniowego, Ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację Systemu Kamssoft”

Zwracamy się z pytaniem czy w związku z koniecznością podłączenia analizatora do sieci informatycznej Zamawiający jest w posiadaniu niezbędnego sprzętu komputerowego systemu LIS z wolnym portem RS 232, umożliwiającym podłączenie oferowanego przez Wykonawcę analizatora



czy też Wykonawca we własnym zakresie ma dostarczyć sprzęt komputerowy niezbędny do dokonania podłączenia?

Odp. Wykonawca we własnym zakresie ma dostarczyć sprzęt komputerowy niezbędny do dokonania podłączenia .

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia . Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach i formularzach cenowych .

Z poważaniem

DYREKTOR, SP. ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz