



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1156 ZP/ 653 /2016

Stalowa Wola dnia 09.11.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. :Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ogłoszenie nr 332215 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do wykonania Ambulans wyposażony w stopień wejściowy drzwi boczny przesuwnych o nośności powyżej 250kg który nie jest chowany do kasy /wnęki w związku z konstrukcją stopnia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do wykonania Ambulans w którym nie posiada gniazdka 12V w szafce z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Czy minimalne wymiary przedziału medycznego mają być mierzone zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 4.5.2 aktualnej normy PN EN 1789+A1:2011?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza serwis zabudowy w fabryce montującej, co pozwoli na szybszą naprawę oraz wykonanie dodatkowej diagnostyki ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza serwisu zabudowy w fabryce montującej.

Pytanie nr 5.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów (ujętych w homologacji pojazdu kompletnego) oraz świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odp. Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z silnikiem zapewniającym osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ ?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu ze ścianami i sufitem przedziału medycznego wykonanym w innej technologii niż tłoczone profile, (które mają wadę, iż w przypadku potrzeby naprawy zachodzi konieczność demontażu całego boku lub sufitu ambulansu) ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści standardową fabryczną (producenta pojazdu bazowego) długości gwarancji na perforację nadwozia tj. 72 miesiące oraz gwarancję mechaniczną 24 m-ce bez limitu kilometrów, którą oferuje większość producentów pojazdów bazowych na rynku UE ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, ale posiadający system kontroli toru jazdy ESC najnowszej generacji z funkcją Extended Grip ?

Prosimy, aby w/w element mógł stanowić wyposażenie opcjonalne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Czy serwis pojazdu bazowego ma być w promieniu 70 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Staszica 4 ?

Odp. Serwis pojazdu bazowego ma być w promieniu 70 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód bez stopnia zewnętrznego, jeżeli posiada on nisko umieszczoną podłogę (równej wysokości podłogi w samochodzie Mercedes Sprinter i VW Crafter) , która całkowicie wystarcza do łatwego wsiadania/wysiadania z karetki ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ?

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Antoni Bochnak