



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/1218 ZP/2015/ 345 /2016

Stalowa Wola dnia 08.04.2016r.

.....
.....
dot. : przetargu nieograniczonego na wykonanie, w trybie projektuj i buduj, zadania pn.: Roboty budowlane wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, numer ogłoszenia: 62338 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z frontami i bocznymi ściankami szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkimi, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, z uchwytem do otwierania szuflady?

Odp. Nie, jeśli uchwyty będą wystające.

Pytanie nr 2

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z poziomą szyną montażową okalającą kolumnę z trzech stron?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z frontami i bocznymi ściankami szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkimi, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, z uchwytem do otwierania szuflady?

Odp. Nie, jeśli uchwyty będą wystające.

Pytanie nr 4

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z lampką LED o mocy 3 x 10W z tzw. głęsią szyną o długości ramienia 92 cm z możliwością mocowania do szyny sprzętowej kolumny?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl - 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z hamulcami ramion obsługiwanych poprzez manipulator – specjalne rączki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą,



ISO 9001:2008




CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



[Handwritten signature]

zamiast przycisków na ścianie kolumny? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie. Dotyczy punktu 7 i 8 tabeli technicznej. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego. W przypadku odmownej odpowiedzi, prosimy o udzielenie informacji jakimi względami techniczno-użytkowymi podyktowany jest wymóg.



Odp. Nie , jeżeli jest to jedynym przycisk zwalniający blokadę . Wg Zamawiającego wyłącznik na uchwycie półki , która może być przesuwana pionowo w dół czy w górę kolumny posiada większe prawdopodobieństwo awarii .

Pytanie nr 6

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl - 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

Odp. Nie

Pytanie nr 7

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl - 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w półki z narożnikami zabezpieczonymi poprzez tworzywowe elementy zintegrowane z półką oraz szynami akcesoryjnymi? Oferowane rozwiązanie prezentuje zdjęcie załączone do pytania nr 1 (pytanie nr 5 w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego). Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego. W przypadku odmownej odpowiedzi, prosimy o udzielenie informacji, jakimi względami techniczno-użytkowymi podyktowany jest wymóg.

Odp. Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ – tabela 2 A

Pytanie nr 8

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl - 1


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Odp. Nie , wymagania zgodne z Załącznikiem 2 A pkt.22 opisu przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 9

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z hamulcami ramion obsługiwanych poprzez manipulator – specjalne ręczki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą, zamiast przycisków na ścianie kolumny? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie. Dotyczy punktu 10 i 11 tabeli technicznej. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego. W przypadku odmownej odpowiedzi, prosimy o udzielenie informacji, jakimi względami techniczno-użytkowymi podyktowany jest wymóg.



Odp. Nie, jeżeli jest to jedynym przycisk zwalniający blokadę. Wg Zamawiającego wyłącznik na uchwycie półki, która może być przesuwana pionowo w dół czy w górę kolumny posiada większe prawdopodobieństwo awarii.

Pytanie nr 10

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową posiadającą zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej, poziome szyny montażowe proste o długości 35 cm i udźwigu 10 kg – 2 szt.?

Odp. Nie

Pytanie nr 12

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w półki z narożnikami zabezpieczonymi poprzez tworzywowe elementy zintegrowane z półką oraz szynami akcesoryjnymi? Oferowane rozwiązanie prezentuje zdjęcie załączone do pytania nr 1 oraz 6. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego. W przypadku odmownej odpowiedzi, prosimy o udzielenie informacji, jakimi względami techniczno-użytkowymi podyktowany jest wymóg

Odp. Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ – tabela 2 B

Pytanie nr 13

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Odp. Nie, wymagania zgodne z Załącznikiem nr 2 B pkt.29 opisu przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 14

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o długości ramienia wynoszącej 75,6 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 15

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o natężeniu światła 50.000 lux z odległości 500 mm i mocy LED 3 x 1 W?

Odp. Nie

Pytanie nr 16

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED o mocy LED 15 W?

Odp. Tak – z dodatkowo określonymi warunkami ujętymi w pkt. 33 – Zał Nr 2 B -opisu przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 17

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę sufitową wyposażoną w lampkę LED posiadającą podwójne ramie łamane i uchylne?



Odp. Tak – po spełnieniu pozostałych warunków ujętych w pkt.33 – Zał Nr 2 B -opisu przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 18

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odp. Sposób montażu kolumn zasilających określi Projektant Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 19

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odp. Obowiązek leży po stronie Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 20

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających?

Odp. Żelbetowy strop gr. 22 cm składający się z 7 cm prefabrykowanej płyty filigran i 15 cm nadlewki betonowej.

Pytanie nr 21

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odp. Sposób montażu mocowania kolumn zasilających określi Projektant Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 22

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odp. Sposób miejsca montażu kolumn zasilających określi Projektant Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 23

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane kolumny zasilające.

Odp. Sale operacyjne zlokalizowane na II piętrze budynku nie są przedmiotem SIWZ.

Sale chorych w których będą zamontowane kolumny posiadają wysokość projektowaną od posadzki do stropu betonowego 334 cm.

Pytanie nr 24

Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających:

Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej?

Odp. Ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych podwykonawców należy do kompetencji Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w § 2 ust. 5 umowy i nada mu nowe brzmienie:

„5. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca

zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, a jeżeli nie będzie to możliwe to zawiadomi w pierwszym dniu, w którym siła wyższa ustąpi.”

Odp. Tak

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w § 2 ust. 9 umowy i doda:
„Zamawiający nie będzie mógł bezpodstawnie odmówić zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca złoży do Zamawiającego uzasadniony wniosek.”

Odp. Nie

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w § 3 ust. 15 umowy i nada mu nowe brzmienie:

„15. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i zapłacić Wykonawcy jedynie za wykonane roboty budowlane i prace objęte przedmiotem umowy.”

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej modyfikacji projektu umowy § 3 ust. 15., W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i zapłacić Wykonawcy jedynie za prawidłowo wykonane roboty budowlane i prawidłowo wykonane prace objęte przedmiotem umowy.”

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w § 10 ust. 5 poprzez zmianę terminu z 10 do 5 dni ?

Odp. Nie

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w § 11 ust. 5 i nada mu nowe brzmienie:

„5. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o usterce i awarii może zostać przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od godziny jego przekazania (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Wykonawca określa termin rozpoczęcia usuwania awarii, z tym jednak zastrzeżeniem, że rozpoczęcie usuwania awarii rozpocznie od następnego dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) i tylko wtedy, gdy Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiot zamówienia.”

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę dokonanie następującej modyfikacji projektu umowy § 11 ust. 5 „W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o usterce i awarii może zostać przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od godziny jego przekazania (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Wykonawca określa termin rozpoczęcia usuwania awarii, z tym jednak zastrzeżeniem, że rozpoczęcie usuwania awarii rozpocznie od następnego dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) i tylko



wtedy, gdy Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiot zamówienia, za wyjątkiem awarii stwarzających zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej lub awarii stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów i pracowników szpitala."

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dokona zmniejszenia kar umownych określonych w § 13 projektu umowy, jak niżej:

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót, w wysokości 0,02 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

Odp. Tak , Zamawiający dokona zmniejszenia kar umownych określonych w § 13 projektu umowy : a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót, w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowego – w wysokości 0,01 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odp. Tak , Zamawiający dokona zmniejszenia kar umownych określonych w § 13 projektu Umowy : b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowego – w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi lub stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokości 0,01% Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Odp. Nie

d) 0,01% ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w zawinionym zaprzestaniu realizacji robót przez wykonawcę,

Odp. Tak , Zamawiający dokona zmniejszenia kar umownych określonych w § 13 projektu Umowy ; d) 0,05 % ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w zawinionym zaprzestaniu realizacji robót przez wykonawcę,

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

Odp. Nie

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 100,- zł (sto) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

Odp. Nie

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100,- zł (sto) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

Odp. Pytanie bezprzedmiotowe , wskazana powyżej kara wynosi 100,00 zł za każdy dzień zwłoki

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania, w wymaganym terminie, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100,- złotych (sto) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

Odp. Nie

i) za nieprzedłożenie, w wymaganym terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,- złotych (sto) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

Odp. Nie

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 100,- złotych (sto).

Odp. Nie

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 200,- zł (dwieście),

Odp. Nie

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 12 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 250 zł, (dwieście pięćdziesiąt) za każde naruszenie,

Odp. Nie

m) w przypadku gdy Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, dopuści do montażu kolumny anestezjologiczne, nie spełniające warunków określonych w SIWZ to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,-zł (dziesięć tysięcy).

Odp. Tak Zamawiający dokona zmniejszenia kar umownych określonych w § 13 projektu Umowy ;m) w przypadku gdy Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, dopuści do montażu kolumny anestezjologiczne, nie spełniające warunków określonych w SIWZ to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 000,00 -zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dokona prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu z uwagi na fakt, że istotny warunek udziału w postępowaniu został „ukryty” w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), co stanowi istotne naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Zdaniem Wykonawcy zapis: *Co najmniej 2 realizacje na terenie Polski, polegające na wyposażeniu co najmniej 5 stanowisk intensywnej terapii u jednego zamawiającego, w kolumny o tym samym typoszerzegu co oferowane i tego samego producenta. Oferujący dostawę kolumn, musi przedstawić wykaz zawierający m. in. przedmiot wykonanego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jego wartość i dane identyfikujące podmiot, na rzecz którego zrealizowano dostawy kolumn, z załączeniem referencji tzn. potwierdzenia, że dostawy zostały należycie wykonane.*

Narusza:

a) art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, albowiem tak opisany i „ukryty” warunek udziału w postępowaniu nie może stanowić warunku w rozumieniu Pzp,

b) art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a tym samym w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, albowiem tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczny, a dodatkowo miesza opis z warunkami udziału w postępowaniu,

c) art. 25 ust. 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a wymagania określone przez Zamawiającego w warunkach dodatkowych poz. 40 Załącznik nr 2 B do SIWZ.



d) art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.) poprzez opisanie przedmiotu zamówienia oraz udziału w postępowaniu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na różnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach zaoferowania jedynie sprzętu starej generacji (istniejący na rynku od pewnego czasu i mogący się wykazać żądanymi referencjami) zamiast sprzętu najnowszej generacji, który nie musiał być wcześniej sprzedawany w szerszym zakresie na rynkach,

e) art. 36 ust. 1 pkt 3,5,6 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków, a także ukrycia dodatkowych warunków w opisie przedmiotu zamówienia,

f) art. 93 ust. 1 pkt. 7 poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem do czasu obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

g) **ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW** z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 1. 1. 3) poprzez nieuprawnione zawężenie wykazu wykonanych realizacji wyłącznie do terenu Polski, co stanowi oczywiste naruszenia i preferowanie realizacji wykonanych w kraju, co jest nieuprawnione

W związku z powyższym Wykonawca oczekuje na udzielenie odpowiedzi i dokonanie koniecznej modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, oceny ich spełniania, a także prawidłowości sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 40 i 41 w Załączniku nr 2 B opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 32

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga załączenia do każdego urządzenia protokołu badania testerem bezpieczeństwa elektrycznego, potwierdzającego zgodność z PN-EN 60601-1:2011, wykonanego przez producenta urządzenia.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zgodnie z pkt. 1 w Załączniku 2A opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 33

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ramion o stosunku długości 1 : 0,75.

Odp. Tak

Pytanie nr 34

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gniazdek bez klapki, bez stopnia ochrony IP44. Bezpieczeństwo personelu oraz pacjenta gwarantowane powinno być poprzez prawidłowe wykonanie oraz zabezpieczenie instalacji elektrycznej; stopień ochrony “IP” gwarantuje bezpieczeństwo urządzeniu, a nie osobom przebywającym w jego otoczeniu, ponadto gniazda z klapką stanowią utrudnienie w skutecznym czyszczeniu oraz dezynfekcji powierzchni kolumny.

Odp. Nie

Pytanie nr 35

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie półek o powierzchni roboczej w rozmiarze 425/430 [mm].

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby front szuflad wykonany był z materiały kompozytowego np. "CORIAN" przeciwdziałającego rozwojowi drobnoustrojów na jego powierzchni.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 37

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl. 10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga załączenia do każdego urządzenia protokołu badania testerem bezpieczeństwa elektrycznego, potwierdzającego zgodność z PN-EN 60601-1:2011, wykonanego przez producenta urządzenia.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zgodnie z pkt. 1 w Załączniku 2B opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 38

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ramion o stosunku długości 1 : 0,75.

Odp. Tak

Pytanie nr 39

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gniazdek bez klapki, bez stopnia ochrony IP44. Bezpieczeństwo personelu oraz pacjenta gwarantowane powinno być poprzez prawidłowe wykonanie oraz zabezpieczenie instalacji elektrycznej; stopień ochrony "IP" gwarantuje bezpieczeństwo urządzeniu, a nie osobom przebywającym w jego otoczeniu, ponadto gniazda z klapką stanowią utrudnienie w skutecznym czyszczeniu oraz dezynfekcji powierzchni kolumny.

Odp. Nie

Pytanie nr 40

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie półek o powierzchni roboczej w rozmiarze 425/430 [mm].

Odp. Tak

Pytanie nr 41

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl. 10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby front szuflad wykonany był z materiały kompozytowego np. "CORIAN" przeciwdziałającego rozwojowi drobnoustrojów na jego powierzchni.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 42

dot. Załącznika nr 2A i 2 B – Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego i Kolumny podwójne Nasale intensywnej terapii.

Zamawiający wymaga aby przyciski zwalniania blokady pneumatycznej ramion były na ścianie kolumny. Czy Zamawiający dopuści aby przyciski te były umieszczone w wygodnym uchwycie do pozycjonowania kolumny umieszczonym na ścianie konsoli kolumny?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43

Zamawiający wymaga aby w przypadku braku sprężonego powietrza hamulce zablokowały kolumnę. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję hamulców które w przypadku braku sprężonego powietrza nie blokują kolumny ale za to umożliwiają regulację siły tarcia w przegubach co pozwala na ustawienie siły jakiej należy użyć by przesunąć kolumnę? Rozwiązanie to jest stosowane w kolumnach większości producentów na rynku

Odp. Tak



Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe, boczne prowadnice Ø38mm do montażu np. wysięgników na kroplówki, drążków infuzyjnych i wiele innego dodatkowego wyposażenia?

Odp. Tak , jako wyposażenie dodatkowe z uwzględnieniem wymogów ujętych w SIWZ

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści potwierdzony udźwieg kolumny w załączonym do oferty prospekcie/katalogu wykonanym przez autoryzowanego dystrybutora urządzeń niedostępnym na stronie internetowej producenta kolumn? Bardzo trudno jest zamieścić wszystkie materiały - foldery i katalogi na stronie www a poza tym nie ma takiego obowiązku aby firmy posiadały własne strony www

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46

Dotyczy SIWZ i umowy

Prosimy o podanie stawki Vat jaką należy przyjąć dla instalacji gazów medycznych.

Odp. Nie , Zamawiający nie jest zobowiązany do podania stawki VAT na etapie przygotowywania oferty przetargowej .

Pytanie nr 47

W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem obszar znacznie większy od zakresu prac opisanego w SIWZ, to prosimy o potwierdzenie iż zakres opisany w SIWZ w „**Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, rozdz. I. Zakres robót**” wyczerpuje pełen zakres prac przewidzianych do wykonania w niniejszym postępowaniu.

Odp. Potwierdzamy, że zakres robót do wykonania opisany jest w dokumencie zawartym w SIWZ „WYTTCZNE ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zadania „Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” zawierającym również dopisek: Niniejsze wytyczne są uzupełnieniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Projektu Budowlanego

Pytanie nr 48

Ze względu na skomplikowany charakter postępowania ofertowego prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do dnia 15 kwietnia 2016r.

Odp. Tak

Pytanie nr 49

Dotyczy Branży Budowlanej

Według dokumentacji zamiennej na I Piętrze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, obszar zakresu prac przewidzianych do wykonania jest wyznaczony za pomocą niebieskiej przerywanej linii. Dodatkowo linią tą są wydzielone na tym obszarze elementy obejmujące klatkę schodową oraz małe windy towarowe i osobowe. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż te elementy nie wchodzą w zakres zamówienia a jedynie wykończenie ścian zewnętrznych tych elementów od strony oddziału OAiT jest objęte zakresem postępowania.

Odp. Zakres zamówienia opisany jest w dokumencie „Wytyczne Zaprojektowania, Wykonania i Odbioru robót” - patrz odpowiedź na pytanie nr 47. Potwierdzamy, że klatka schodowa, windy towarowe i osobowe nie są przedmiotem zadania w zakresie robót budowlanych. Drzwi szybowe dźwigów szpitalnych W1, W2, W3, W4 i W5 należy ocenić i wykonać zgodnie z zapisem w „Opisie dla wszystkich branż” punkt V, Stolarka i ślusarka otworowa, ust. 6.



Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia meblowego typu: stoły, krzesła, biurka, szafki, wieszaki, itp. nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że dostawa wyposażenia meblowego typu: stoły, krzesła, biurka, szafki, wieszaki, itp. nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa drobnego wyposażenia typu: podajniki papieru, dozowniki mydła, itp. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że dostawa drobnego wyposażenia typu: podajniki papieru, dozowniki mydła, itp. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że oprócz kolumn anestetycznych wymienionych w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, dostawa żadnego innego sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że oprócz kolumn anestetycznych wymienionych w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, dostawa żadnego innego sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 53

Według „Opisu dla wszystkich branż” istnieją rozbieżności w zakresie wykonania prac w Pomieszczeniu 01.3b: w jednym miejscu opis mówi: „w ramach prac wykończeniowych niniejszego etapu nie przewiduje się wykończenia posadzek w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.3b.” zaś w innym: „Pomieszczenie maszynowni wentylacji i klimatyzacji – płytki ceramiczne „gres”, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W miejscach przewidzianych na realizację central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnych etapów – posadzkę pozostawić bez warstwy wykończeniowej.” Prosimy o wskazanie prawidłowego wykończenia pomieszczenia.

Odp. Pomieszczenie 01.3b jest obecnie w stanie surowym. Zamawiający wymaga wykonania robót we wszystkich branżach: budowlanej (w tym: tynki ścian i stropu, malowanie, wylewka z izolacjami, płytki gresowe na posadzce wraz z cokołikiem, fundamenty pod wszystkie centrale klimatyzacyjne przewidziane projektami, zabezpieczenie szachtu wentylacyjnego przed schładzaniem pomieszczenia), instalacyjnej (instalacja CO, wentylacja), elektrycznej (oświetlenie, gniazdko, zasilanie central wentylacyjnych) i niskoprądowej (SAP) wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Fundamenty central wentylacyjnych pozostawić bez obłożenia płytkami.

Pytanie nr 54

Prosimy o zamieszczenie Zestawienia Stolarki wewnętrznej zawierającej specyfikacje techniczne i wymagania Zamawiającego dotyczące tej stolarki.

Odp. Szczegółowe zestawienie stolarki i ślusarki otworowej nie jest elementem Projektu Budowlanego, lecz Projektu Wykonawczego – który jest częścią zamówienia. Wymagania dotyczące stolarki i ślusarki zostały zawarte w opisie architektonicznym – str. 8-9. Na rzucie opisano jednocześnie projektowane wymiary drzwi (w świetle ościeżnicy) i okien wewnętrznych (wymiarzy zewnętrzne elementu). Jest to w naszym przekonaniu całkowicie wystarczające do przygotowania oferty.

Pytanie nr 55

Prosimy o wskazanie wg. którego zestawienia wykończenia pomieszczeń należy wykonać wycenę, czy wg zestawienia pomieszczeń w „Opisie technicznym dla wszystkich branż” czy wg. opisu Projektu Technologii Medycznej?

Odp. Wykończenie pomieszczeń należy wykonać według zestawienia pomieszczeń w „Opisie



**technicznym dla wszystkich branż” uwzględniając zapisy w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.**

Pytanie nr 56

Dotyczy Branży Elektrycznej

W pliku 02_PBZ_CS-BO-END_opis_150909.pdf znajduje się zapis: „Dla potrzeb wstępnego ogrzewania i chłodzenia powietrza wentylacyjnego został wykonany bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy (BGWCiM), który stanowi odnawialne źródło energii.” – prosimy o podanie, jakie elementy zostały wykonane w ramach budowy bezprzewodowego gruntowego wymiennika ciepła. Prosimy o potwierdzenie, że cała ta instalacja jest kompletna i nie wymaga uzupełnienia. W innym przypadku prosimy o podanie o jakie elementy należy uzupełnić tę instalację. Prosimy także o podanie jakie urządzenia zostały zainstalowane w ramach tego systemu.

Odp. Gruntowy bezprzeponowy wymiennik ciepła i masy został wykonany, instalacja jest kompletna i nie wymaga uzupełnienia. Do instalacji wymiennika podłączone są obecnie urządzenia z projektu „Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawa autorskie do projektów budowlanych.

Odp. Potwierdzamy, że Zamawiający ma prawa autorskie do projektów budowlanych.

Pytanie nr 58

Dotyczy systemu BMS – prosimy o informację czy system BMS jest w tym momencie zainstalowany na obiekcie. Jeżeli tak prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnego systemu BMS, modeli urządzeń, oprogramowania. Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie programy i kody dostępu umożliwiające dopisanie, nowych elementów do wizualizacji bez konieczności tworzenia oprogramowania od początku.

Odp. W tym momencie na obiekcie nie jest zainstalowany żaden System Zarządzania Budynkiem.

Pytanie nr 59

Dotyczy systemu BMS - prosimy o podanie listy zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają być monitorowane.

Odp. Obecnie Zamawiający nie będzie wykonywał systemu BMS dla budynku.

**Wymienione niżej zespoły wentylacyjne i klimatyzacyjne przewidziane do zamontowania w ramach zadania należy wyposażyć w elementy umożliwiające wykonanie monitorowania ich w ramach wybudowanego w przyszłości systemu BMS:
centrala wentylacyjna układu NW9, centrala wentylacyjna układu NW10,
jednostka klimatyzacyjna w Rozdzielni Głównej.**

Pytanie nr 60

Dotyczy systemu BMS - prosimy o podanie listy zespołów agregatów chłodniczych i pomp obiegowych, które mają być monitorowane.

Odp. Żadne zespoły agregatów chłodniczych i pomp obiegowych nie będą monitorowane.

Pytanie nr 61

Dotyczy systemu BMS – prosimy o podanie listy pomieszczeń w których mają być monitorowane parametry powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność względna),

Odp. Przez system automatyki centrali wentylacyjnej mają być monitorowane parametry powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność względna) w pomieszczeniach nr: 1.97 Sala 4-lózkowa, 1.96 Sala 4 łózkowa i 1.92 Posterunek pielęgniarski.

Pytanie nr 62

Dotyczy systemu BMS – prosimy o podanie jakie parametry powietrza mają być monitorowane w Sali wybudzeń.

Odp. Zakres zamówienia opisany jest w dokumencie „Wytyczne Zaprojektowania, Wykonania i

Odbioru robót". Zakres ten nie obejmuje sali wybudzeń znajdującej się na II piętrze budynku.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, że centralna bateria obecnie zainstalowana jest wystarczająca do zasilenia oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego i nie będzie konieczności rozbudowywania centralnej baterii. W innym przypadku prosimy o podanie typu zainstalowanej baterii, schematu, zestawienia elementów i innych parametrów.

Odp. Centralna bateria obecnie zainstalowana jest wystarczająca do zasilenia oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego dla obecnego etapu budowy i nie będzie konieczności rozbudowywania centralnej baterii.

Pytanie nr 64

W pliku 02_PBZ_CS-BO-END_opis_150909.pdf znajduje się zapis :” Podstawowe, rezerwowe i awaryjne zasilanie elektroenergetyczne służące celom zasilania projektowanego budynku zostało wykonane w latach 2006-2009 na podstawie opracowanej przez autora dokumentacji projektowej w latach 2004-2006.” Prosimy o podanie na jakim odcinku wykonane jest ww. okablowanie zasilające. Prosimy także o podanie w jakiej formie to okablowanie jest zakończone? Czy są zostawione tylko zapasy kabla - czy kable zostały zakończone. Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie to nie jest uszkodzone i spełnia wszelkie parametry tj. ciągłość, rezystancja izolacji itd.

Odp. Okablowanie zasilające budynek zostało w roku 2006 wykonane całkowicie tj. ułożone wszystkie przewody i wpięte zarówno do Stacji Trafo jak i Rozdzielni Głównej budynku. Okablowanie nie jest uszkodzone i spełnia wszelkie parametry.

Pytanie nr 65

Dotyczy systemu rozdzielnic medycznych z systemem uziemienia IT – prosimy o informację czy system rozdzielnic medycznych z systemem uziemienia IT ma być integrowany z istniejącym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu – schematów, listy urządzeń i parametrów.

Odp. System rozdzielnic medycznych z systemem uziemienia IT nie ma być integrowany z istniejącym systemem.

Pytanie nr 66

Dotyczy systemu rozdzielnic z systemem uziemienia IT – prosimy o informację jakiego producenta urządzenia zainstalowane są na istniejącym obiekcie.

Odp. Na istniejącym obiekcie są zamontowane rozdzielnice z systemem uziemienia IT produkcji PRO-MAC.

Pytanie nr 67

Dotyczy systemu rozdzielnic z systemem uziemienia IT – ze względu na ilość parametrów i niebezpieczeństwo, że opisane wymagania spełnia tylko jeden producent. Prosimy o podanie jakich dwóch producentów spełnia opisane w projekcie wymagania.

Odp. Zwracamy uwagę, że wymagania bezpieczeństwa pacjentów stawiają wysokie wymagania dla systemów uziemienia IT w pomieszczeniach nimi objętych, a są one określone w stosownych normach i dyrektywach unijnych. Projektant instalacji elektrycznych jednocześnie gwarantuje, że znane są mu co najmniej dwaj producenci działający na rynku polskim spełniający te wymagania (nie licząc producentów działających w innych obszarach Unii Europejskiej). Zamawiający nie jest jednak zobligowany do wskazywania przykładowych producentów. Szczegółowe wymagania techniczne dla rozdzielni i instalacji IT opisane są w załączonym Projekcie budowlanym Bloku Operacyjnego w pliku 02_PBZ_CS_BO_END_OPIS na stronach 73-77. Znajdujące się tam zapisy wymagań należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie



Pytanie nr 68

Dotyczy wyboru urządzeń. Na rysunkach w projekcie znajdują się zapisy : Ze względu na to, że projektowane instalacje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli są kontynuacją wcześniej wykonanych robót w doborze wielu materiałów i urządzeń systemów istnieje konieczność kontynuacji już zainstalowanych linii produktowych. „ Prosimy o listę linii produktowych urządzeń, które są za instalowane na obiekcie i jest konieczność ich stosowania w obecnej inwestycji.

Odp. Zamawiający określa następujące linie produktowe, które należy kontynuować przy robotach dla OAiIT zachowując parametry techniczne i jakościowe dla:
instalacja strukturalna: linie okablowania dla PDO według parametrów systemu FIBRAIN, linie okablowania dla OAiIT według parametrów systemu 3M,
instalacja SAP: system zgodny z parametrami z zamontowanym Ariston linia 2000,
roboty budowlane: poręcze i odboje korytarzowe system zgodny kolorystycznie i jakościowe z wyrobami Firmy Promador
instalacje sanitaene: rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przewidziane w systemie zgrzewanym kompatybilne z systemem KAN-THERM,
centralne ogrzewanie: grzejniki higieniczne oraz system zawieszenia zgodne z parametrami i wyglądem zewnętrznym z wyrobami Firmy KERMI,
gazy medyczne: punkty poboru zgodne z parametrami Firmy INSTAL Rzeszów.

Pytanie nr 69

Dotyczy systemu SAP – prosimy o zamieszczenie scenariusza pożarowego dla inwestycji zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Odp . Zwracamy uwagę, że przywołane rozporządzenie weszło w życie dnia 15 grudnia 2015 r., natomiast wniosek o pozwolenie na budowę był składany w sierpniu 2015 r., a więc projekt nie był uzgadniany w oparciu o jego procedury. Jednocześnie scenariusz pożarowy jest opracowywany dla całego obiektu, a nie jego wyłączonej części.

Należy zaznaczyć, że projektowana dla OAiIT instalacja SSP nie jest instalacją autonomiczną, lecz rozbudową już działającego systemu. W związku z tym funkcjonalność instalacji musi być zgodna z systemem istniejącym i odpowiadać założeniom przyjętym dla całego budynku (tj. powodować określone działanie w całym budynku, lub wyłącznie w zagrożonej strefie – jeśli istniejący system tak został skonfigurowany). W zakresie projektowanym instalacja SSP w przypadku alarmu pożarowego II stopnia powinna obsłużyć następujące funkcje:

- 1. Wyłączenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych obsługujących projektowany obszar oraz zamknięcie klap w kanałach wentylacyjnych.**
- 2. Uruchomienie klap oddymiających klatek schodowych (uzupełnienie istniejącego systemu).**
- 3. Odblokowanie drzwi podlegających kontroli dostępu.**
- 4. Automatyczne otwarcie drzwi przesuwanych do pomieszczeń i pozostawienie ich w pozycji otwartej.**
- 5. Uruchomienie zaworów elektromagnetycznych odcinających na pionach instalacji wodociągowej (bytowej).**

Pytanie nr 70

Dotyczy systemu SAP – prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanej Centrali PPOż: Typ, model, elementy składowe,

Odp. Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym Projektu budowlanego dla wszystkich branż w pomieszczeniu 0.26 zainstalowana jest centralka Firmy Aritech typ FP 286418.



Pytanie nr 71

Dotyczy systemu SAP – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada kody dostępu do centrali SAP, programy zainstalowane na centrali SAP i wszelkie niezbędne elementy umożliwiające doinstalowanie dodatkowych elementów SAP.

Odp. Zamawiający posiada kody dostępu do centrali SAP, programy zainstalowane na centrali SAP i wszelkie niezbędne elementy programowe umożliwiające doinstalowanie dodatkowych elementów SAP. Jednocześnie informujemy, że oprócz udostępnienia ww danych przez Zamawiającego wszystkie prace na centrali pożarowej wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 72

Dotyczy systemu SAP – prosimy o podanie jaka firma obecnie serwisuje system SAP na obiekcie .

Odp. System SAP konserwuje uprawniona Firma posiadająca stosowny certyfikat do obsługi aparatów Firmy Ariston zatrudniająca pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

Pytanie nr 73

Dotyczy systemu SAP – prosimy o potwierdzenie, że system SAP działa poprawnie i nie jest konieczna wymiana elementów w istniejącym systemie.

Odp. System SAP działa poprawnie, jest konserwowany i nie jest konieczna wymiana istniejących elementów w istniejącym systemie.

Pytanie nr 74

Dotyczy systemu Kontroli dostępu – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji

Odp. Zamawiający informuje, że system Kontroli dostępu nie będzie integrowany z żadnym systemem obecnie zainstalowanym w Szpitalu. Zamontowany system powinien być otwarty na podłączenie do niego w przyszłości innych jednostek Szpitala.

Pytanie nr 75

Dotyczy systemu Interkomowego – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji.

Odp. Zamawiający informuje, że system Interkomu nie będzie integrowany z żadnym systemem obecnie zainstalowanym w Szpitalu. Zamontowany system powinien być otwarty na podłączenie do niego w przyszłości innych jednostek Szpitala.

Pytanie nr 76

Dotyczy systemu CCTV – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji.

Odp. Zamawiający informuje, że system CCTV nie będzie integrowany z żadnym systemem monitorującym obecnie zainstalowanym w Szpitalu.

Pytanie nr 77

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – prosimy o potwierdzenie, że sprzęt aktywny nie ma być wyceniany, w innym przypadku prosimy o podanie szczegółów i wymagań dotyczących sprzętu aktywnego który ma zostać wyceniony.



Odp. Sprzęt aktywny ma być wyceniony. Urządzenia aktywne muszą zostać objęte 3 letnią gwarancją i zawierać wszystkie licencje niezbędne do funkcjonowania w zakresie opisanym w projekcie i specyfikacji. Należy dostarczyć sprzęt spełniający wymogi projektu oraz specyfikacji. Dostarczany przełącznik w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym dla OAiIT ma zostać połączony łączem o przepustowości 10Gbps full duplex z istniejącym centralnym przełącznikiem szpitala w Drugim Pawilonie Szpitalnym na parterze budynku A, w centralnym serwerze Szpitala, w którym należy zainstalować miniGBIC na potrzeby realizacji tego połączenia (światłowód jest położony na trasie PPD A1 do PPD G0/ PPD G1 i zakończony w istniejących szafach złączami LC. Dopuszczamy możliwość dospawania łącz do niewykorzystanych żył istniejącego światłowodu i zarobienie go po obu stronach. Przełącznik dla OAiIT powinien być wyposażony w 2 porty 10gbps full duplex do połączenia z przełącznikiem centralnym w PPD A1. Jeżeli przełącznik będzie zbudowany ze stosu, to przepustowość połączeń w sosie również powinna wynosić 10Gbps full duplex. Przepustowość każdego z modułów przełącznika powinna odpowiadać co najmniej sumie przepustowości wszystkich portów. Przepustowość portów klienckich powinna być ustawiana w zakresie 10Mbps do 1Gbps full duplex. Zamawiający zmniejszył ilość punktów w pomieszczeniach OAiIT, jednak wielkość PPD KR2/KIN2/KTV2/BD pod względem jego wyposażenia pozostawić bez zmian. W przypadku zastosowania przełączników innych niż z serii HP2920, należy przewidzieć szkolenie dla informatyków z zakresu ich obsługi i konfiguracji. Przełącznik lub jego moduły/elementy stosu powinny zapewniać zasilanie wszystkich urządzeń PoE ujętych w projekcie i zapewnić co najmniej 24 Porty PoE do wykorzystania. Przełączniki dla gniazd przyłóżkowych muszą spełnić wymagania bezpieczeństwa stawiane przez producentów sprzętu medycznego. Roboty na istniejącym światłowodzie przy wykonywaniu łącz należy wykonać w terminach uzgodnionych z użytkownikiem realizując je przy minimalnych przerwach w pracy instalacji. Przełączenie istniejących odbiorów zlokalizowanych w serwerowni PDZ Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Pytanie nr 78

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – Jeżeli sprzęt aktywny ma być wyceniany i ma być on integrowany z obecnie zainstalowanym na obiekcie sprzętem aktywnym prosimy o podanie szczegółów dotyczących obecnie zainstalowanego sprzętu aktywnego: schematu, typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów. Prosimy także o podanie elementów w jakie należy wyposażać obecnie zainstalowany sprzęt aktywny aby umożliwić integrację.

Odp. Schemat punktu dystrybucyjnego FD1 znajduje się w dołączonej do SIWZ dokumentacji Działu Diagnostyki Obrazowej w Dziale Elektryka w pliku E12 Schemat okablowania strukturalnego.

Z uwagi na wieloetapowe prowadzenie robót w pomieszczeniu serwerowni i głównego serwera Zamawiający nie posiada aktualnego schematu. Zamawiający podaje, że w serwerowni PDZ zamontowane jest na końcu istniejącego światłowodu urządzenie aktywne HP 2920-246, a w pomieszczeniu głównego serwera zainstalowany jest patchpanel krosowy AMP. Światłowód zarówno w pom. 0.6 jak i w centralnym serwerze jest prawdopodobnie z niewspawanymi wolnymi włóknami. Zadaniem Wykonawcy będzie uruchomić przepływ przez wolne włókna z przedstawieniem badań przepływu. Po wykonaniu nowego PPD istniejące tam linie (Dział Analiz i kamery monitoringu) będą wpięte do tego punktu. Sprzęt aktywny w jaki powinny być wyposażone Punkty Dystrybucyjne wymienione są w odpowiedzi na pytanie 77



Pytanie nr 79

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – jeżeli sprzęt aktywny ma być wyceniany to prosimy o potwierdzenie, że wszelkie licencje, serwisy itd. będą po stronie Zamawiającego. W innym przypadku prosimy o zamieszczenie jakie licencje i serwisy należy wycenić.

Odp. a) licencja: Licencję na sprzęt aktywny zapewnia na swój koszt Wykonawca. Licencję na oprogramowanie użytkownika Zamawiający posiada.

b) serwis: W okresie gwarancyjnym urządzeń aktywnych bezpłatny serwis zapewnia Wykonawca.

Wymagana gwarancja na okablowanie strukturalne ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej części logicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf, że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku. W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych do wykonania.

Odp. W piwnicy budynku w pomieszczeniach technicznych i socjalnych poza pomieszczeniem 01.3b nie ma do wykonania instalacji nisko i silnoprądowych z wyjątkiem nowych instalacji przewidzianych w SIWZ prowadzonych przez te pomieszczenia.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf, że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w maszynowni nr 01.3b W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych do wykonania.

Odp. W pomieszczeniu maszynowni 01.3b nie są wykonane żadne roboty elektryczne silno i słaboprądowe. Do wykonania są wszystkie instalacje wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf, że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w ciągach komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dźwigi osobowe, małe dźwigi towarowe). W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych do wykonania.

Odp. W ciągach komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dźwigi osobowe, małe dźwigi towarowe) nie ma do wykonania w ramach zadania żadnych robót elektrycznych z wyjątkiem instalacji przewidzianych w ramach SIWZ prowadzonych przez te pomieszczenia.



Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf, że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w pomieszczenia zespołu diagnostyki obrazowej – w zachodniej części kondygnacji I piętra budynku, wraz z połączeniem z istniejącym pawilonem głównym Szpitala. W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych do wykonania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach I piętra budynku objętych projektem Pracownia Diagnostyki Obrazowej wraz z połączeniem z istniejącym pawilonem głównym Szpitala (rozumie się przez to Pierwszy Pawilon Szpitala) zostały wykonane wszystkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe.

Pytanie nr 84

Prosimy o przekazanie rzutów z zaznaczonymi elementami instalacji silno i słaboprądowych wykonanymi we wschodniej części I piętra. W dokumentacji znajduje się zapis „Przez kondygnacje są przepuszczone piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejść poziomych dla włączenia instalacji obsługujących OAiT”. Prosimy o potwierdzenie, że przez piony instalacyjne wraz z odejściami poziomymi Zamawiający rozumie koryta, drabinki, rury wraz z WLZ-tami. Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że wszystkie WLZ-ty wraz z trasami dla WLZ-tów zostały wykonane. W innym przypadku prosimy o dokładne określenie wykonanego zakresu robót.

Odp. a) odnośnie przekazania rzutów informujemy: we wschodniej części I piętra na powierzchni przewidzianej pod OAiT oraz salę konferencyjną nie zostały wykonane żadne instalacje nisko i silnoprądowe,
b) odnośnie przepuszczonych pionów informujemy: zapis o przepuszczeniu pionów przez kondygnację - dotyczy to tylko i wyłącznie pionów wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Nie są wykonane żadne piony instalacji elektrycznej rozumianej jako WLZ dla zasilania OAiT, koryta, drabinki, elementy orurowania elektrycznego. Jedynym elementem instalacji elektrycznych jest doprowadzony do istniejącego w części dotyczącej PDO punktu dystrybucyjnego FD1 wieloparowy przewód telefoniczny, który zapewni możliwość podłączenia instalacji telefonicznej dla OAiT. Z punktu FD1 należy również podłączyć zasilanie gniazd okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 1.79 i dodatkowe do 1.45 w części dotyczącej PDO.

Pytanie nr 85

Dotyczy systemu SAP – W dokumentacji znajduje się zapis : „13. W obiekcie istnieje instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożarowego włączona do centralnej instalacji Szpitala, z monitoringiem do najbliższej komendy straży pożarnej. Projektowane drzwi przesuwne należy podłączyć do w/w instalacji.” Prosimy o informację czy w istniejącym systemie SAP istnieje wolny moduł do którego można podłączyć centralę dla drzwi przesuwnych, czy trzeba zastosować dodatkowy moduł kontrolno sterujący.

Odp. Przedmiotowe drzwi przesuwne oznaczone w projekcie jako DPS należy dla celów bezpieczeństwa użytkowania wpiąć do pętli instalacji SAP obsługującej OAiT, wykonaną jako nowy element. W pętli tej należy przewidzieć odpowiedni moduł obsługujący awaryjne otwieranie drzwi w przypadku zaniku napięcia, bez konieczności przesyłania takiej informacji do komendy straży pożarnej.



Pytanie nr 86

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wybudowano stację transformatorową wewnętrzną 15/0,4kV z rozdzielnicą 15kV dwusekcyjną o mocy transformatorów dobranych według potrzeb budynku diagnostyczno-zabiegowego. Rozdzielnica ŚN z podziałem na część RZE S.A. i część PSS. Rozdzielnica główna stacji RGS 3x230/400V dwusekcyjna z SZR. Jeżeli roboty te wykonano w części prosimy o podanie zakresu.

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonana została stacja transformatorowa wewnętrza z rozdzielnicą dwusekcyjną z przeznaczeniem dla budynku Diagnostyczno – Zabiegowego. Została wybudowana jako kompletna i oddana do użytku w 2006 roku

Pytanie nr 87

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wybudować zasilanie kablowe pomiędzy główną rozdzielnicą stacji RGS 3x230/400V a główną rozdzielnicą budynku RG 3x230/400V.

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych zasilanie kablowe dla budynku Diagnostyczno – Zabiegowego zostało wybudowane jako kompletne i oddane do użytku w 2006 roku

Pytanie nr 88

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Zasilono stację transformatorową kablami ŚN:

- zasilanie podstawowe – od stacji 110/15kV GPZ I stalowa Wola Miasto,
- zasilanie drugostronne – od stacji 15/0,4kV nr 53

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych zasilono stację transformatorową kablami SN jak w zapytaniu.

Pytanie nr 89

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla każdego przyłącza ŚN w układzie pośrednim z przekładnikami napięciowymi i prądowymi. W układach pomiarowych zastosowano liczniki czterokwadrantowe z modemowym zdalnym odczytem.

Odp. : W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla każdego przyłącza ŚN w układzie pośrednim z przekładnikami napięciowymi i prądowymi. W układach pomiarowych zastosowano liczniki z modemowym zdalnym odczytem.

Pytanie nr 90

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano zasilanie awaryjne w postaci spalinowego zespołu prądotwórczego mocy dobranej do zapotrzebowania mocy dla odbiorników wymagających zasilania awaryjnego

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano zasilanie awaryjne w postaci spalinowego zespołu prądotwórczego mocy dobranej do zapotrzebowania mocy dla odbiorników wymagających zasilania awaryjnego.

Pytanie nr 91

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano Rozdzielnica główna budynku diagnostyczno zabiegowego PSS

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano Rozdzielnicę główną budynku diagnostyczno zabiegowego PszS

Pytanie nr 92

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano linie kablowe opisane w pkt. 2.2 Rozdzielnica główna budynku diagnostyczno zabiegowego PSS

Odp. W punkcie 2,2 opisu elektrycznego zapisano, że w ramach robót wcześniej wykonywanych



wykonano podstawowe, rezerwowe i awaryjne zasilanie budynku. Zamawiający potwierdza to.

Pytanie nr 93

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano rozdzielnicę główną dla zasilania obwodów napięciem gwarantowanym RK/UPS

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano rozdzielnicę główną dla zasilania obwodów napięciem gwarantowanym RK/UPS.

Pytanie nr 94

dot. pkt. 16 - kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby potwierdzenie nośności kolumny netto potwierdzone było na projekcie danej kolumny a nie w instrukcji obsługi ? Instrukcja obsługi zawiera wytyczne do danego typu kolumn natomiast projekt odnosi się konkretnie do oferowanej kolumny uwzględniając wszystkie warunki miejsca montażu i wymogi SIWZ. Podana wartość nośności netto w projekcie jest najbardziej wiarygodna ponieważ uwzględnia wszystkie elementy składowe danej konkretnej kolumny i tylko ta wartość z projektu gwarantuje nam największe bezpieczeństwo obciążenia kolumny w czasie jej eksploatacji .

Odp. Zamawiający dopuści potwierdzenie nośności kolumny netto na projekcie danej kolumny a nie w instrukcji obsługi.

Pytanie nr 95

dot. pkt. 21, pkt. 22 - kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiT- kpl- 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę potwierdzenie nośności kolumny netto potwierdzone było na projekcie danej kolumny a nie w instrukcji obsługi ? Instrukcja obsługi zawiera wytyczne do danego typu kolumn natomiast projekt odnosi się konkretnie do oferowanej kolumny uwzględniając wszystkie warunki miejsca montażu i wymogi SIWZ . Podana wartość netto w projekcie jest najbardziej wiarygodna ponieważ uwzględnia wszystkie elementy składowe danej konkretnej kolumny i tylko zawartość z projektu gwarantuje nam największe bezpieczeństwo obciążenia kolumny w czasie jej eksploatacji.

Odp. Zamawiający dopuści potwierdzenie nośności kolumny netto na projekcie danej kolumny a nie w instrukcji obsługi.

Pytanie nr 96

dot: Załącznik 2A - Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiT kpl-1

Punkt 4 - Czy Zamawiający potwierdzi że wymaga zaoferowania kolumny o głowicy zbudowanej z jednolitych paneli aluminiowych bez podziału na oddzielne moduły których połączenia wykluczają możliwość utrzymania urządzenia w czystości?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza zaoferowanie kolumny o głowicy zbudowanej z jednolitych paneli aluminiowych bez podziału na oddzielne moduły.

Pytanie nr 97

Punkt 7 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika w postaci pilota?

Odp. Tak, jeśli to jest dodatkowy element sterujący

Pytanie nr 98

Punkt 11 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wymaganej liczby gniazd na bocznych ściankach co nie wpływa na funkcjonalność oferowanego urządzenia?

Odp. Tak

Pytanie nr 99

Punkt 13 - Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie precyzyjnie licowanych z powierzchnią ściany głowicy, gniazd z diodą kontrolną. To rozwiązanie zachowuje tożsąmą z opisanym ochronę przed zachlapaniem natomiast przewyższa je pod względem zachowania septyki co ma kolosalne znaczenie kliniczne?

Odp. Tak , Zamawiający dopuści dostarczenie precyzyjnie licowanych z powierzchnią ściany



głowicy, gniazd z diodą kontrolną pod warunkiem ,że gniazdka te będą miały klapkę ochronną

Pytanie nr 100

Punkt 21- Wnosimy o uznanie za tożsame rozwiązania opartego na zaobleniu końcówek szyn bocznych połączonych precyzyjnie z narożnikiem półki tworzących bezpieczniejsze rozwiązanie niż ostre narożniki wykonane z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza proponowane w/w rozwiązanie .

Pytanie nr 101

Dot : Załącznik 2B - kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT- kpl – 10

Punkt 10 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika w postaci pilota?

Odp. Tak, jeśli to jest dodatkowy element sterujący

Pytanie nr 102

Punkt 12- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na czytelnym opisie przycisków w formie piktogramu – rozwiązanie takie w żaden sposób nie odbiega funkcjonalnością od opisanego?

Odp. Tak

Pytanie nr 103

Punkt 15 - Czy Zamawiający opisując włącznik miał na myśli panel dotykowy z możliwością regulacji natężenia światła co jest niezwykle istotną funkcją z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego środowiska pacjenta. Oraz czy potwierdzi wymóg certyfikacji takiego rozwiązania przez producenta w celu uniknięcia możliwości zaoferowania rozwiązań adaptowanych na potrzeby przedmiotowego postępowania?

Odp. Zamawiający nie miał na myśli panelu dotykowego z możliwością regulacji natężenia światła i nie potwierdza wymogu certyfikacji takiego rozwiązania przez producenta.

Włącznik ten będzie służył do zaświecenia tylko jednej oprawy oświetleniowej nad stanowiskiem chorego. Rozwiązanie umożliwiające włączenie tylko jednej, oprawy oświetleniowej, z poziomu stanowiska intensywnej terapii, poprzez wyłącznik klasy IP 44, będzie zaprojektowane przez projektanta projektu wykonawczego Oddziału AiIT, w ramach projektu instalacji elektrycznych.

Pytanie nr 104

Punkt 18 -Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie precyzyjnie licowanych z powierzchnią ściany głowicy, gniazd z diodą kontrolną. To rozwiązanie zachowuje tożsamość z opisanym ochronę przed zachlapaniem natomiast przewyższa je pod względem zachowania septyki co ma kolosalne znaczenie kliniczne?

Odp. Tak , Zamawiający dopuści dostarczenie precyzyjnie licowanych z powierzchnią ściany głowicy, gniazd z diodą kontrolną pod warunkiem ,że gniazdka te będą miały klapkę ochronną

Pytanie nr 105

Punkt 28 - Wnosimy o uznanie za tożsame rozwiązania opartego na zaobleniu końcówek szyn bocznych połączonych precyzyjnie z narożnikiem półki tworzących bezpieczniejsze rozwiązanie niż ostre narożniki wykonane z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza proponowane w/w rozwiązanie .

Pytanie nr 106

Punkt 33- Czy Zamawiający dopuści lampkę o długości całkowitej +/-1,4 m i mocy znamionowej 15W – podane parametry jedynie wpływają na poprawę funkcjonalności urządzenia?

Odp. Tak , ale nie dłuższą niż na 1,4 m ze źródłem światła typu LED

Pytanie nr 107

Punkt 33-Czy wymóg regulacji temperatury barwowej na min. 3 różnych poziomach min. 3800-4700, regulację natężenia min. 30-100%, Ra min. 95, natężenie min. 30kLux) Zamawiający uzna za



właściwie opisujące wartości kliniczne oferowanego urządzenia i włączy je do opisu? Podane wartości są spełniane przez wielu czołowych producentów lamp medycznych?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu .

Pytanie nr 108

Gwarancja

Czy Zamawiający oczekuje jednolitej gwarancji producenta lub dystrybutora na wszystkie elementy tj. kolumny i lampy pochodzące od jednego producenta dla zachowania wspólnych warunków serwisowych i jednego serwisu odpowiedzialnego za całość działań posprzedażowych?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Pytanie nr 109

dot. pkt 40 i pkt 41 tabeli Zestawienia parametrów – Załącznika nr 2 B do SIWZ w zakresie kolumn podwójnych (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – klp - 10

Wnosimy o rezygnację z wymogu przedstawionego w pkt 40 ww. tabeli [„Warunki dodatkowe”].

Ad. pkt 40

Postawiony przez Zamawiającego w przedmiotowym punkcie tabeli warunek dodatkowy stanowi *de facto* opis oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia. W intencji Zamawiającego od spełnienia tego warunku uzależniony jest udział danego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że Ustawodawca jednoznacznie nałożył na zamawiającego obowiązek opisu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do właściwości podmiotowej wykonawcy (od których spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej: „ustawa PZP”, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7, art. 48 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP), o ile oczywiście taki opis jest dokonywany przez zamawiającego. Niezaprzeczalnie Zamawiający był zatem obowiązany wskazać warunki udziału w postępowaniu i dokonać opisu oceny spełniania tych warunków już w **ogłoszeniu o zamówieniu** (oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Ogłoszenie to powinno zawierać także oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków. W przypadku, kiedy zamawiający nie zażądał złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów zgodnie z wymogami ww. ustawy, oczywistym jest, że nie może następnie wykluczyć wykonawcy z powodu niewykazania spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP).

Co za tym idzie, tylko Zamawiający, który dokonał opisu i poinformował o nim w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest następnie nim związany przy dokonywaniu oceny prawidłowości czynności zamawiającego związanych z kwalifikacją wykonawcy do udziału w postępowaniu (nie może bowiem podejmować decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców).

Od warunków podmiotowych (określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy PZP) należy odróżnić warunki przedmiotowe, a więc odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Niespełnienie tych pierwszych skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Te drugie odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne, a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Nie można przy tym odrzucić oferty z powodu niespełniania warunków podmiotowych (ofertę uznaje się za odrzuconą) i odwrotnie, nie można wykluczyć wykonawcy z powodu niespełniania warunków przedmiotowych. Właściwości wykonawcy nie mogą być już brane pod uwagę przy ocenie ofert, zatem ww. wymóg nie powinien znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia – Zestawieniu parametrów.



Jeśli zaś Zamawiający w swoim zamierzeniu postawił ww. warunek jako warunek dla przedmiotu zamówienia, to wówczas nie powinien był żądać referencji, które stanowią przecież poświadczenie, że dana dostawa lub usługa została wykonana należycie, a zatem spełniony został warunek podmiotowy (w postaci posiadania wiedzy i doświadczenia).

Postawienie ww. warunku udziału w sposób określony w postępowaniu jest rażąco sprzeczne z wymogami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jak i z przepisami ustawy PZP. Mając powyższe na uwadze konieczne jest wykreślenie ww. Pkt.

Ad. pkt 41

Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowania w ofercie w ww. punkcie tabeli usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym w postaci jednego przeglądu sufitowej jednostki zasilającej (tandemu), przez autoryzowany serwis, która łącznie z kosztami przejazdu tam i z powrotem nie może przekroczyć 800,00- zł plus VAT, a nie zamieścił on stosownych zapisów umownych w tym zakresie wnosimy o wykreślenie z SIWZ obowiązku zaoferowania usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym.

Alternatywnie, gdyby Zamawiający uznał, że chce jednak uregulować niniejszym zamówieniem uregulować również zapisy usługi pogwarancyjne wnosimy o uzupełnienie SIWZ i wzoru umowy – załącznika nr 11 do SIWZ o szczegółowe zapisy opisujące zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego w tym w szczególności o:

- zakres przeglądu i termin wykonywania usług serwisu pogwarancyjnego (od kiedy do kiedy);
- określenie sposobu rozliczeń za usługi z zakresu serwisu pogwarancyjnego.

Proszę zwrócić uwagę, że wprowadzenie w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych warunków w zakresie świadczenia usług pogwarancyjnych, nie leżących przecież w zakresie przedmiotu zamówienia, stanowi ingerencję Zamawiającego w prawa wykonawcy, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku. Zamawiający nie jest uprawniony do wprowadzania limitów cenowych na usługi świadczone przez inne podmioty gospodarcze. Takie zachowanie Zamawiającego wykracza poza uprawnienia nadane mu przez ustawę PZP.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 40 i 41 w Załączniku nr 2 B opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 110

dot. § 7 ust. 4 lit. f) wzoru umowy o zamówienie publiczne nr 1218 ZP/2015

- Załącznika nr 11 do SIWZ

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu z uwagi na to, że w świetle ustawy PZP, aktualne jego brzmienie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Określenie przez Zamawiającego wymagań w stosunku do podwykonawcy, odpowiadających (nawet jeżeli tylko proporcjonalnie) wymaganiom stawianym wykonawcy stoi w sprzeczności z art. 26 ust. 2b. ustawy PZP. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu wykonawca może polegać m. in. na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nimi stosunków, a co za tym idzie, to nadal na wykonawcy, nie zaś na podwykonawcy, spoczywa obowiązek wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu w postaci: 1. posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, 2. dysponowania personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie umowy, 3. kwalifikacjami do wykonywania określonej czynności. Wykonawca zobowiązany jest w tej sytuacji jedynie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, np. poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podwykonawcy do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Alternatywnie, w przypadku gdy Zamawiający postanowi pozostawić przedmiotowy zapis we wzorze umowy, wnosimy o wyłączenie umów poddostawczych, których przedmiotem są dostawy z zakresu



wymagań dotyczących umów podwykonawczych wyznaczonego przedmiotowym zapisem wzoru umowy przez wzgląd na odmienny charakter przedmiotu tychże umów (dostawy) w odniesieniu do głównego przedmiotu zamówienia (robota budowlana), poprzez wprowadzenie stosownej modyfikacji w treści SIWZ, zgodnie z brzmieniem zaproponowanym poniżej:

*„Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca **robót budowlanych** musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy **w zakresie robót budowlanych**, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy **robót budowlanych**, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca **robót budowlanych** w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane** będą stanowiły załącznik do tej umowy.”.*
Obecna treść tego zapisu jest bowiem sprzeczna z postanowieniami ustawy PZP. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11) ustawy PZP specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zawiera wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił we wzorze umowy – załączniku nr 11 do SIWZ wymagania w stosunku do treści umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jednocześnie powinien był jednak zaznaczyć, iż wymagania te nie odnoszą się do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, w stosunku do których (zgodnie z ustawą PZP) Zamawiający, zapoznawszy się z treścią zawartej umowy po uzyskaniu jej kopii, może jedynie wezwać wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, gdy przewidziany w umowie termin wykracza ponad ustawowy termin 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy lub usługi. Mając na uwadze powyższą argumentację, wnosimy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji brzmienia umowy § 7 ust. 4 lit.f):

*„Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca **robót budowlanych**, w tym robót montażowych kolumn anestezjologicznych, dalej zwanych robotami budowlanymi musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy **w zakresie robót budowlanych**, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy **robót budowlanych**, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca **robót budowlanych** w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane** będą stanowiły załącznik do tej umowy”*

Pytanie nr 111

dot. § 11 ust. 7 wzoru umowy o zamówienie publiczne nr 1218 ZP/2015 - Załącznika nr 11 do SIWZ.

Wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. zapisu tak, aby zyskał on następujące brzmienie:

*„7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym **podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za zobowiązaniem do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi**, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.”*

Wnosimy o dokonanie korekty ww. zapisu zgodnie z wskazaną powyżej propozycją, z uwagi na fakt,

iż obecne jego brzmienie może powodować rozbieżności w interpretacji. Dotychczasowa jego treść może zostać bowiem rozumiana dosłownie, jako zobowiązanie wykonawcy do wykonania osobiście wszelkich prac i czynności związanych z wykonywaniem usług serwisowych, także tych, które podzleca podwykonawcom. Dążąc do wyeliminowania tej nieścisłości sugerujemy modyfikację zapisu, tak, by stało się jasne, iż intencją Zamawiającego było jedynie wskazanie, iż (w myśl art. 474 Kodeksu cywilnego) Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność **jak za własne działanie lub zaniechanie** za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza (podwykonawców).

Odp. Zapis otrzymuje brzmienie ; „7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.”

Pytanie nr 112

dot. pkt 42 tabeli Zestawienia parametrów – Załącznika nr 2 B do SIWZ w zakresie kolumn podwójnych (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl - 10

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zwrot: „*Oferowany produkt jest wytwarzany seryjnie i nie jest modyfikowany na potrzeby przetargu.*” Zamawiający rozumie, iż oferowany produkt nie jest wyrobem wykonanym na zamówienie w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Produkty wytwarzane seryjnie mogą być bowiem modyfikowane na potrzeby przetargu w tym znaczeniu, że nawet tego rodzaju produkty są często dostosowywane pod konkretne zamówienie, jako że składają się z różnych, montowanych seryjnie elementów.

Odp. Tak

Pytanie nr 113

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT – kpl.-1

Punkt nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której zwalniane blokady pnematycznej ramion realizowane jest przez użycie przycisków umieszczonych na froncie jednej z półek ?

Odp. Nie , jeżeli jest to jedyny przycisk zwalniający blokadę

Pytanie nr 114

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w półki bez nakładek z tworzywa sztucznego na ich narożach ?

Odp. Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem zapewnienia odporności półki na uderzenia oraz zapewnienia kształtu półki bezpiecznego i funkcjonalnego w obsłudze

Pytanie nr 115

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl- 10

Punkt nr 10

Czy zamawiający dopuści kolumnę w której zwalnianie blokady pneumatycznej ramion realizowane jest przez użycie przycisków umieszczonych na froncie jednej z półek ?

Odp. Nie , jeżeli jest to jedyny przycisk zwalniający blokadę.

Pytanie nr 116

Punkt nr 28

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w półki bez nakładek z tworzywa sztucznego na ich narożach

Odp. Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem zapewnienia odporności półki na uderzenia oraz zapewnienia kształtu półki bezpiecznego i funkcjonalnego w obsłudze



Pytanie nr 117

**Załącznik nr 2 A do SIWZ, Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego
OAiT kpl -1, pkt 2.**

**Załącznik nr 2 B do SIWZ, Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii
w OAiT – kpl – 10, pkt 2.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia płyty sufitowej w zawory gazowe do celów serwisowych, jeżeli sposób podłączenia kolumny do instalacji gazów medycznych umożliwia łatwe fizyczne odłączenie kolumny i szczelne zamknięcie rurociągów gazów medycznych wytrzymujące ciśnienie robocze w instalacji na czas długotrwałych prac serwisowych, gdyby takie były ewentualnie potrzebne?

Uzasadnienie:

Zgodnie z punktem 8.3 normy PN-EN ISO 7396-1 określającą wymagania dla instalacji gazów medycznych (wymagania tej normy są obligatoryjne) strefowe zawory odcinające powinny być zainstalowane „na rurociągu do każdego gazu i próżni, zasilającym każdą salę operacyjną, oddział ogólny i wszystkie inne oddziały”. Zawory te używane są do celów konserwacyjnych (inaczej mówiąc „serwisowych”) i w przypadkach awaryjnych (punkt 8.3.3), a więc spełniają dokładnie taką samą funkcję jak zawory wymagane przez Zamawiającego. Jednak norma bardzo wyraźnie określa, że zawory te powinny być „umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy i drzwiczki” (punkt 8.3.4) oraz „wszystkie skrzynki powinny być umieszczone w normalnym zasięgu rąk i powinny być widoczne oraz dostępne przez cały czas” (punkt 8.3.7). Zainstalowanie zaworów odcinających na płycie sufitowej kolumny oczywiście jest niedopuszczalne.

Powyżej przywołane zapisy nie pozostawiają wątpliwości, że zawory odcinające do celów serwisowych powinny znajdować się w tak zwanych „skrzynkach zaworowych” instalowanych na ścianie przy każdej sali operacyjnej, sali intensywnej terapii, itp. Skrzynki te wraz ze strefowymi zaworami odcinającymi są integralną i nierozłączną częścią instalacji gazów medycznych, dlatego powinny być wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że pozycja zaworu (otwarty/zamknięty) w skrzynce zaworowej powinna w sposób jednoznaczny określać, czy punkty poboru gazów medycznych w danej strefie zasilania są zasilane czy nie. Dodatkowe zawory zainstalowane na płycie sufitowej kolumny (a więc w miejscu normalnie niewidocznym i niedostępnym dla personelu) mogą wprowadzić użytkowników w błąd: pomimo otwarcia zaworów w skrzynce zaworowej kolumny nadal nie będą zasilane, jeżeli zamknięty będzie dodatkowy „ukryty” zawór zainstalowany na płycie sufitowej.

Pociąga to za sobą dodatkowe i całkowicie nieuzasadnione ryzyko.

Zgodnie z punktem 8.1.2 normy PN-EN ISO 7396-1 „usytuowanie wszystkich zaworów odcinających (...) powinno być ustalone przez wytwórcę w porozumieniu z kierownictwem obiektu ochrony zdrowia, z wykorzystaniem procedury analizy ryzyka zgodnie z ISO 14971”. Oznacza to, że pod groźbą utraty certyfikatu niedopuszczalne jest instalowanie innych zaworów odcinających niż przewidziane w projekcie instalacji gazów medycznych.

Zainstalowanie dodatkowych, zbędnych, nie wymaganych przez normę zaworów odcinających pomiędzy skrzynkami zaworowymi a gniazdami gazowymi na kolumnach podnosi też w sposób nieuzasadniony cenę oferty.

Ponadto w odległej przyszłości (za kilka – kilkanaście lat) należy się liczyć z możliwymi usterkami tych zaworów, np. ich rozszczelnieniem. Ich wymiana lub naprawa będzie wtedy wyjątkowo kłopotliwa i kosztowna ze względu na utrudniony dostęp do płyty sufitowej kolumny i ukrytej w przestrzeni nad sufitowej instalacji rurociągową gazów medycznych.

Wysokie koszty, potencjalne problemy i ryzyka związane z takimi dodatkowymi zaworami oraz niewielkie lub żadne korzyści z ich stosowania powodują, że tego typu zawory nie są zalecane przez renomowanych europejskich producentów kolumn zasilających i instalacji gazów medycznych.



Rezygnacja z wymogu ich instalowania leży więc w interesie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia sufitowego panelu (płyty)

przyłączeniowego w zawory gazowe, gwarantujące odcięcie zasilania gazowego od zestawu kolumn, w przypadku wystąpienia usterki lub w celach serwisowych, jeżeli proponowany w pytaniu sposób podłączenia zestawu kolumn do instalacji gazów medycznych, umożliwi odcięcie każdego zestawu kolumn oddzielnie (w salach wielolóżkowych), w taki sam sposób jak gwarantują to wymagane przez Zamawiającego zawory. Zamawiający dopuszcza inne miejsce zamontowania zaworów niż w sufitowym panelu, ale dalej musi być zachowana możliwość odcięcia gazów medycznych od każdego zestawu kolumn oddzielnie.

W przypadku kolumny pojedynczej, zamontowanej w gabinecie zabiegowym OAiT i kolumn typu tandem zainstalowanych na salach z pojedynczymi łózkami, wymagane będzie tylko jedno odcięcie gazów medycznych dla kolumn tam zamontowanych, tj. w skrzynkach zaworowych dla instalacji gazów medycznych, zaprojektowanych przez projektanta, dla każdego oddzielnego pomieszczenia, w ramach realizacji całego zamówienia.

Przypominamy,

że przedsięwzięcie ma być wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj.


Według Zamawiającego przytoczone w pytaniu zapisy normy PN-EN ISO 7396-1 określają minimalne, w tym względnie, warunki dla instalacji gazów medycznych, jeśli chodzi o oddzielne sale operacyjne i oddziały. Dodatkowe wymagane przez Zamawiającego zawory, ze względu na inne umiejscowienie tych zaworów (w panelach sufitowych), względem zaworów opisanych w normie, nie muszą być zaopatrzone w pokrywy i drzwiczki opisane w normie.

Pytanie nr 118

dot. - Załącznik nr 2 B do SIWZ, Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiT – kpl – 10, pkt 33.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumny z lampką LED (mocowaną do szyn sprzętowych) o mocy 18W do drobnych zabiegów i wkluc z możliwością niezależnej elektronicznej regulacji natężenia światła oraz temperatury barwowej na wysięgniku (podwójnym przegubowym ramieniu 55cm + 46cm) z regulacją położenia w pionie i poziomie?

Odp. Tak



Pytanie nr 119

Pytania do Zamawiającego w zakresie parametrów kolumn: kolumna pojedyncza do gabinetu



zabiegowego OAiT kpl – 1. oraz kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii OAiT – kpl-10.

Prosimy Zamawiającego do dopuszczenia głowicy zasilającej z zainstalowanymi pionowymi przewodnikami do mocowania półek i innego wyposażenia, wprowadzonymi w obrys głowicy, zapewniającymi możliwość zawieszenia wyposażenia na dowolnej wysokości.

Odp. Tak

Pytanie nr 120

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy kolumny, której dwa z boków wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Rodzaj materiału, który zostanie pokryty farbą nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Nie

Pytanie nr 121

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampki LED wymaganej na jedna tandem o mocy 12W, oraz z gęsia szyją o długości ramienia 80cm, z możliwością mocowania do szyn sprzętowych kolumny. Proponowane wartości parametrów odbiegają w niewielkim stopniu od wymaganych (5%) i nie wpłyną negatywnie na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Tak

Pytanie nr 122

Dotyczy SIWZ i umowy

Prosimy o udostępnienie opinii konserwatorskiej WKZ w Przemysłu z dnia 24.07.2015 r. o której mowa w opisie projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego.

Odp. Opinia konserwatorska w załączeniu. Zgodnie z pierwotnymi założeniami elementy zewnętrzne będą realizowane w 2 etapie (blok operacyjny). W obecnym etapie nie są planowane żadne roboty zmieniające bryłę budynku.

(W załączeniu opinia konserwatorska do pytań nr 122)

Pytanie nr 123

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie było konieczności pozyskania decyzji środowiskowej ze względu na brak kwalifikacji z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz. 71, j.t.)

Odp. Potwierdzamy. Inwestycja jest realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę zamienne w stosunku do pozwoleń wcześniejszych.

Pytanie nr 124

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja inwestycji nie będzie wpływać na chronione gatunki roślin i/lub zwierząt i/lub tereny chronione i nie ma konieczności uzyskania np. zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. gniazd chronionych gatunków ptaków, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową. W przeciwnym razie proszę o potwierdzenie, że zezwolenia te zostały już uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac oraz koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy.

Pytanie nr 125



Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej inwestycji z zielenią i koniecznością uzyskania decyzji, o której mowa w art. 83. ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn. zm.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, oraz, że ewentualne warunki realizacji wskazane przez organ administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac poprzez modyfikację terminu realizacji inwestycji.

Odp. Potwierdzamy, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów. Istniejący drzewostan należy chronić podczas budowy.

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew na którą Zamawiający uzyskał zezwolenie Decyzją Prezydenta Miasta Stalowej Woli nr GK-VI/1-7635/31/04 została wykonana

Odp. Potwierdzamy. Wycinka drzew i krzewów na którą Zamawiający uzyskał zezwolenie została wykonana.

Pytanie nr 127

Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy z § 4 pkt 1.1 o brzmieniu: „zawarcie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także **raportu oddziaływania na środowisko**”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez raport oddziaływania na środowisko rozumie informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zwracamy uwagę, że raport oddziaływania na środowisko to obszerny dokument przygotowywany na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, na podstawie tzw. Ustawy ocenowej (Dz.U.2013.1235, j.t. z późn. zm.), która nie ma zastosowania dla zakresu prac objętego przedmiotem przetargu.

Odp. § 4 pkt 1.1 umowy otrzymuje brzmienie : „zawarcie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Pytanie nr 128

Dotyczy Branży Budowlanej

Z uwagi na fakt, że ścianki aluminiowe przy pomieszczeniach: sekretariatu (1.69), Sali 1-lózkowej (1.91), Izolatki (1.95), Sali 4-lózkowej (1.96) zostały zaprojektowane w wykonaniu przeciwpożarowym o odporności ogniowej EI 30, to prosimy o potwierdzenie, że ściany w których są zaprojektowane te ścianki, należy wykonać w odporności ogniowej EI60.

Odp. Nie potwierdzamy. Przeszklenia są traktowane jako elementy ścian wewnętrznych wydzielających pomieszczenia, dla których obowiązuje wymagana odporność ogniowa EI-30.

Pytanie nr 129

Dotyczy SIWZ i umowy

Prosimy o skrócenie terminu zapłaty na rzecz Wykonawcy z 60 do 30 dni.

Odp. Termin płatności min. 50 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT z protokołem odbioru częściowego lub końcowego .

Pytanie nr 130

Prosimy o wykreślenie z formularza oferty pozycji dotyczącej wskazania z nazwy konkretnego podwykonawcy w zakresie dostawy i instalacji kolumn (pkt 1.1 formularza Oferty) jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych, który dopuszcza żądanie wskazania w ofercie jedynie zakresu robót, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy.

Odp. Zamawiający wykreśla ze SIWZ w Rozdz. I Formularz Oferty – Załącznik nr 10 ppkt.1.1

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie, że okresu rękojmi na urządzenia, wyroby, materiały i roboty budowlane będzie równy okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę.

Odp. Podtrzymujemy zapisy umowy - okres rękojmi nie może być krótszy od okresu gwarancji .

Pytanie nr 132

Prosimy o potwierdzenie, że sprawowanie nadzoru autorskiego (4 ust. 1 k) Umowy dotyczy zakresu dokumentacji projektowej, która jest do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Odp. Tak

Pytanie nr 133

Prosimy o skrócenie terminów na wniesienie zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo i sprzeciwu do Umowy o Podwykonawstwo z 14 do 7 dni jako usprawniające proces akceptacji podwykonawców.

Odp. Nie

Pytanie nr 134

WNIOSEK O ZMIANĘ SIWZ I Z OSTROŻNOŚCI PISMO INFORMACYJNE tzw. QUASI
PROTEST DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Wykonawca Formed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Leśniana 97, 34-300 Żywiec - stwierdza, że zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej s.i.w.z. naruszają przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. – nazywanej niżej „ustawą Pzp”, ponieważ faktycznie włożone w opis przedmiotu zamówienia (strona 34 pkt 40 siwz "wymagania dodatkowe") warunki udziału w postępowaniu, po pierwsze nie odpowiadają wymaganiom minimalnym określonym w art. 22 ust. 2 powołanej Ustawy, zapisy s.i.w.z., po drugie nawet gdyby je zakwalifikować do wymagań przedmiotowych to naruszają art. 29 ust.2 Pzp. naruszają art. 7 ust. 1 i 2 – tj. - są bowiem nieproporcjonalne, nieuzasadnione i naruszają zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust.1 w związku z art. 38 ust. 4 Pzp. wnosimy o zmianę zapisów siwz dotyczących warunków określonych na stronie 34 w punkcie 40 siwz udziału w postępowaniu oraz z ostrożności na podstawie art. 181 Ustawy Pzp. składamy w terminie ustawowym pismo informacyjne o błędach Zamawiającego.

I tak wnosimy o:

- Zmianę zapisów s.i.w.z. (strona 34 punkt 40) naruszających zasadę określoną w art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp;

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 40 i 41 w Załączniku nr 2 B opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 135

Jest w poz. Nr 40 wymagania dodatkowe:

„Co najmniej 2 realizacje na terenie Polski, polegające na wyposażeniu co najmniej 5 stanowisk intensywnej terapii u jednego zamawiającego, w kolumny o tym samym typoszeroku co oferowane i tego samego producenta.

Oferujący dostawę kolumn, musi przedstawić wykaz zawierający m. in. przedmiot wykonanego



zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jego wartość i dane identyfikujące podmiot, na rzecz którego zrealizowano dostawy kolumn, z załączeniem referencji tzn. potwierdzenia, że dostawy zostały należycie wykonane"

Na następujący zapis:

„Co najmniej 3 realizacja na terenie Polski, polegające na dostarczeniu i zainstalowaniu co najmniej 5 kolumn sufitowych tego samego producenta u jednego zamawiającego.

Oferujący dostawę kolumn, musi przedstawić wykaz zawierający m. in. przedmiot wykonanego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jego wartość i dane identyfikujące podmiot, na rzecz, którego zrealizowano dostawy kolumn, z załączeniem referencji tzn. potwierdzenia, że dostawy zostały należycie wykonane"

Uzasadnienie

Zamawiający przygotowując oraz przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w konsekwencji dokonując ewentualnego wyboru oferty najkorzystniejszej zobowiązany jest do tego, **aby w postępowaniu tym mogli wziąć udział wszyscy potencjalni wykonawcy posiadający w swojej ofercie wyroby zawarte w opisie przedmiotu zamówienia pamiętając o tym, że warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne i nie mogą być sformułowane z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.**

Jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych jest zasada proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu. Została ona wyrażona w art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wskazany przepis stanowi, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że skonkretyzowane w opisie warunki udziału w postępowaniu **nie mogą być określone ponad potrzeby zamawiającego.**

Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO), zamawiający musi umieć udowodnić, że postawione przez niego warunki są rzeczywiście niezbędne dla zagwarantowania należytego wykonania zamówienia (zob. uchwała KIO z 7 grudnia 2013 r., KIO/KD 102/13). Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, musi pogodzić przeciwstawne interesy: interes wykonawców (uwzględniając zasadę zakazu dyskryminacji) oraz interes zamawiającego (dopuszczając do udziału w postępowaniu tylko takich wykonawców, których wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia).

Zamawiający **nie może żądać od potencjalnych wykonawców większej wiedzy i doświadczenia, niż jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia**, zatem każdy warunek udziału w postępowaniu musi być związany z charakterystyką przedmiotu zamówienia (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 sierpnia 2010 r., XXII GA 447/2010). Ustawodawca uznał zasadę proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu **za na tyle istotną, by za jej naruszenie przewidzieć sankcje z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.**

Zapis ten narusza zarówno przepis 7 ust. 1 jak i art. 22 ust. 4 PZP. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 PZP "Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Określenie związany z przedmiotem zamówienia nie może być rozumiane jako jednakowy i tożsamy z tym przedmiotem.

W niniejszym postępowaniu nieuzasadnione jest żądanie, aby Wykonawcy legitymowali się **tożsamym z opisem przedmiotu zamówienia doświadczeniem.**

Nie ma żadnego uzasadnienia na to, że tylko wykonawcy, którzy wykonali: „Co najmniej 2 realizacje na terenie Polski, polegające na wyposażeniu, co najmniej 5 stanowisk intensywnej terapii u jednego zamawiającego, w kolumny o tym samym typoszeregu, co oferowane i tego samego producenta. Oferujący dostawę kolumn, musi przedstawić wykaz zawierający m. in. przedmiot



wykonanego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jego wartość i dane identyfikujące podmiot, na rzecz którego zrealizowano dostawy kolumn, z załączeniem referencji tzn. potwierdzenia, że dostawy zostały należycie wykonane" – są w stanie należycie zrealizować przedmiotu zamówienia.

Dopuszczenie wymagań opcjonalnych, nie identycznych ale podobnych do realizowanego przedmiotu zamówienia, wymagań które jak najbardziej mogą zweryfikować Wykonawców zdolnych zrealizować ten przedmiot zamówienia - zgodnie z naszą propozycją umożliwi dopuszczenie do udziału większej liczby wykonawców – co jest obowiązkiem Zamawiającego.

Nie może być tak, że Wykonawca, który realizuje przedmiot zamówienia o wysokiej jakości, Wykonawca z dużym oświadczeniem ale nie tożsamym tj. identycznym z przedmiotem zamówienia jest z takiego postępowania wyeliminowany tylko dlatego, że Zamawiający lekceważy zasadę proporcjonalności i stawia wymagania nieadekwatne, bo zbyt wygórowane, zbyt sztywne, bez żadnego racjonalnego uzasadnienia odnoszące się do identycznych jak w opisie zamówienia w tym postępowaniu wymagań.

Ponadto Zamawiający tak sformułował kwestionowany wymóg, że zawęży bez uzasadnienia grono Wykonawców tylko do tych, którzy wykonywali dostawę wyłącznie w pomieszczeniach Intensywnej terapii, **tymczasem podobne urządzenia są stosowane przecież także w innych miejscach jak np. na blokach operacyjnych i takie doświadczenie powinno być też respektowane.**

W świetle art. 22 ust. 4 Pzp, tak postawiony warunek wymagający wykazania dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia należałoby uznać za nadmierny, a **tym samym nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.**

W orzeczeniu ETS z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C – 448/01 EVN AG I Wienstrom GmbH stwierdzono natomiast, że postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu może faworyzować duże przedsiębiorstwa, dyskryminując mniejszych dostawców, którzy mogliby z powodzeniem wykonać zamówienie. Takie ograniczenie kręgu wykonawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu może natomiast skutkować udaremnieniem realizacji celu dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. (...).

Reasumując mając na względzie przedstawione argumenty, wnoszę jak na wstępie, jednocześnie stwierdzając, że Zamawiający poprzez niewłaściwe, zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu wyspecyfikowane w samym opisie - jednoznacznie **naruszył przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, powodując, że niniejsze pismo jest uzasadnione a zarazem konieczne.**

W przypadku nieuznania zasadności podniesionych w niniejszym piśmie zarzutów i braku reakcji Zamawiającego zastrzegamy, iż dokonamy odpowiednich czynności unormowanych w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powiadomimy jednostki nadzorujące szpital i właściwe organy kontrolne o stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym braku reakcji na nie Kierownika Zamawiającego tj. Dyrekcji szpitala.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 40 i 41 w Załączniku nr 2 B opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 136

Prosimy o:

a) dopuszczenie jednej referencji zamiast dwóch (tego samego typoszeregu kolumn co oferowane) na co najmniej 10 stanowisk intensywnej terapii. Wymaganie dwóch referencji tylko dla stanowisk intensywnej terapii jest niekorzystne dla Zamawiającego, gdyż uniemożliwia zaoferowanie jednych z najnowocześniejszych kolumn produkowanych obecnie w Europie lub



b) dopuszczenie jednej referencji na intensywny nadzór dla co najmniej 10 stanowisk intensywnej terapii a drugiej na sale operacyjne (min 4 kolumn u jednego Zamawiającego dla jednego typoszeregu kolumn).

Odp. Pytania bezprzedmiotowe

Pytanie nr 137

Prosimy o informację czy lampa LED ma być dodana do **każdego** zestawu (razem 10 kpl) czy tylko „na jeden tandem” czyli 1 lampa do 10 zestawów kolumn (razem 1 kpl).

Odp. Tak - ma być dodana do każdego zestawu lampa LED

Pytanie nr 138

Prosimy o dopuszczenie jako wyposażenie kolumn podwójnych lampy LED z certyfikatem wyrobu medycznego o mocy 6,6W na ramieniu łamanym o zasięgu ok. 110cm.

Odp. Nie

Pytanie nr 139

Prosimy o informację czy w ofercie należy wycenić instalację gazów medycznych dla pomieszczeń centralnej sterylizatorni?

Odp. Nie, centralna sterylizatornia nie jest objęta zamówieniem

Pytanie nr 140

Prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu, sprężonego powietrza oraz próżni należy wpiąć do istniejącego pionu gazów medycznych.

Odp. Tak, instalacje gazów medycznych należy wpiąć do istniejącego pionu

Pytanie nr 141

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać instalacji podtlenu azotu wraz z rozprężalnią (instalacja doprowadzona na II piętro do Bloku operacyjnego).

Odp. Potwierdzamy, w ofercie nie należy wyceniać instalacji podtlenu azotu w zakresie rozprężalni i II piętra. Należy wykonać część pionu obejmującego I piętro.

Pytanie nr 142

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać instalacji dwutlenku węgla wraz z rozprężalnią (instalacja doprowadzona na II piętro do Bloku operacyjnego).

Odp. Potwierdzamy, w ofercie nie należy wyceniać instalacji dwutlenku węgla w zakresie rozprężalni i II piętra. Należy wykonać część pionu obejmującego I piętro.

Pytanie nr 143

Dotyczy: Wzór Umowy §12 Ubezpieczenie.

Ust 1 a) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR). Wśród wymaganego zakresu pokrycia wskazano klauzulę 120 - wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych. Z uwagi na to, że klauzula 120 dotyczy OC, a ubezpieczenie OC wymagane jest na mocy ust. 1 b), prosimy o wykreślenie klauzuli 120 z ust 1 a).

Odp. Podtrzymujemy dotychczasowy zapis .

Klauzula 120 dotyczy ubezpieczenia oc i w przypadku wystąpienia szkody można podciągnąć ją pod ubezpieczenie oc, które również jest wymagane. Na względzie należy jednak mieć fakt, że klauzula opisuje wprost czynniki powodujące szkodę . Oc ogólnie reguluje kwestie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przy ewentualnej szkodzie mogą pojawić się wątpliwości dotyczące zakresu ubezpieczenia. Z uwagi na ten fakt pozostawiamy taką klauzulę w umowie.

Ust 1 c) Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem wymogu będzie obowiązkowe ubezpieczenie pracownicze (ZUS) zawarte przez Wykonawcę i każdego Podwykonawcę w tym Dalszych Podwykonawców w odniesieniu do zatrudnionych przez siebie osób.

Odp. Podtrzymujemy dotychczasowy zapis .

Ubezpieczenie pracowników ma dotyczyć przypadków wystąpienia nieszczęśliwego

wypadku (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), w związku z tym obowiązkowe ubezpieczenie ZUS nie spełnia wymogu.

Ust. 2. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania, że „Umowy ubezpieczenia, (...) muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, **bez ograniczeń**”. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdej polisie ubezpieczeniowej towarzyszą określone warunki ubezpieczenia, które m.in. zawierają ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia zakresu ochrony, zawarcie bezwarunkowych umów ubezpieczenia nie jest możliwe.

Odp. Przez pojęcie „braku ograniczeń” rozumiemy brak możliwości redukcji kwoty odszkodowania (franszyzę). Wymaganiem Zamawiającego jest, aby w umowie ubezpieczenia nie było franszyzy. W przypadku umowy ubezpieczenia często ma ona zastosowanie i wynika to z OWU zakładu ubezpieczeń, obejmuje również kwoty różnej wysokości.

Pytanie nr 144

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż dodatkowego UPS-a 120kVA o czasie podtrzymania 18 minut?

Odp. Nie

Pytanie nr 145

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż rozdzielni RW1.1?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 122

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z/s w Przemyśle
Delegatura w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 a
tel./fax (0-15) 822 81 61
NIP 795-20-71-175, REGON 005078700-00046

Tarnobrzeg, 2015-07-24

UOZ-T-1.5183.31.2015

LSP „LIGASZEWSKI”
STUDIO PROJEKTOWE
ul. Piekna 56B/7
50-506 Wrocław

Opinia konserwatorska

W odniesieniu do przedłożonego pisma z dn. 10.07.2015 r. (data wpływu: 12.07.2015) wraz z rysunkiem „Planem sytuacyjnym – plan przyłącza” dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznych przyłączy pomiędzy budynkami istniejącymi w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staśzica 4, opracowanym przez LSP „Ligaszewski” Studio Projektowe, ul. Piekna 56B/7, 50-506 Wrocław, Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedstawia opinię konserwatorską w sprawie planowanej inwestycji ze względu, że w/w obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz jest położony na terenie osiedla Śródmieście w Stalowej Woli, dla którego ochronę krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wprowadzają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli (rozdz. I, § 8, pkt. 3, zatw. Uchwałą Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30.03.2007 r. i I zmiany MPZP osiedla Śródmieście w Stalowej Woli (zatw. Uchwałą Nr LIV/918/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6.11.2009 r.)

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

1. Budowę przyłącza pary pomiędzy parterową przewiązką komunikacyjną i Pawilonem Diagnostyczno – Zabiegowym – rura stalowa preizolowana DN40/200, zagłębiona na ok. 0,50 m pod terenem,
2. Budowę kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem łóżkowym „A-B” i Pawilonem Diagnostyczno – Zabiegowym – 2x rura DVR 110 ze studzienkami teletechnicznymi SK-1, zagłębiona na ok. 0,50 m pod terenem.

Ze względu, że wspomniana inwestycja nie będzie miała wpływu na zewnętrzną bryłę budynków szpitalnych oraz ich artykulację, dlatego też **pozytywnie opiniuje się** ze stanowiska konserwatorskiego przedmiotowe zadanie.

L. up. Podkarpackiego wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Dominika Komar
Kierownik Delegatury

Otrzymują:

1. Adresat
2. T. O.
3. a/a.

SS

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY – wzór

Załącznik nr 10

OFERTA

Dane Wykonawcy:

nazwa i adres.....

.....

.....

NIP:.....

REGON

Fax:.....

Tel.....

e-mail:.....

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

1.Oferujemy:

**Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –
wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie
Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli**

za łączną wartość netto..... zł, plus wartość podatku VAT zł,

czyli wartość brutto.....zł

słownie.....zł,

w tym:

1) za wykonanie kompletnej instalacji gazów medycznych (w tym: montaż rurociągów gazów medycznych z kompletem armatury i osprzętu, z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych, z wykonaniem wszelkich operacji, prób, testów, znakowania i odbiorów, właściwych dla tego typu wyrobu medycznego), łączna wartość netto wyniesie zł, plus wartość podatku VAT zł, czyli wartość brutto zł,

podać nazwę, adres, telefon

1.1) Oferowane kolumny, to kolumny dopuszczone do stosowania na terenie Polski, produkcji firmy

.....

.....

podać typ i inne główne cechy opisujące oferowane kolumny, w tym rok produkcji

1.2) Wartość dostawy i montażu kolumn anestezjologicznych w ilości 10 kpl typu tandem i 1 kpl kolumna pojedyncza, spełniających warunki określone w SIWZ, wyniesie netto zł, plus wartość podatku VAT zł, czyli wartość brutto zł.

2) za pozostałe roboty i elementy zadania, wartość netto wyniesie zł, plus wartość podatku VAT zł, czyli wartość brutto zł

zgodnie z wymogami SIWZ, w tym z Opisem przedmiotu zamówienia, ewentualną wizją lokalną przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty. Ponadto oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, własnym kosztem i staraniem, na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa od Zamawiającego, wystąpimy do instytucji i organów o, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz zobowiązujemy się do pokrycia związanych z tym kosztów.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Zakres prac objętych zamówieniem zamierzamy realizować sami/ w części dotyczącej:
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3 , itd.* z udziałem Podwykonawcy/ów.
6. Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia **min. 24 m-ce gwarancji**, tj..... m-ce od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu zamówienia, w tym na kolumny anestezjologiczne **min. 60 m-cy**, tj. m-cy
7. Wykonawca udziela, na wykonane roboty budowlane, **min. 24 m-ce, (max. 60m-cy)** gwarancji, tj.....m- ce od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
8. Oferujemy termin realizacji zamówienia : **do 190 dni**, tj. od daty podpisania umowy.
9. Oferujemy termin płatności **min. 50 dni**, tj.licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT z protokołem odbioru częściowego lub końcowego .
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz.553 z późn. zmianami.)

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru – **Załącznik nr 10**.
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – **Załącznik nr 1**.
3. Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów określonych w SIWZ dla kolumn anestezjologicznych – **Załącznik nr 2 A**, **Załącznik nr 2 B**.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji
5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy
6. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – **Załącznik nr 3**
7. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – **Załącznik nr 4**
8. Wykaz projektantów z uprawnieniami do projektowania w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia w poszczególnych specjalnościach tj. budowlanej, instalacji wod-kan, elektrycznych - bez ograniczeń oraz wskazanie osoby lub osób, które będą pełnić obowiązki kierownika budowy / kierowników robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nich prac – **wg Załącznika nr 5**
9. Oświadczenie o sposobie dysponowania zasobami, o których mowa w **Zał. Nr 7** i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów do wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)- wg **Załącznika nr 7**
11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy, i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy
12. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
13. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
14. Wykaz wykonanych, robót budowlanych, instalacyjnych w oddziałach szpitalnych **na kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto*/ 3 000 000 ,00 zł brutto * (z wyłączeniem ceny zakupu urządzeń medycznych)** w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wg **Załącznika nr 6**
15. Dowody określające i wskazujące, że roboty budowlane, o których mowa w **Zał. Nr 6**, zostały wykonane w sposób należyty i że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
16. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg **Załącznik nr 8**
17. Harmonogram rzeczowy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia.

18. Oświadczenie, że oferowane urządzenia medyczne posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiadają wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz. 876 z 2015 roku) wg Załącznika nr 9

.....
podpis osoby uprawnionej

- * pkt.14 - 2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum
- * pkt. 14 - 3 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum
- *pkt.5 - należy podać część zamówienia, która realizowana będzie z udziałem Podwykonawcy

