



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/95 ZP/ /2016

Stalowa Wola dnia 05.07.2016 r.

### Wszyscy zainteresowani

dot. :cyklicznych dostaw materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat, licząc od daty podpisania umowy, Numer ogłoszenia 2016/S 107-191223 data ogłoszenia 04/06/2016r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

#### **Pytanie nr 1. Zadanie nr 16, Pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler jednorazowy liniowy z nożem do tkanki grubej w rozmiarze 55, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

#### **Pytanie nr 2. Zadanie nr 16, Pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler jednorazowy liniowy z nożem do tkanki grubej w rozmiarze 75, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 3. Zadanie nr 9, Pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 10cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 4. Zadanie nr 9, Pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

#### **Pytanie nr 5. Zadanie nr 9, Pozycja nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 30x20 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6. Zadanie nr 9, Pozycja nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 6x11cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 7. Zadanie nr 9, Pozycja nr 4**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 10x15cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8.**

Zad. 9, poz. 3: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6x11cm lub 8x13cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 6x11 cm i 8x13 cm .**

**Pytanie nr 9.**

Zad. 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x16cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 10.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 8 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli 48-godzinny termin dostawy miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z dostawą. Miałyby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

**Odp. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w § 2 ust. 8 wzoru umowy: wyrażenie „48 godzin” zostaje zastąpione wyrażeniem : „72 godziny”. Treść § 2 ust. 8 po zmianach brzmi: W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 72 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.**

**Pytanie nr 11.**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Poza tym, strony mogą wyjątkowo uzgodnić wzrost cen w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wskutek tej zmiany utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odp. Nie, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia w § 8 umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.**

**Pytanie nr 12.**

Zważywszy na treść § 4 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod

względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał w sposób precyzyjny i rzetelny określenia ilościowego zakresu zamówienia. Klauzula zawarta w § 4 ust. 3 umowy ma na celu ochronę Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji od niego niezależnych np. : zmiana warunków kontraktowania zabiegów przez NFZ, brak wykwalifikowanego personelu medycznego, awaria sprzętu powodująca zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów. W przypadku braku wyżej wskazanej klauzuli umownej Zamawiający powinien na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odstąpić od umowy ( § 7 ust. 5 projektu umowy) i zaniechać realizacji zamówienia nawet w częściowym zakresie, co byłoby niekorzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.**

**Pytanie nr 13.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 pkt 4.1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie o następującej (lub podobnej) treści: „*pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15.**

Jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę będą uprawniały Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 5 umowy? Aktualna treść § 9 ust. 5 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek żądania zapłaty wysokiej kary umownej; dlatego wymaga doprecyzowania.

**Odp. Zamawiający za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie uznawał w szczególności przypadki dostarczania produktów o niższych, gorszych parametrach jakościowych niż te, które Wykonawca winien był zachować, zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową i dostarczonymi próbkami asortymentu, przypadki dostarczania produktów, które nie spełniają swoich funkcji itp.**

**Pytanie nr 16.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości

*brutto umowy określonej wg § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?*

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odp. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie: „5 % wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1” zostaje zastąpione wyrażeniem „10 % wartości brutto niewykonanej części umowy określonej wg § 4 ust.1”.**

**Treść § 2 ust. 8 po zmianach brzmi:** „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu **10%** wartości brutto niewykonanej części umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 200,00zł za każde zdarzenie”.

**Pytanie nr 17.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.1** również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 18.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.2** również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 19.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **zadaniu nr 7 poz.2** również na igłę odwrotnie tnącą o długości 77mm z nicią 75, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 20.**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z **Zadania nr 7 pozycję 2?**

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 21.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.3** również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 22.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **zadaniu nr 7 poz.3** również na igłę odwrotnie tnąca o długości 77mm z nicią 75, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 23.**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z **Zadania nr 7 pozycję 3?**

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 24.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.4** również na długość igły 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 25.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **zadaniu nr 7 poz.4** również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 26.**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z **Zadania nr 7 pozycję 4?**

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 27.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.12** również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 28.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Zadaniu nr 7 poz.12** również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 29.**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z **Zadania nr 7 pozycję 12?**

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 30. Zadanie 7 poz. 1**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 39 mm reszta parametrów bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 31. Zadanie 7 poz. 2**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 1, 3/8 koła odwrotnie tnąca 77 mm, dł. 75 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 32. Zadanie 7 poz. 3**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 2, 3/8 koła odwrotnie tnąca 77 mm, dł. 75 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 33. Zadanie 7 poz. 2, 3**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej reszta parametrów bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 34. Zadanie 7 poz. 2, 3**

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie/wydzielenie ww pozycji z pakiety co zwiększy konkurencyjność zadania?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 35. Zadanie 7 poz. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 mm reszta parametrów bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 36. Zadanie 7 poz. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła reszta parametrów bez zmian?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 37. Zadanie 7 poz. 4**

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie/wydzielenie ww pozycji z pakiety co zwiększy konkurencyjność zadania?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 38. Zadanie 7 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 39. Zadanie 15 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 6,6 mm wys. 3,9 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 40. Zadanie 15 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 7,2 mm wys. 4,9 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 41.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego o okresie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 42.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 pozycja 1-5 podwiązki o długości 250cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 43.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 szwu o długości nici 70cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 44.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 2 szwu o długości nici 90cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 45.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 5 szwu z igłą okrągło-tnącą z nitką o długości 150cm (pętla)?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 46.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 6 igły okrągłej bez określenia „mocna”?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 47.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 7, 11 igły okrągłej o długości 26mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 48.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 9 igły okrągłej o długości 36mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 49.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 1, 5 szwu o długości nici 75cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 50.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 2 szwu z igłą okrągło-tnącą o długości 48mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 51.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 3 szwu z igłą okrągło-tnącą o długości 50mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 52.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 4 szwu z igłą o długości 26mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 53.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 6 szwu o długości nici 90cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 54.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 1 siatki o wymiarach 20x30cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 55.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 3 siatki o wymiarach 6.2 x 11.1cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 56.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 4 siatki o wymiarach 10.1 x 15.1cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 57.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 15 pozycja 1 staplera skórniego posiadający zszywkę o wysokości 4mm, pozostałe parametry SIWZ bez zmian?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 58.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek niezbędnych do oceny jakościowej.

**Odp. Zamawiający dla potrzeb oceny jakości oferowanego asortymentu dostawy wymaga złożenia min. 1 sztuki dla każdej spośród oferowanych pozycji asortymentu.**

**Pytanie nr 59. Dot. Części 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową niewchłaniającą rozm. 30cmx20cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 60. Dot. Części 9 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową niewchłaniającą rozm. 6cmx11cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie nr 61. Dot. Części 9 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową niewchłaniającą rozm. 10cmx15cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 62. Dotyczy: Zadanie nr 9, poz. nr 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie siatki polipropylenowej niewchłaniającej w rozmiarze 36 x 25 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 63. Dotyczy: Zadanie nr 9, poz. 4**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie siatki polipropylenowej niewchłaniającej w rozmiarze 9-10 x 12-13 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 64. Dotyczy: Zadanie nr 12**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły Veressa zakończoną kranikiem nieprzeźroczystym z zaworem, spełniającej pozostałe parametry opisane w SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 65. Dotyczy: Zadanie nr 15, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie staplerów skórnych ze zszywkami: szer. 7,00 mm, wys. 4,00 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 66. Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5mm, rozm. 45, długość linii szwu 45mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 67. Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. nr 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5mm, rozm. 60, długość linii szwu 60mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 68. Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5mm, rozm. 90, długość linii szwu 90mm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 69. Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z nożem w ładunku, do tkanki grubej rozm. 60, z blokadą rękojeści po odpaleniu staplera?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 70. Dotyczy rozdz. IV SIWZ**

Ze względu, iż jako jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość, co wiąże się ze złożeniem wraz z

ofercą próbek, prosimy o podanie w jakich ilościach oraz do jakich pozycji należy złożyć próbki.

**Odp. Zamawiający wymaga złożenia min. 1 sztuki dla każdej spośród oferowanych pozycji asortymentu.**

**Pytanie nr 71. Dotyczy: §1 ust. 2 wzoru umowy**

W/w ustęp zawiera informację: „2.Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw materiałów szewnych w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie”. Treść w/w ust sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust o poniższej treści: „Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin”.

**Odp. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w § 1 ust. 2 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw materiałów szewnych w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 45 dni ponad ustalony termin”**

**Pytanie nr 72. Dotyczy: §2 ust. 8 wzoru umowy**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu na „CITO“ z 48 godz. na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np. gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np. jeśli ze względu na „tzw.” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

**Odp. Tak, zamawiający wraza zgodę.**

**Pytanie nr 73. Dotyczy: §9 ust. 2 wzoru umowy**

W projekcie Umowy paragraf 9 ust 2 jest zapis: „W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie”.

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

**Odp. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w § 9 ust. 2 wzoru umowy: wyrażenie „ 5 % wartości brutto” zostaje zastąpione wyrażeniem „ 3 % wartości brutto”.**

*A. G.*

**Treść § 2 ust. 8 po zmianach brzmi: „W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 3% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie”.**

**Pytanie nr 74. Dotyczy: §9 ust. 5 wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zapisie ust. 5 jako „nienależyte wykonanie umowy”. Zapis takie może świadczyć np. o tym, że Zamawiający za niedostarczenie towaru w terminie oprócz i tak wysokiej kary umownej 5% obciąży Wykonawcę dodatkową karą jaką jest 5% wartości brutto umowy, jednakże nie mniej niż 200,00 zł za każde zdarzenie.

Może zdarzyć się również, że np. Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl ww. punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary.

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Dlatego też prosimy o wykreślenie w/w ust. Za wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający za przypadki nienależytego wykonania umowy będzie uznawał w szczególności przypadki dostarczania produktów o niższych, gorszych parametrach jakościowych niż te, które Wykonawca winien był zachować, zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową i dostarczonymi próbkami asortymentu, przypadki dostarczania produktów, które nie spełniają swoich funkcji itp.**

**Pytanie nr 75. Dotyczy Zadania nr 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych bez powłoki antybakteryjnej.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 76. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą odwrotnie tnącą.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 77. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 4, 14, 18**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą o długości 30 mm .

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 78. Dotyczy Zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 79. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1, 4, 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: określenie igły „typu cc” to nazwa własna (zastrzeżona) firmy Johnson&Johnson.

Zaproponowana przez nas igła DS czyli igła okrągła z tnącym ostrzem jest odpowiednikiem igły okrągłej typu cc. Jest to igła okrągła z krótkim ostrzem tnącym (mikroostrzem), spłaszczona

grzbietowo –brzusnie (przekrój kwadratowy). Igła ma zastosowanie w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, szczególnie w szyciu twardych, zwapniałych naczyń. Igła DS ma taki sam znak graficzny jak igła okrągła typu cc zatem ma dokładnie te same właściwości i przeznaczenie.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 80. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści szew bez guziczków? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zarówno w 1 jak i w 2 części pytania.**

**Pytanie nr 81. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycji długość 75 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 82. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą o długości 37 mm.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 83. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1 – 3**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 84. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycjach długość 70 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 85. Dotyczy Zadania nr 9, poz. 3**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm lub 8x15cm.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu siatki o wymiarach 9x11cm, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu siatki 8x15 cm**

**Pytanie nr 86. Dotyczy Zadania nr 9, poz. 4**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 10x10cm lub 10x15cm.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu siatki 10x10 cm, natomiast Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu siatki 10x15 cm**

**Pytanie nr 87. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 1 – 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 88. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 4 – 5**

Czy Zamawiający dopuści również w w/w pozycjach długość 75 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 89. Dotyczy Zadania nr 13, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą o długości 37 mm .

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 90. Zadanie nr 4, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 2/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 91. Zadanie nr 4, poz. 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły rozmiarze 1. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 92. Zadanie nr 4, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły rozmiarze 1. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 93. Zadanie nr 4, poz. 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 2, o długości 45 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 94. Zadanie nr 4, poz. 8**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 95. Zadanie nr 5, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 35 mm i długości nitki 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 96. Zadanie nr 5, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 40 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 97. Zadanie nr 5, poz. 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o zakończeniu Tokar point. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 98. Zadanie nr 5, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 99. Zadanie nr 5, poz. 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły podwójnej o zakończeniu tocar point w rozmiarze 3/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 100. Zadanie nr 5, poz. 6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o 27 mm grubości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 101. Zadanie nr 7, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 90 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 102. Zadanie nr 7, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 103. Zadanie nr 7, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 3/0, 25 mm grubości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 104. Zadanie nr 7, poz. 5-9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o 25 mm grubości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 105. Zadanie nr 9, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki w rozmiarze 30x30 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 106. Zadanie nr 9, poz. 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki w rozmiarze 6x11 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 107. Zadanie nr 9, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki w rozmiarze 10x15 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 108**

**Zadanie nr 11, poz. 1-2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o 30 mm grubości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 109 Zadanie nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o 18 lub 20 mm grubości i nici w rozmiarze 75 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu igły 20 mm i nici w rozmiarze 75 cm, pozostałe parametry zgodne, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu igły 18 mm i nici w rozmiarze 75 cm, pozostałe parametry zgodne.**

**Pytanie nr 110 Zadanie nr 11, poz. 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły lancetowatej i nici o długości 75 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 111 Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne multiflamentowe, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktanu - glikolidu stearyoilmleczanu wapnia, o podtrzymaniu w węźle 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczęcia i okresie wchłaniania 56-70 dni?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 112 Zadanie nr 1**

Poz. 1,2,4,5,6.10-19 czy zamawiający dopuści szew o długości nici 75 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 113 Zadanie nr 1**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 114 Zadanie nr 1**

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm i długości nici 90 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 115 Zadanie nr 1**

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą typu „J” 32 mm, dł. nici 75 cm i grubości nici 1?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 116 Zadanie nr 1**

Poz. 6, 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 117 Zadanie nr 1**

Poz. 14, 18 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30mm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 118 Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą „Surgalloy” – stop stali odporny na załamania i odkształcenia?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 119 Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne multiflamentowe, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu stearyoilmleczanu wapnia, o podtrzymaniu w węźle 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczęcia i okresie wchłaniania 56-70 dni

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 120 Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szew o grubości nici 1, lub wydzieli tę pozycję do odrębnego zadania?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 121 Zadanie nr 9 Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 15 cm x 7,5 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

**Pytanie nr 122 Zadanie nr 9 Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 15 cm x 10 cm?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 123 Zadanie nr 4, poz. 6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 1 lub 0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu nici w rozmiarze 1, natomiast Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu nici w rozmiarze 0.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

**DYREKTOR SP ZZOZ**  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*Edward Surmacz*