



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/106 ZP/ 365 /2016

Stalowa Wola dnia 26.04.2016 r.

.....
.....
.....

dot. : cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2- lat, licząc od daty podpisania umowy, Numer ogłoszenia 2016/S 058-097461 data ogłoszenia 23/03/2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Pytania do zadania nr 50

Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na elektrodę prostokątną o wymiarach 42 x 56 mm?
Pozostałe warunki zgodne z SWIZ

Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Pytania do zadania nr 50

Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 na elektrodę o średnicy 48 mm
Pozostałe warunki zgodne z SWIZ

Odp. Tak

Pytanie nr 3.

Pakiet nr 39 Pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł jednorazowych o szerokości rolki 39-40 cm co mieści się w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 40cm.
Prosimy o możliwość zaoferowania rolek o długości 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 64 sztuki.

Odp. Tak

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 67 - Worek stomijny - potrzeby roczne: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z otworem do docięcia w zakresie 13-60 mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 67 - Worek stomijny - potrzeby roczne: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z otworem do docięcia w zakresie 10-70 mm?

Odp. Tak

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sirmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

Pytanie nr 6.

Zadaniu 34, poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 34, poz. 2 dopuści bagietki o dł.120mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 7.

Zadaniu 47, poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 47, poz. 5 dopuści próbówki do koagulologii na 1,8 ml?

Odp. Zamawiający wykreśla w Zadaniu 47, poz. 5

Pytanie nr 8.

Zadaniu 48, poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 48, poz. 2 dopuści wymazówki – zestaw: pałeczka o dł. 150cm do wymazu + próbówka?

Odp. Tak

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odp. NIE

Pytanie nr 10.

Zadanie nr 53

Pakiet nr 53 - Elektroda jednorazowa dzielona dla dzieci i dorosłych

Poz. 1. Czy Zamawiający wymaga 40 opakowań elektrod (1 op = 5 sztuk), czyli 200 sztuk elektrod?

Odp. Tak - Zamawiający wymaga 40 opakowań elektrod / rok (1 op = 5 sztuk)

Zamawiający poprawia błąd pisarski w Zadaniu nr 53 jest :

Elektroda jednorazowa dzielona dla dzieci i dorosłych

Winno być : Elektroda jednorazowa dzielona

Pytanie nr 11.

Zadanie nr 50 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50 poz. 1 elektrody prostokątnej w rozmiarze 42x56mm, z przecięciem i otworkiem do mocowania kabla.

Odp. Tak

Pytanie nr 12.

Zadania nr 61, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. Nr 3 czapeczki o obwodach głowy podanych poniżej:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32



Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odp. Pytanie w/w bezprzedmiotowe

Pytanie nr 13.

Pakiet nr 50 poz. 1, 2, pakiet 51 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 50 poz. 1, 2, pakiet 51 poz. 1-Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt. w ww. pozycji prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto elektrod o 4 miejsc po przecinku

Odp. Tak z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 50 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody typu EK-S 60 prostokątnej o rozmiarze 55 x 40 mm.

Odp. Tak

Pytanie nr 16

Pakiet nr 50 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrod z podłużnym wycięciem bez przecięcia boków elektrody służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG, co gwarantuje stabilność i ciągłość przesyłu sygnału EKG?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Pakiet nr 50 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrod wyposażonych w tarkę służącą do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Projekt umowy – par. 2 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu dostaw na cito na 3 dni robocze.

Odp. NIE

Pytanie nr 19

Projekt umowy – par. 9 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §9 ust 2 z 3% do 1% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa przewiduje dla Zamawiającego jedynie odsetki w wysokości ustawowej za nieterminowe płatności. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami



umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 9 ust. 3 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Projekt umowy – par. 9 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 9 ust. 4 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej określonej w par. 9 ust. 4 projektu umowy na 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Pytanie nr 22

Projekt umowy – par. 9 ust. 5

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu „jednakże nie mniej niż 200,00 zł za każde zdarzenie”.

Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Zadania nr 1

Poz. 1-7 i 13,14- proszę o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100szt.

Odp. Proszę wycenić za 1 szt.

Pytanie nr 24

Zadania nr 1

Poz. 8 - proszę o dopuszczenie wyceny za opakowanie 80 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt.

Pytanie nr 25

Zadania nr 1

Poz. 3 - proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45x12.

Odp. Tak



Pytanie nr 26

Zadania nr 32

Poz. 2 - proszę o dopuszczenie kieliszków do leków w opakowaniach po 75 szt.

Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem .

Pytanie nr 27

Zadania nr 65

Proszę o dopuszczenie łyżki w opakowaniu foliowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Dot. postanowień umowy § 9 punkt 2

Proszę o zmianę zapisu umowy na : W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu **0,5%** wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Przewidziana kara umowna w wysokości 3% za dzień opóźnienia w dostawie jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia.

Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 61

Poz. 1 Układ pacjenta z generatorem

Czy Zamawiający dopuści układ o podanych parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia 2,1 m
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach: S, M, L
- zestaw łączników
- miarka

Odp. Tak

Pytanie nr 30

Zadanie nr 61

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odp. Nie

Pytanie nr 31

Zadanie nr 61

Poz. 2 Komora nawilżacza

Czy Zamawiający wymaga komory o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym i drenem zasilający do wody o dł. 1,2 m?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 32

Zadanie nr 61

Poz. 3 Paskowe mocowanie

Prosimy o dopuszczenie w miejsce paskowego mocowania czapeczki w rozmiarach 000-9

Odp. Nie



Pytanie nr 33

Zadanie nr 54

Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 dopuści możliwość zaoferowania łyżek do laryngoskopów jednorazowego użytku wykonanych z poliwęglanu wytrzymałego tworzywa sztucznego? Łyżki światłowodowe, plastikowe, jałowe, jednorazowe do laryngoskopów typu McIntosh nr 3 oraz nr 4? *Łyżki są kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami z zielonym pierścieniem tzw. Green Standard. (norma ISO 7376 Urządzenia do Anestezji i Oddychania- Laryngoskopy do Intubacji). Odpowiedni kształt łyżek ułatwia wprowadzanie rurki intubacyjnej.*

Odp. Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 54 :

- łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku wykonanych z poliwęglanu wytrzymałego tworzywa sztucznego .
- łyżki światłowodowe, plastikowe, jałowe, jednorazowe do laryngoskopów typu McIntosh nr 3 oraz nr 4

Pytanie nr 34

Zadanie nr 65

Czy Zamawiający w zadaniu nr 65 oczekuje łyżek światłowodowych jednorazowego użytku czy wielorazowego użytku?

Odp. Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu MACINTOSH jednorazowego użytku wykonane z metalu .

Pytanie nr 35

Zadanie nr 65

Czy Zamawiający w zadaniu nr 65 dopuści możliwość zaoferowania łyżek do laryngoskopu światłowodowych typu Macintosh w rozmiarach: 0,1,2,3,4 ?

Odp. Nie

Pytanie nr 36

Zadanie nr 65

Czy Zamawiający w zadaniu nr 65 dopuści możliwość zaoferowania łyżek do laryngoskopu światłowodowych typu Macintosh w rozmiarach: 1,2,3,4 w opakowaniu foliowym?

Odp. Nie

Pytanie nr 37

Zadanie nr 71 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody Quick Combo do defibrylatorów o rozmiarze 148 cm² (powierzchnia całkowita), o długości kabla 120 cm, o powierzchni aktywnej elektrody 95 cm², o maksymalnym czasie monitorowania EKG 24 godz., o maksymalnej ilości wyładowań z energią 360 J : 50 wyładowań, o maksymalnym czasie trwania stymulacji przezskórnej 8 godz.

Odp. Tak

Pytanie nr 38

Zadanie nr 71 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 350 sztuk elektrod (czyli 175 op.- 2 szt.) czy 350 op. – 2 szt., ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze są sprzedawane parami.

Odp. Należy wycenić 350 op. (2 szt. w opakowaniu)

Pytanie nr 39

Zadanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o średnicy 18G, spełniających pozostałe warunki opisane w siwz.

Odp. Dopuszczamy



Pytanie nr 40

Zadanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie, czy oferowane igły mają posiadać metalowe przyłącze typu luer do podłączenia strzykawki aspiracyjnej?

Odp. Nie

Pytanie nr 41

Zadanie nr 10

Czy Zamawiający miał na myśli igły z regulacją długości wkłucia 15-35mm, czyli takie jakie były dostarczane do Państwa w ostatnich latach?

Odp. Tak

Pytanie nr 42

Zadanie nr 56

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy tytanowe pakowane w zasobniki po 4 szt, 6 szt i 10 szt klipsów, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, zasobniki z taśmą samoprzylepną?

Odp. Tak

Pytanie nr 43

Zadanie nr 56

Zwracam się z prośbą o zmianę określenia jednostki miary z "opakowanie" na "sztuka klipsa" ze względu na różne wielkości opakowań klipsów.

Odp. Tak

Pytanie nr 44

Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy

W/w ust. zawiera informację: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej.”

Treść w/w ust. sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści: „Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje wobec Zamawiającego prawo do żądania odsetek ustawowych.

Pytanie nr 45

Dotyczy § 2 ust. 7 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 2 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp. Tak

Pytanie nr 46

Dotyczy § 2 ust. 8 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy „na CITO” z 48 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę



wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw" siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47

Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu, którego gwarancja obejmować będzie okres 12 m-cy od daty każdorazowej dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48

Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy

W projekcie Umowy w paragrafie 9 ust. 2 jest zapis, iż Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 3% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 3% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,3%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy

Wnosimy do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 10% netto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

Dotyczy § 9 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zapisie ust. 2 jako „nienależyte wykonanie umowy”. Zapis taki może np. świadczyć o tym, że Zamawiający za niedostarczenie towaru w terminie oprócz kary umownej 3% obciąży Wykonawcę dodatkową karą jaką jest 5% wartości brutto umowy jednakże nie mniej niż 200,00 zł za każde zdarzenie.

Może zdarzyć się również, że np. Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl ww punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary.

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w ust. ze wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że niedostarczenie towaru w terminie jest uregulowane w par.9 ust.2, Natomiast jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami



Zamawiającego, towarów obarczonych wadami, które nie będą zdadne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem. Kary wymienione w par.9 ust.2 i ust.5 nie podlegają kumulacji.

Pytanie nr 51

Pakiet 13 poz.1

Czy zamawiający wymaga Aplikatura takiego jak dostarczany do tej pory ,który posiada filtr antybakteryjny 0,45µm posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz lub butelek zabezpieczonych portami (typu Mini Spike) , co zagwarantuje bezpieczeństwo)

Odp. Tak

Pytanie nr 52

Dotyczy numeru katalogowego: W związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie numerów wewnętrznych naszej firmy. Numery wewnętrzne naszej firmy będą umieszczane na fakturze. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Nie

Pytanie nr 53

Zadanie nr 19, poz. 5: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy chodzi tutaj o maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych?

Odp. Maski typu Side Stream dla dorosłych - bez nebulizatora i dreneu

Pytanie nr 54

Zadanie nr 19, poz. 1-7: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Nie – w ramach jednej pozycji

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujący, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 55

Zadanie nr 19, poz. 1-6: Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby produkty były sterylne .

Pytanie nr 56

Pakiet nr 19, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwi dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 57

Zadanie nr 23, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki z przewodnicą, gdyż standardowo do tak małych rozmiarów stosowane są przewodnice?

Odp. Tak

Pytanie nr 58

Zadanie nr 23, poz. 1,3: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Nie - w ramach jednej pozycji

Czy Zamawiający wymaga, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar cewnika oraz pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?



Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były podwójnie wewnątrz w opakowanie foliowe i zewnętrznie w opakowanie folia – papier?

Odp. Podtrzymujemy zapisy w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 59

Zadanie nr 24, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały znacznik RTG na całej długości cewnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 60

Zadanie nr 44, poz. 1-17: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki nadrukowane były minimum 3 oznaczenie rozmiaru rurki oraz skrócona nazwa producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były skalowane co 1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały dwa oznaczenia pozwalające na określenie głębokości wg strun głosowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny posiadał nadrukowaną skróconą nazwę producenta oraz rozmiar rurki, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 61

Zadanie nr 44, poz. 5-17: Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny oraz dren łączący był w innym kolorze niż korpus rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy jeśli chodzi o pozycje od 5 do 17 Zamawiający mógłby doprecyzować wymagania z punktu 2 i 4 dla każdego rozmiaru, ponieważ przybliżone długości mankietu oraz odległość odejścia przewodu do mankietu uszczelniającego są inne w zależności od rozmiaru rurki?

Odp. Zadanie nr 44 w formularzu cenowym :

- poz. 5 – 11 proporcjonalnie w zależności od rozmiaru rurki)
- punkt 2 i 4 - dot. poz.12 - 17

Pytanie nr 62

Zadanie nr 44, poz. 18: Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe, zawierające wszelkie dane umożliwiające identyfikację produktu, jak np. nazwa, rozmiar, data ważności, data produkcji, nazwa producenta, nazwa importera, nazwa przedstawiciela na kraje UE?

Odp. Nie

Pytanie nr 63

Zadanie nr 59, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zestawy pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujący, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozpylał cząsteczki leku średnio 2,7 μm , co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania leku do tchawicy i oskrzeli?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 64

Zadanie nr 59, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwi dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 65

Zadanie nr 68, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane?

Odp. Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowe

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby dren łączący i balonik kontrolny był w innym kolorze niż korpus rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 66

Zadanie 25, poz. 1-6, 7: Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona”, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar cewnika oraz skróconą nazwę producenta tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Nie

Pytanie nr 67

Zadanie nr 25, poz. 8-15: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki na długość 80cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 68

Zadanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 67 worka stomijnego zamkniętego z filtrem?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 69

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści poz. 5 ,6,7,8 strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym , czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki

- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml , skala co 0,1 ml
- 5 ml rozszerzona do 6 ml skala co 0,2 ml
- 10 ml rozszerzona do 12 ml skala co 0,5 ml
- 20 ml rozszerzona do 24 ml skala co 1,0 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 70

Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 strzykawkę do pomp infuzyjnych typu luer lock 50 (60) ml .



Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 71

Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 strzykawkę do cewnikowania 50 (60) ml .

Odp. Tak jak w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia z dopuszczenie pojemności 60 ml

Pytanie nr 72

Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 strzykawkę do pomp infuzyjnych bursztynową 50 (60) ml .

Odp. Zamawiający dopuszcza w poz. 11 pojemność 60 ml

Zamawiający wymaga strzykawkę do pomp infuzyjnych bursztynową, pozostałe wymogi jak w SIWZ .

Pytanie nr 73

Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 strzykawkę do TBC 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm

Odp. Nie

Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 strzykawkę do insuliny 1 ml z igłą 0,45 x 13 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 74

Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14 asortymentu z podaniem ceny za 100 szt. = 1 opakowanie z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ?
Podanie cen za opakowanie nie będzie przewyższało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej , co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podanie jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W/w pozycjach jednostką handlową są opakowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt.

Pytanie nr 75

Zadania nr 9

Czy Zamawiający będzie wymagał kranika trójdrożnego wykonany z poliamidu odporny na nawet bardzo agresywne leki . Konstrukcja kranika pozwala wyraźnie wyczuć położenie pokrętła co każde 45 °.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 76

Zadania nr 13

Czy Zamawiający będzie wymagał aplikator do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem z wbudowaną zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki .Szczelna zatyczka zamyka łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem 0,45 um.

Odp. Zgodnie ze SIWZ opisu przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 77

Zadania nr 23

Bardzo proszę o dopuszczenie w poz. 1 cewników Foleya CH 8-10 z prowadnicą .

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 78

Zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 cewnik Foleya CH 6i 8 z prowadnicą 100 % silikonu

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga



Pytanie nr 79

Zadania nr 33

Bardzo proszę Zamawiającego czy dopuści w poz. 1 szkiełka nakrywkowe kwadratowe 22 x 22 mm bez szczoteczek.

Odp. Tak

Pytanie nr 80

Zadanie 13

Czy zamawiający w pakiecie nr 13 dopuści dopuści nakłuwacz do płynów infuzyjnych jałowy, pakowany pojedynczo do pobierania płynów z butelek i worków ze specjalnie wyprofilowanym uchwytem, ostro zakończonym kolcem oraz zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie z filtrem 0,45 µ.

Odp. Nie

Pytanie nr 81

Zadanie 28 pozycji 1

Czy zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 dopuści Cewnik 1-światłowy 14GA dł. 15-20cm - zestaw do wkłuc centralnych?

Odp. Nie

Pytanie nr 82

Zadanie 28 pozycji 4

Czy zamawiający w pakiecie 28 pozycji 4 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą składającą się z chlorheksydy i sulfadiazyny srebra zawierający:

- 1 dwuświatłowy cewnik 7,5 Fr –16 i 20 cm
- 1 igłę do nakłucia,
- 1 krótka I.V. kaniula 18G
- 1 przewód typu J 60 cm
- 1 dylator
- 1 podwójne skrzydełko mocujące
- 2 zatyczki z membraną
- 1 skalpel
- 1 5ml strzykawka

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż nakłuwacz do płynów infuzyjnych z zastawką zapobiegającą wyciekaniu posiada jedna firma, a opis SIWZ wskazują na konkretną firmę a tym samym nie ma możliwości złożenia konkurencyjnej oferty. Technika odłączania strzykawki od nakłuwacza nie powoduje wypływu płynu.

Odp. Nie - Zadanie 28 pozycji 4 (uzasadnienie bezprzedmiotowe)

Pytanie nr 83

SIWZ :

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy czy końcówki) ”.



Pytanie nasze dotyczy tych miejsc w formularzu asortymentowo- cenowym, w których Zamawiający podał jako jednostkę miary sztukę. (Np. w pakiecie 3 w poz. 5, 6).

Odp. NIE

Pytanie nr 84

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści modyfikację załącznika nr. 8 polegającą na wykreśleniu z niego pakietów, w których Wykonujący nie będzie brał udziału?

Odp. Tak

Pytanie nr 85

Projekt umowy:

Dotyczy §1

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp. NIE

Pytanie nr 86

Dotyczy §2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. NIE

Pytanie nr 87

Dotyczy §5 pkt. 2 Prosimy o zmianę zapisu z: „...dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu ...” na zapis brzmiący następująco: „ ... dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu ...” Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.

Odp. NIE

Pytanie nr 88

Dotyczy §7 pkt. 3, 4 i 5

Wady artykułów mogą powstać w różny sposób i w różnych okolicznościach, np. również przez niewłaściwe obejście się z dostarczonym artykułem przez pracownika Zamawiającego. Z tego powodu, uważamy za zasadne wziąć pod uwagę, że nie każda reklamacja jest uznawana jako zasadna. Dlatego też proponujemy o zamianę paragrafu 7 nowym o treści:
„Wykonawca ma załatwić (tj. rozpatrzyć i dosłać towar, w przypadku zasadności reklamacji) reklamację:

- ilościową – w 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- jakościową - w 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.”

Termin proponowany dla reklamacji jakościowych wynika z tego, że Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga też spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu 7?



Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie w umowie terminu do załatwienia reklamacji w dniach roboczych.

Pytanie nr 89

Dotyczy §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% umownej zapłaty za niedostarczoną część zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1095%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp. NIE

Pytanie nr 90

Dotyczy §9 ust. 4

Czy wykonawca zgodzi się na obniżenie kary umownej z 15 na 10% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. TAK

Pytanie nr 91

Dotyczy §9 ust. 5

Czy Wykonawca zgadza się na obniżenie kary umownej z 5 % na 1% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego zadania?

Odp. NIE

Pytanie nr 92

Asortymentu:

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający może doprecyzować rozmiary wkłuc motylkowych z igłą, które należy zaoferować?

Odp. Zamawiający wymaga roz. 0,5, 0,6 0,7 ,0,8 0,9

Pytanie nr 93

Pakiet 8 poz.2

Jeśli Zamawiający nie może doprecyzować rozmiarów wkłuc motylkowych z igłą które należy zaoferować to czy należy zaoferować wkłucia motylkowe we wszystkich wskazanych rozmiarach , i w jakich ilościach dla poszczególnego rozmiaru?



Odp. Nie

Pytanie nr 94

Pakiet 33 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił błędu wstawiając w opisie zamawianego asortymentu następujące określenia:

- 17 sgard 17 szlifowane
- W opakowaniu . Nie ma wymogu sterylności szczoteczek

Odp. Zamawiający wymaga Zadanie nr 33 poz.1 : szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm
(pozostałe zapisy pojawiły się w formularzu cenowym omyłkowo)

Pytanie nr 95

Pakiet 33 poz. 2

Czy Zamawiający Dopuści do zaferowania szkiełka podstawowe równoważne do szkiełek SUPERFROST?

Odp. Tak

Pytanie nr 96

Pakiet 47 poz.5

Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi z 3,2 % cytrynianem sodu?

Odp. Zamawiający wykreśla w zadaniu 47 poz. 5

Pytanie nr 97

Pakiet 47 poz.8

Czy Zamawiający dopuści probówki 20-1611-OS sterylne, pakowane po 5 sztuk.

Odp. Tak

Pytanie nr 98

Pakiet 47 poz.10

Czy Zamawiający wymaga zaferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 99

Pakiet 47 poz. 12

Czy Zamawiający może określić na ile testów należy zaferować płyty.

Odp. 1 zestaw – 100 szt. (250 badań z odpowiednim przeliczeniem)

Pytanie nr 100

Pakiet 47 poz. 12 Czy Zamawiający wymaga zaferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?
Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. Tak

Pytanie nr 101



Pakiet 47 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki ze znacznikiem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 102

Pakiet 48 poz. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie zestawu składającego się z wymazówki o długości 150 mm

Odp. Tak

Pytanie nr 103

Pakiet 48 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wymazówek z wacikiem , pakowanych pojedynczo w pudełku kartonowym z dozownikiem.?

Odp. Nie

Pytanie nr 104

Pakiet 30, pozycja 1-4

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z portem do pobierania próbek - konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Odp. Nie

Pytanie nr 105

Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści wkłady pakowane w następujący sposób:
- pozycja 1,2,4 – opakowanie zawierające 30 sztuk wkładów
- pozycja 3 – opakowanie zawierające 20 sztuk wkładów
oraz z dołączonymi osobno drenami?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 106

Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga worka na wymioty o pojemności 1500, ze skalą pomiarową co 100 ml oraz ze sztywnym plastikowym ustnikiem idealnie obejmującym usta pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 107

Zadanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 13 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr



przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp. Nie

Pytanie nr 108

Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny pod względem jakościowym w opakowaniach 200 ml w ilości 25 op. ?

Odp. Tak - Zamawiający dopuści produkt równoważny.

Nie - Zamawiający wymaga pojemności takiej jak w SIWZ opisu przedmiot zamówienia

Tak - ilość z odpowiednim przeliczeniem .

Pytanie nr 109

Pakiet 33

poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szkiełek nakrywkowych 22 x 22 mm w opakowaniu po 200 szt. o grubości 0,13- 0,16 mm? . Prosimy o informację czy zapis dotyczący szczoteczek pojawił się w formularzu omyłkowo czy Zamawiający oczekuje zaproponowania razem ze szkiełkami szczoteczek ?

Odp. Zamawiający wymaga Zadanie nr 33 poz.1 : szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm

Zamawiający dopuszcza w opakowaniu po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem o grubości 0,13- 0,16 mm.

(pozostałe zapis pojawiły się w formularzu cenowym omyłkowo)

poz.2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szkiełek szlifowanych spełniających wszystkie pozostałe wymogi SIWZ ?

Odp. Tak

poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaproponowanie szkiełek podstawowych szlifowanych o wymiarach 75 x 25 mm i grubości 1 – 1,2 mm?

Odp. Nie

poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki Z EDTA 200 ul (mikrometoda) lecz w opakowaniu liczących 100 sztuk w ilości 12 opakowań ? .

Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem .

Pytanie nr 110

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny igieł / strzykawek za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt.

Pytanie nr 111

Zadanie nr 6, pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „0,8” ? Czy Zamawiający oczekuje kanki o średnicy 0,8cm ?

Odp. Zamawiający oczekuje kanki o średnicy 0,8cm

Pytanie nr 112

Zadanie nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 113

Zadanie nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka z możliwością regulacji głębokości w zakresie

5-30mm lub 22-47mm, pakowaną w miękkie opakowanie folia/papier, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w zakresie 5 -30mm , pozostałe wymogi jak SIWZ opisu przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 114

Zadanie nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pytanie nr 115

Zadanie nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści preparat typu Fixocyt o pojemności 200ml z przeliczeniem ilości na 25 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuści preparat typu Fixocyt

**Nie - Zamawiający wymaga pojemności takiej jak w SIWZ opisu przedmiot zamówienia
Tak - ilość z odpowiednim przeliczeniem .**

Pytanie nr 116

Zadanie nr 19, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pytanie nr 117

Zadanie nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a 8 – 10 silikonowany z przewodnicą ?
Pragniemy dodać, iż praktycznie wszyscy producenci cewników Foley'a, w cewnikach pediatrycznych (6-10) umieszczają nylonową przewodnicę, którą można usunąć z cewnika.

Odp. Tak

Pytanie nr 118

Zadanie nr 23, pozycja 3

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska odnośnie wymagań: standardowe cewniki Foley'a z końcówką Nelaton nie posiadają otworu centralnego (końcowego). Zapewne ten zapis odnosi się co cewników do odsysania wymienionych w zakresie Zadania 25 poz. 1 – 6.

Odp. Pytanie bezprzedmiotowe

Pytanie nr 119

Zadanie nr 32, pozycje 1 - 5

Prosimy o potwierdzenie, czy podane ilości szacunkowe dotyczą sztuk, czy opakowań a'100 szt. ?

Odp. Zamawiający oczekuje w formularzu cenowym

poz.1 - 250 op. / rok (1 op. - 100 szt.)

poz.2 – 2 300 op/ rok (1 op. – 100 szt.)

poz. 3 – 10 ilość szt. / rok

Pytanie nr 120

Zadanie nr 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości ?

Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem

Pytanie nr 121

Zadanie nr 32, pozycje 5 - 6

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z danymi: nazwisko, łóżko, płeć, data, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga
Zamawiający dopuszcza również bez danych .**

Pytanie nr 122

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne typu II, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie - zgodnie ze SIWZ opisu przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 123

Zadanie nr 38, pozycja 2

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje maski typu FFP2 ?

Odp. Tak - Zamawiający oczekuje maski typu FFP2

Pytanie nr 124

Zadanie nr 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 50cm x 80m lub 39cm x 50m z przeliczeniem ilości na 64 rolki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 125

Zadanie nr 40, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 20L, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pytanie nr 126

Zadanie nr 44, pozycje 1 - 17

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pytanie nr 127

Zadanie nr 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pałeczkę o długości 15cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pytanie nr 128

Zadanie nr 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę prostokątną o wymiarach 42mm x 56mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 129

Zadanie nr 52, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o powierzchni całkowitej 133,2cm², powierzchni aktywnej 72cm², spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?


Odp. Nie

Ponadto prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 40 szt. elektrod, czy 40 op. a'50 szt. ?

Odp. Zamawiający oczekuje ilość :40 op / rok (1 op. = 50 szt.)

Pytanie nr 130

Zadanie nr 37



Czy Zamawiający dopuści fartuchy z fizeliny wiązany w pasie , długość rękawa ,bawełniany mankiet ze ściągaczem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 131

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,3 mm i długości ostrza 4 lub 6 mm ?. Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ .

Odp. Nie

Pytanie nr 132

Zadania nr 71

Prosimy o dopuszczenie samoprzylepnych elektrod do defibrylacji od włoskiego producenta kompatybilnych z urządzeniami wymaganymi przez Zamawiającego. Oferowane przez nas elektrody są 1x użytku, wyposażone we wtyczkę antyporażeniową, dobrze przylegające do skóry pacjenta, spełniające wymogi Europejskiej Dyrektywy i Międzynarodowe Standardy (ANSI/AAMI DF-80, IEC/CEI/EN 60601-2-4, 60601-1, ISO 10993-1). Oferujemy elektrody **o powierzchni aktywnej 95cm²** (wymagana 115cm²), **długości kabla 120cm** (wymagana 60,1 cm – **dodatkowy atut**) **oraz w rozmiarze 14,7 cm x 12,2** (wymagany 15,1 cm x 13,3 cm) – pragnę podkreślić, że **TAK NIEZNACZNA RÓŻNICA W ROZMIARZE** w żaden sposób nie wpłynie na wartość użytkową produktu. Zamawiający powinien uwzględnić tolerancję rozmiarów, gdy różnica jest tak niewielka. Takie działanie pozwoli na przystąpienie do przetargu szerszemu gronu oferentów, co będzie miało pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 133

Zadania nr 51 – Elektroda EKG noworodkowa – potrzeby roczne :

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG noworodkowe o średnicy 31 mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania? Różnica między wymaganą przez Zamawiającego średnicą a oferowaną to zaledwie 1 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 134

Zadania nr 54 – Łyżka jednorazowego użytku typu Lite Blade nr 3 i 4 – potrzeby roczne :

Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku światłowodowe **nr 3 i 4** wykonane z metalu?

Odp. Nie

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający będzie wymagał łyżek jednorazowego użytku **nr 3 i 4** wykonanych z metalu?

Odp. Nie

Pytanie nr 136

Zadania nr 65 – Łyżka do laryngoskopu światłowodowa – potrzeby roczne :

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu światłowodową typu MACINTOSH **Roz. 0,1, 2,3,4** (pakowane folia, papier)?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wielokrotnego użytku światłowodową typu MACINTOSH **Roz. 0,1, 2,3,4** (pakowane karton)?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wielokrotnego użytku światłowodową typu MACINTOSH **Roz. 0,1, 2,3,4,5** (pakowane karton)?

Odp. Nie



Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie łyżki do laryngoskopu światłowodowej typu MACINTOSH jednorazowego czy wielokrotnego użytku?

Odp. Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu MACINTOSH jednorazowego użytku wykonanej z metalu.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżki do laryngoskopu światłowodowej typu MACINTOSH jednorazowego użytku wykonanej z metalu?

Odp. Tak

Pytanie nr 137

Zadanie nr 48

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający ? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile-R) ? Czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odp. Zamawiający oczekuje wyrobów sterylnych radiacyjnie.

Pozostałe wymogi jak w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia .

Czy Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 138

Czy zamawiający dopuszcza Wymazówki - zestaw : pałeczka o dł. Ok. 18 cm do wymazu + próbówka ?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 139

Zadanie nr 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 masek twarzowych w rozmiarach 1-5 z pompowanym mankietem ściśle przylegających do twarzy pacjenta.

Odp. Nie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 wysokiej klasy układu oddechowego dla dorosłych do respiratora, układ oddechowy wpółosiowy, „rura w rurze” InEx z portem CO2, długość całego obwodu oddechowego 200 cm, średnica 22mm, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm.

Odp. Nie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 wysokiej klasy układu oddechowego dla dorosłych do aparatu do znieczulenia, układ oddechowy wpółosiowy, „rura w rurze” InEx z portem CO2 oraz dodatkową gałęzią o długości 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów. Długość całego obwodu oddechowego 200cm, średnica 22mm.

Odp. Nie

Pytanie nr 140

Zadanie nr 65 poz. nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 1 miał na myśli i wymaga: Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary od 00 do 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego , dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty , doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.



Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol "nie do powtórzonego użycia" (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia - folia.

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni jako potwierdzenie dostarczył próbkę łyżki typu McIntosh dla rozmiarów 00, 0-5?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 141

Umowa §9 ust.2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów §9 ust.2

Odp.NIE

W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 0,5% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonej w terminie partii asortymentu

Odp. NIE

Pytanie nr 142

Pakietu 66.

Prosimy o wyjaśnienie z jakimi urządzeniami mają współpracować czujniki przepływu. Prosimy również o informację, czy Zamawiający dopuści czujniki pakowane po 5 szt.

Odp. Do respiratora INSPIRATION

Tak - Zamawiający dopuści czujniki pakowane po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem .

Pytanie nr 143

Pakietu 60, poz.1.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający bezwzględnie wymaga jednorazowego użytku maski twarzowej anestetycznej LiteStar w kształcie kropli zapewniającej anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości jego regulacji. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana kolorem końcówka zapewnia stabilne połączenie np. z układem oddechowym i ułatwia identyfikację rozmiaru. Materiał PCW i PC, bez lateksu i bez DEHP. Produkt mikrobiologicznie czysty w foliowym opakowaniu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 6 - duży dorosły; w rozmiarze 1 i 2 – pierścień bezbarwny, rozm. 3- brązowy, rozm. 4 - czerwony, rozm. 5 - żółty, rozm. 6 - zielony.


Odp. Tak

Pytanie nr 144

Pakietu 60, poz.2.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający bezwzględnie wymaga - Łącznik typu martwa przestrzeń ErgoStar jednorazowego użytku, karbowany, lekki i elastyczny, wewnątrz gładki o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójny obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanymi do odsysania oraz do bronchofiberoskopii, końcówka od strony pacjenta zaopatrzone w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta, złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów; łącznik wykonany bez zastosowania PCV w komponentach, pozbawiony DEHP; produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-papier.

Odp. Tak



Pytanie nr 145

Pakiet 60, poz.3.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający bezwzględnie wymaga - układu oddechowego VentStar – układ mikrobiologicznie czysty objęty certyfikatem stosowania przez 7 dni, składający się z dwóch karbowanych rur o długości 1,8 m, (wewnętrznie lekko karbowane); odłączanego łącznika Y, co umożliwi wpięcie w układ nebulizatora; kąтового, odłączanego łącznika z portem Luer Lock. Średnica układu oraz stałych złączy 22 mm, struktura złączy pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do króćców. Materiał: EVA, PP, PE, TPE, bez lateksu. Proporcje zastosowanych materiałów pozwalają na zachowanie elastyczności układu, jak również zapobiegają jego trwałemu odkształcaniu się w sytuacji mechanicznego ucisku z zewnątrz.

Odp. Tak

Pytanie nr 146

Pakiet 60, poz.4.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający bezwzględnie wymaga - zestawu oddechowego VentStar - zestaw anestetyczny, mikrobiologicznie czysty, objęty certyfikatem stosowania przez 7 dni wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE, bez lateksu, składający się z dwóch karbowanych rur o stałej długości 180 cm, odłączalnego łącznika Y oraz obrotowego, odłączalnego łącznika kolankowego, zaopatrzonego w port Luer Lock do monitorowania gazów, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem, trzecia rura o długości 150 cm, worek bezlateksowy 2 L, zaopatrzony w okolicy szyi w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni oraz w silikonowy uchwyt do podwieszenia, średnica złączy 22 mm.

Odp. Tak

Pytanie nr 147

Pakiet 28, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje w zadaniu 28 poz. 1-4 zaoferowania zestawów wyposażonych w prowadnicę w rozmiarze 0,032”?

Odp. Tak

Pytanie nr 148

Pakiet 55, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli 60 szt linii próbkujących do modułu gazowego czy 60 opakowań po 10 szt?

Odp. 60 opakowań po 10 szt. /na rok

Pytanie nr 149

Pakiet 55, poz. 2

Prosimy również o podanie, czy Zamawiający ma na myśli linię o dł. 2, czy 3m?

Odp. Zamawiający ma na myśli Linie o dł. 3m

Pytanie nr 150

Pakiet 54

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli jednorazowe łyżki metalowe, czy plastikowe.

Odp. Jednorazowe łyżki plastikowe.

Pytanie nr 151

Pakiet 19, poz. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 19 poz. 4 ma na myśli maskę z workiem do wysokich stężeń czy do średnich stężeń bez worka?

Odp. Maskę z workiem do wysokich stężeń.



Pytanie nr 152

Pakiet 60, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 60 poz. 2 ma na myśli łącznik kątowy typu martwa przestrzeń o dł. 15cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 153

Pakiet 60, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu 60 poz. 3 dopuści układ o dł. 2m firmy Intersurgical?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 154

Pakiet 60, poz.4

Czy Zamawiający w zad 60 poz. 4 dopuści układ rozciągliwy do 2m firmy Intersurgical? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie nr 155

Pakiet 65

Czy Zamawiający w zad 65 dopuści łyżki firmy Intersurgical typu Miller rozmiar 0,1 oraz typu Macintosh rozmiar 2,3,4 dedykowane do zielonych rękojeści, pakowane folia?

Odp. Nie

Pytanie nr 156

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

§1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §1 ust. 2 wzoru umowy następującego zdania: „[...]chyba, że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za przedmiot zamówienia przekroczy 30 dni”?

Odp.NIE

Pytanie nr 157

§9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1 do 0,3% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp.NIE

Pytanie nr 158

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia – załącznik nr 5 z [...] określonym w Ustawie z dnia 24 czerwca 2015 roku o wyrobach medycznych[...] na „[...] określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych [...]”.

W dniu 24 czerwca 2015 roku został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy z dnia 20 maja 2010r., czyli ustawa jest ciągle z 20 maja 2010r.

Odp. Tak - Zamawiający dokonał poprawienia we wszystkich miejscach w SIWZ w/w zapisu (poprawiony i załączony - Załącznika nr 5 do SIWZ)

Pytanie nr 159

Zadania nr 58 poz. 1

Zwracamy się zapytaniem czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z ergonomiczną rączką z końcówką zagiętą w rozm. 30CH, bez regulacji siły ssania, dren o dł. 350 cm, zestaw pakowany w podwójne opakowanie: zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne foliowe?

Odp. Tak

Pytanie nr 160



Zadania nr 58 poz. 2

Zwracamy się zapytaniem czy nie zaszła omyłka pisarska i należy zaoferować zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z ergonomiczną rączką z końcówką prostą, średnica 32-35CH bez regulacji siły ssania, o dł. drenu 300 cm, zestaw sterylny, pakowany podwójnie: zewnętrzne op. folia-papier, wewnętrzne foliowe?

Odp. Tak

Pytanie nr 161

Zadania nr 58 poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw Yankauer, sterylny, 300 cm, zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem, zakończenia wyposażone w wewnętrzne pierścienie, które gwarantują trwałe połączenie z kanką, zestaw z kanką do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kulką, CH30-32CH, bez regulacji siły ssania, pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier ułatwiające aseptyczność?

Odp. Tak

Pytanie nr 162

Dot. Pakietu 1, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy igły iniekcyjne mają być polerowane elektrochemicznie co pozwala na usunięcie wszelkich metalowych opiłków, chropowatości i innych niedoskonałości powstających przy ostrzeniu końcówki igły w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni?

Odp. Tak

Pytanie nr 163

Dot. Pakietu 1, poz. 5, 6, 7, 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby skala na cylindrze odpowiadała objętości nominalnej strzykawki, tj. bez rozszerzenia tak jak obecnie stosowane w Państwa Placówce?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 164

Dot. Pakietu 1, poz. 9, 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki posiadały logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 165

Dot. Pakietu 4, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby po użyciu igła bezpiecznie zamknięta była w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron, od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza)?

Odp. Tak

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby igły były kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów – kompatybilność potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do ofert?

Odp. Tak

Pytanie nr 166

Dot. pakietu 6, poz.3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do lewatywy z kanką bez ogranicznika?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



Pytanie nr 167

Dot. Pakietu 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły motylek w rozmiarze 0,5-0,8

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 168

Dot. Pakietu 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma posiadać trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kranika?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają charakteryzować się maksymalną objętością wypełnienia 0,23 ml?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przezroczystą nakrętkę Luer-Look umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu?

Odp. Tak - Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 169

Dot. Pakietu 12, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Touchy 18G dł 80 mm ze stałymi skrzydełkami i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówką, strzykawką niskooporową, mały filtr 0,2 μ m, system mocowania filtra do skóry z mechanizmem gwarantującym skuteczne i pewne zaciśnięcie cewnika epiduralnego uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie cewnika z filtrem

Odp. Nie

Pytanie nr 170

Dot. Pakietu 13, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy aplikator ma posiadać filtr 0,2 μ m, który zabezpiecza przed drobinami zanieczyszczeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza filtr 0,2 μ m - pozostałe wymogi tak jak w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 171

Dot. Pakietu 17, poz. 1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniula dotętnicza była stosowana przy monitorowaniu ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną i badaniach gazometrycznych, powlekana podwójnym teflonem?

Odp. Tak

Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniula dotętnicza była pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 172

Dot. pakiet 17, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie maski ze stałym łącznikiem do zamocowania nebulizatora

Odp. Pytanie bezprzedmiotowe

Pytanie nr 173

Dot. Pakietu 21, poz. 1



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kaniule dożylnie dla noworodków 24 i 26 G posiadały przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odp. Tak

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

Odp. Tak

Pytanie nr 174

Dot. pakietu 23, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby cewniki były sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiający wymaga sterylizacji (cewniki nie muszą być sterylizowane radiacyjnie)

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy oczekuje żeby cewnik miał 3 czy 4 otwory boczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 175

Dot. Pakietu 24, poz. 1,2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawie wraz z cewnikiem była strzykawka z 10%roztworem gliceryny służąca do szczelnego wypełnienia balona?

Odp. Nie

Pytanie nr 176

Dot. Pakietu 25, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Odp. Tak

Pytanie nr 177

Dot. Pakietu 25, poz. 20-24

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki Pezzer'a posiadały min. 3-4 otwory boczne dla zwiększenia efektywności drenażu?

Odp. Tak

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne – wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp. Tak

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzer'a mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 178

Dot. Pakietu 25, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Pezzer śr. 34.

Odp. Nie

Pytanie nr 179

Dot. Pakietu 25, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika K-Kher śr. 9.

Odp. Tak



Pytanie nr 180

Dot. Pakietu 43, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu w rozmiarze CH10 dł. 500mm.

Odp. Nie

Pytanie nr 181

Dot. Pakietu 43, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu w rozmiarze CH10 dł. 750mm.

Odp. Tak

Pytanie nr 182

Dot. Pakietu 43, poz. 3, 4

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają być podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia-papier i wewnętrzne foliowe, perforowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają posiadać perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają posiadać nitkę radiacyjną na całej swojej długości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 183

Dot. Pakietu 44, poz. 1-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z wysokiej jakości medycznego PCV o właściwościach poślizgowych równoważnych silikonowaniu, pozostałe parametry jak w siwz

Odp. Nie

Pytanie nr 184

Dot. pakietu 44 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie biologicznie czystych rurek Guedel w rozmiarach 1/2/3 w opakowaniu foliowym

Odp. Nie

Pytanie nr 185

Pakiet 44, poz. 1-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych wykonanych z wysokiej jakości medycznego PVC bez pokrycia silikonowego?

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez zapis „znacznik głębokości” ma na myśli znacznik w postaci grubego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki (oring), ułatwiającego wizualizację podczas intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki były skalowane co 1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje, aby rurki posiadały mleczny, zdejmowalny łącznik ISO?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 186

Dot. Pakietu 60, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kąтового podwójnie obrotowego o długości 140 mm lub 200 mm

Odp. Nie

Pytanie nr 187

Dot. Pakietu 60, poz.3

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, dwie rury gładkie wewnątrz, długości 150 cm, łącznik Y rozłączalny, z łącznikiem kątowym, z kapturkiem ochronnym, biologicznie czysty?

Odp. Nie

Pytanie nr 188

Dot., pakietu 60, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, dodatkowa rura długości 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, biologicznie czysty, bez DEHP.

Odp. Nie

Pytanie nr 189

Dot. pakietu 60, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, dodatkowa rura długości 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, biologicznie czysty, bez DEHP.

Odp. Nie

Układ oddechowy dla dorosłych, 1.8 m, karbowany, worek 2L, rura worka 1 m.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 190

Dot. Pakietu 63, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, dwie rury gładkie wewnątrz, długości 150 cm, łącznik Y rozłączalny, z łącznikiem kątowym, z kapturkiem ochronnym, biologicznie czysty?

Odp. Nie

Pytanie nr 191

Dot. Pakietu 63, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, w zestawie z przestrzenią martwą 12 cm i drenem gładkim 210 cm, czysty biologicznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał stabilną podstawkę dyfuzora w zakresie 0-360 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał pojemność 6 ml i był skalowany z podziałką co 1 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby średnia nebulizowanych cząstek wynosiła (MMAD) 2,7 μm , potwierdzona w testach?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 192

Dot. Pakietu 63, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych układów oddechowych anestetycznych jednorurowych dwuświatłowych o śr. 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i 2 l. workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni $^{\circ}\text{C}$ przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H_2O i wydechowy 0,17 H_2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g?

Odp. Nie

Pytanie nr 193

Dot. Pakietu 63, poz. 3, 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rura wydechowa do podłączenia do aparatu była rozciągliwa do 50 cm?

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby układ oddechowy posiadał niebieskie elastyczne złącza?

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje, aby układ był pozbawiony DEHP?

Odp. Nie

Pytanie nr 194

Dot. Pakietu 63, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych układów oddechowych anestetycznych jednorurowych dwuświatłowych o śr. 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l. workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni $^{\circ}\text{C}$ przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H_2O i wydechowy 0,17 H_2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g?

Odp. Nie

Pytanie nr 195

Dot. Pakietu 63, poz.5

Prosimy o dopuszczenie łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym o długości 140 mm, 200mm lub 210mm.

Odp. Nie

Pytanie nr 196

Dot. Pakietu 63, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronny na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 3 (30-50kg).

Odp. Nie

Pytanie nr 197

Dot. Pakietu 63, poz. 7



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronny na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 4 (50-70kg).

Odp. Nie

Pytanie nr 198

Dot. Pakietu 63, poz. 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronny na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 5 (70-100kg).

Odp. Nie

Pytanie nr 199

Dot. Pakietu 63, poz. 6, 7, 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kanał na sondę żołądkową pozwalał na przeprowadzenie w każdym rozmiarze (3, 4, 5) sondy min. 14 Fr.?

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maski posiadały anatomicznie wyprofilowaną krzywiznę pod kątem 90 stopni?

Odp. Nie

Pytanie nr 200

Dot. Pakiet 65, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu światłowodowa typu Macintosh w rozmiarach: 1-4

Odp. Nie

Pytanie nr 201

Zadanie nr 1 , poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igły jednorazowego użytku 0,45 x 12 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 202

Zadanie nr 1 , poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igły jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm

Odp. Tak

Pytanie nr 203

Zadanie nr 1 , poz. 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w pozycji strzykawki dwuczęściowe z rozszerzoną skalą 20 %.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 204

Zadanie nr 1 , poz. 5-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 100 szt. z możliwością przeliczenia



w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp. Tak - z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Pytanie nr 205

Zadanie nr 1 , poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp. Tak - z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Pytanie nr 206

Zadanie nr 1 , poz. 13

Prosimy o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 207

Zadanie nr 1 , poz. 14

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 208

Zadanie nr 7 , poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 209

Zadanie nr 7 , poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 210

Zadanie nr 7 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 211

Zadanie nr 7 , poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym napisu słownie nie zawiera ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 212

Zadanie nr 7 , poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym 150 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 213

Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0,1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki



samozymykającym się zatrząskowi, odporny na insulinę, sterylne, apirogenne.

Odp. Nie

Pytanie nr 214

Zadanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli do tętnic obwodowych bezpiecznej co zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu medycznego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odp. Nie

Pytanie nr 215

Zadanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli do tętnic obwodowych z cewnikiem wykonany z FEP (teflon). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 216

Zadanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli do tętnic obwodowych w opakowaniu typu opakowanie uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie typu TYVEK. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 217

Zadanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonana z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym, bez zawartości lateksu informacja na opakowaniu. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.

Odp. Nie

Pytanie nr 218

Czy Zamawiający wymaga Aplikatora takiego jak dostarczany do tej pory , który posiada filtr antybakteryjnym 0,45µm posiadającym nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służącym do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami (typu Mini Spike) , co zagwarantuje bezpieczeństwo?

Odp. Tak

Pytanie nr 219

Pyt. 1 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści igłę jednorazową endoskopową śr. 2,3, dł. 230, śr. igły 25, dł. igły 5.

Odp. Nie

Pytanie nr 220

Pytanie 1 (zadanie 1 poz. 1-8, 13-14):

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł i strzykawek za opakowanie 100 szt.?

Odp. Nie

Pytanie nr 221

Pytanie 2 (zadanie 1 poz. 5-8):

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek ze skalą nominalną w celu dokładnego odmierzania leku?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 222



Pytanie 3 (zadanie 1 poz. 13):

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do TBC z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x12mm lub 0,5x16mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 223

Pytanie 4(zadanie 6 poz. 3)

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy niesterylnej zakończonego plastikową kanką z ogranicznikiem głębokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 224

Pytanie 5(zadanie 7 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały przezroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV?

Odp. Tak

Pytanie nr 225

Pytanie 6 (zadanie 7 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kołec igły biorczej po zakończonej infuzji?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 226

Pytanie 7(zadanie 7 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu?

Odp. Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy były bez lateksu

Pytanie nr 227

Pytanie 8(zadanie 7 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, aby przyrządy do przetaczania płynów i krwi pozbawione były w całości ftalanów (komora i dren)?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 228

Pytanie 9 (zadanie 7 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane w opakowania foliowe różniące się kolorem?

Odp. Nie

Pytanie nr 229

Pytanie 10 (zadanie 11 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz jednorazowego użytku 100ml z nakrętką?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 230

Pytanie 11 (zadanie 23 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya 8 – 10 z prowadnicą?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 231

Pytanie 12 (zadanie 25 poz. 8-14):

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 800 mm?

Odp. Nie



Pytanie nr 232

Pytanie 13 (zadanie 25 poz. 8-14):

Czy Zamawiający oczekuje zgłębników żołądkowych z zatyczką?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 233

Pytanie 14 (zadanie 25 poz. 18-19):

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania zagięte o długości 52 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 234

Pytanie 15 (zadanie 32 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków j.u. za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3067 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza - z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 235

Pytanie 16 (zadanie 32 poz. 5-6):

Czy Zamawiający dopuści opaski z karteczkami opisanymi w sposób:

Nazwisko, Łóżko,

Płeć, Data ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Zamawiający dopuszcza również bez danych .

(odpowiedź na pytania nr 121)

Pytanie nr 236

Pytanie 17 (zadanie 39 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła jednorazowe w rolkach szer. 40cm, dł. 50mb z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?

Odp. Tak

Pytanie nr 237

Pytanie 18 (zadanie 39 poz. 1-2):

Czy Zamawiający oczekuje prześcieradeł jednorazowych wykonanych z 2 warstw celulozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 238

Pytanie 19 (zadanie 43 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści zestaw Redon 250 ml (butelka)?

Odp. Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 239

Pytanie 20 (zadanie 43 poz. 1-2):

Czy Zamawiający wymaga butelek Redona sterylnych, sterylizowanych EO, pakowanych w opakowanie foliowo-papierowe z informacją o sterylności, numerze serii oraz datą ważności na opakowaniu?

Odp. Tak - Zamawiający wymaga butelek Redona sterylnych (sterylizacja nie musi być EO)

Tak - Zamawiający wymaga - pakowanych w opakowanie foliowo-papierowe z informacją o sterylności, numerze serii oraz datą ważności na opakowaniu .

Pytanie nr 240

Pytanie 21 (Pakiet nr 43 poz. 1-2)

Czy Zamawiający oczekuje płaskiej butelki Redona z wytłoczoną nazwą producenta, skalą co 25 ml oraz harmonijką w dolnej części?



Odp . Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Pytanie nr 241

Pytanie 22 (zadanie 44 poz. 5-17):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem u których długość mankietu oraz odległość odejścia przewodu do mankietu uszczelniającego do końca rurki są proporcjonalne do wielkości rurki? Im mniejsza jest rurka tym mniejsza jest długość mankietu i odległość odejścia przewodu do końca rurki, według zestawienia:

Rozmiar rurki intubacyjnej z mankietem	Długość mankietu uszczelniającego	Odejście przewodu do mankietu uszczelniającego – licząc od końca rurki
4,0	2 cm	15 cm
4,5	2 cm	16 cm
5,0	2,5 cm	17 cm
5,5	2,8 cm	18 cm
6,0	3 cm	19 cm
6,5	3 cm	20 cm
7,0	3,3 cm	21 cm
7,5	3,5 cm	21 cm
8,0	4 cm	21 cm
8,5	4 cm	23 cm
9,0	4 cm	23 cm
9,5	4 cm	23 cm
10,0	4,3 cm	23 cm

Odp. Nie

Pytanie nr 242

Pytanie 23 (zadanie 44 poz. 18):

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe w opakowaniach foliowych?

Odp. Nie

Koryguje się omyłkę pisarską w pkt. IV SIWZ ocena punktowa ppkt.5 , ppkt.6 jest :

Wartość punktowa kryterium termin ważności = (Tn : Tmax) x 100gdzie:

Tmax – maksymalny zaoferowany termin dostawy nie podlegający odrzuceniu

Tn – termin dostawy w ofercie ocenianej

WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x(Cmin : Cn) x 100 +Rt x (Tn : Tmax) x 100gdzie:

Rc – ranga kryterium: cena

Rt – ranga kryterium: termin **ważności**

Winno być :

Wartość punktowa kryterium termin dostawy = (Tn : Tmax) x 100 gdzie:

Tmax – maksymalny zaoferowany termin dostawy nie podlegający odrzuceniu

Tn – termin dostawy w ofercie ocenianej

WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x(Cmin : Cn) x 100 +Rt x (Tn : Tmax) x 100gdzie:



Rc – ranga kryterium: cena


Rt – ranga kryterium: termin **dostawy**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem


DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym na:

cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz. 876) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego przedmiotu zamówienia .

.....
miejsce i data

.....
podpisy osób uprawnionych