



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 850 ZP/ 519 /2016

Stalowa Wola dnia 12.08.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę konsoli lekarskiej do tomografu komputerowego wielorzędowego TSX-303A (Aquilion Prime) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogłoszonego dnia : 26.07.2016r pod.nr. : 158251 - 2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

DOT. PKT. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – ROZDZ. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KONSOLA LEKARSKA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WIELORZĘDOWEGO

Pragniemy wskazać, że przedmiotem zamówienia jest konsola lekarska do tomografu wielorzędowego, w związku z czym wymóg dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających dla wstrzykiwacza kontrastu i urządzeń dodatkowych wydaje się być niecelowy i prawdopodobnie znalazł się w opisie parametru omyłkowo.

Czy związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 2 poprzez wykreślenie treści parametru słów „wstrzykiwacz kontrastu oraz urządzenia dodatkowe” i nadanie mu następującego brzmienia:

„Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP konsolę lekarską, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, załączone do oferty, oprogramowanie konsoli lekarskiej zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, w klasie min. II a”

Odp. Tak

Pytanie nr 2

DOT. PKT. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – ROZDZ. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KONSOLA LEKARSKA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WIELORZĘDOWEGO

Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie wymogu opisanego w pkt. 2 dołączenie do oferty dokumentów dopuszczających dla oprogramowania konsoli zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, w klasie min. IIa?

Odp. Tak

Pytanie nr 3

DOT. PKT. I.2 SIWZ, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W ZAKRESIE POSIADANEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA – ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Dla poświadczenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych,



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6 wraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w tym zakresie wykazanie w Załączniku nr 6 dwóch dostaw tomografów komputerowych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i dołączenie do oferty dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

DOT. PKT. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SIWZ – ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

W tym pkt Zamawiający wymaga okresu dostępności serwisu i części zamiennych min. 10 lat.

Pragniemy zauważyć, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 letniego dostępu do części zamiennych?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

DOT. § 9 KARY UMOWNE ZAŁĄCZNIKA NR 8 UMOWA (WZÓR)

Zgodnie z § 9 pkt. 2, w przypadku nieterminowego niezrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki .

Zbyt wysoka wartość kar umownych może skutkować podwyższeniem oceny ryzyka umowy, co może skutkować podwyższeniem wartości oferty dla Zamawiającego

Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary wynikające z zapisów § 9 pkt. 2 Umowy do 0,2%?

Odp. Zamawiający zgodzi się obniżyć kary wynikające z zapisów § 9 pkt. 2 Umowy do 0,5%

Pytanie nr 6

DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – ROZDZ. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KONSOLA LEKARSKA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WIELORZĘDOWEGO

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający - w miejscu przeznaczonym na wypełnienie informacji dotyczących producenta – wymaga podania producenta oprogramowania, zgodnie z wymaganymi i dołączonymi do oferty dokumentami dopuszczającymi zaoferowane rozwiązanie do obrotu i używania.

Odp. Tak

Pytanie nr 7

DOT. § 7 ZAŁĄCZNIKA NR 8 – FORMULARZ UMOWY/WARUNKI PŁATNOŚCI

Czy Zamawiający zrezygnuje z płatności ratalnej na rzecz płatności jednorazowej?

Odp. Płatność jednorazowa w terminie 30 – dni , licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę.



Pytanie nr 8

**DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – ROZDZ. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
KONSOLA LEKARSKA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WIELORZĘDOWEGO**

Wykonawca prosi o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej – tj. w opisie Formularza Oferty jak i w Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający posługuje się słowem „Załącznik nr 2” (opis przedmiotu zamówienia) – natomiast sam załącznik jest opisany „Załącznik nr 1”.

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską tj. „Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia”

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz