



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/2 /2016 / 454

Stalowa Wola dnia 27.06.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : Zapytania ofertowego nr 2/2012 w sprawie zakupu kardiokardiografów dla ciąży bliźniaczej, wózka do KTG oraz detektora tętna.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania :

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiokardiografy z poniżej proponowanym wymogiem:

- granice alarmów definiowane przez użytkownika:

- 1) alarm wysokiego tętna: 160 ÷ 190 bpm ze skokiem co 10,
- 2) alarm niskiego tętna: 90 ÷ 120 bpm ze skokiem co 10.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy w ogłoszeniu

Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem



lek. med. Tomasz T. Adamczyk
specjalista ginekologii i położnictwa
573084100 tel. 502 506 235



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

