



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 100 ZP/ 10 /2018

Stalowa Wola, dnia 29.01.2018r.

Wszyscy zainteresowani Postępowaniem przetargowym

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres 3 lat od daty podpisania umowy, ogłoszenie nr 506563-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do 2 lutego 2018 roku do godz. 9.00, a otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2018 roku o godz. 9.30.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadanie nr 1 – parametry wymagane

Pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora z **2013** roku produkcji, w pełni sprawnego po przeglądzie serwisowym ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z 2013 roku produkcji.

Pytanie nr 2

Pkt. 4 – Czy Zamawiający wymaga aby aparat wykonywał wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji bez konieczności dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu oraz bez dodawania odczynników podczas przygotowywania testów ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Pkt. 7 Czy Zamawiający wymaga aby analizator wykonywał identyfikacje bakterii beztlenowych ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Pkt. 9 Czy Zamawiający wymaga aby zaawansowany system ekspercki był przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim oraz w łatwe w obsłudze oprogramowanie formie graficznej składające się m.in. z części pozwalających na wpisanie danych



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Atis

demograficznych, nowoczesny system ekspertowy i program kontroli jakości ? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby testy były automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika co pozwoli ograniczyć ryzyko kontaminacji oraz zwiększy bezpieczeństwo personelu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do sieci informatycznej szpitala ?

Odp. Tak pkt. 28 (Zadanie nr 1- tabela 1.1 Zestawienie parametrów wymaganych)

Wszystkie koszty podłączenia aparatury : wykonanie kabla podłączeniowego ,ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu Kamssoft .

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby testy do identyfikacji i lekowrażliwości były pakowane oddzielnie?

Odp. Dopuszcza się testy łączone , pakowane osobno .

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby wymienione dokumenty w załączniku nr 3 do zadania 1 dołączone były z pierwszą dostawą, ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wymaga aby wymienione dokumenty w załączniku nr 3 do zadania 1 dołączone były z pierwszą dostawą .

W przypadku, gdy dokumenty miałyby zostać dołączone do oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do oferty zostały dołączone przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietów na które Wykonawca składa ofertę, zaś do dostawy będą dołączane certyfikaty kontroli jakości odpowiednie dla danej serii dostarczonych produktów ?

Odp. Tak dołączone z pierwszą dostawą- przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietów na które Wykonawca składa ofertę .

Tak dołączone z pierwszą dostawą - certyfikaty kontroli jakości odpowiednie dla danej serii dostarczonych produktów.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie dokumentów wymaganych w załączniku nr 3 do zadania 1, poprzez podanie adresu strony internetowej na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne dla Zamawiającego całodobowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza aby były dołączone z pierwszą dostawą na płycie CD/DVD.

Pytanie nr 11

Dotyczy Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wyszczególnione testy do identyfikacji bakterii gram ujemnych, gram dodatnich, Neisseria Haemophilus, beztlenowców , grzybów oraz testy do lekowrażliwości bakterii gram ujemnych, gram dodatnich oraz grzybów były wykonywane automatycznie na podkładzie aparatu będącego przedmiotem zamówienia ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pod pkt: ?

„Oznaczenie lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolizujących, Streptococcus gr viridans” – Przy tym punkcie brakuje numeru pozycji w tabeli asortymentowej.

Odp.. Treść pytania niezrozumiała dla Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pod pkt 8: „Oznaczenie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych” – Czy powinno być : „Oznaczenie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych”?

Odp. Oznaczenie lekowrażliwości drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych.

Pytanie nr 14

Dotyczy Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści podłoże chromogenne dwudzielne do wykrywania karbapenemaz (typu KPC, MBL i OXA 48)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pozycji 29 wymaga aby test wykrywał karbapenemazy u Enterobacteriaceae, Pseudomonas oraz Acinetobacter co powinno być udokumentowane wpisaniem do instrukcji używania testu i dołączone do oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 29 wymaga aby test do wykrywania karbapenemaz posiadał kontrolę ujemną oraz aby wszystkie niezbędne materiały do wykonania testu znajdowały się w zestawie (komplecie)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Parametry techniczne (załącznik nr 3), zadanie 2, pkt. 11 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie podłoży z terminem ważności min. 5 tygodni dla pozycji: 9, 20, 23, 27 i 37 oraz z terminem ważności min. 4 tygodnie dla pozycji: 17, 18, 21, 25, 26?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Dotyczy Parametry oceniane, Pkt. 5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktu 5 jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikaty kompatybilności z testami do identyfikacji i określenia lekowrażliwości bakterii do aparatu znajdującego się w Zadaniu 1 dla podłoży chromogennych chromID: SALMONELLA ELITE, MRSA SMART, CPS ELITE, S.AUREUS, VRE, STREPTO B, P.AUREGINOSA, ESBL, CANDIDA, C.DIFFICILE, COLUMBIA CNA/MACCONKEY, CARBA SMART wyszczególnionych w formularzu cenowym?

Odp. Tak – dopuszczamy przy pierwszej dostawie.

Pytanie nr 19

Dotyczące projektu umowy:

Dotyczy §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowało obowiązkiem wymiany aparatu

na inny sprawny o nie gorszych parametrach wraz z pokryciem wszystkich kosztów wymiany, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczający 4 dni robocze.”?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20

Dotyczy §7 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Dotyczy §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „*Kary umowne przewidziane niniejszą umową, płatne będą w terminie 7 dni od daty wezwania do ich zapłaty*”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29-33? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie większej liczby ofert i zaoferowanie niższych cen przez Wykonawców.

Odp. Nie.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 38 zestawu do barwienia met. Grama zawierającego 4 barwniki, każdy o pojemności 250 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie większej liczby ofert i zaoferowanie niższych cen przez Wykonawców.

Odp. Nie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 podłoża Mueller – Hinton agar + 5% krwi końskiej +20mg/l NAD?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 25 podłoża chromogennego do wykrywania karbapenemaz: KPC, NDM, VIM, IMP, MBL oraz OXA w tym OXA48?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie .

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z terminem ważności min 25 dni od daty dostawy towaru do Zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 28

Dotyczy parametrów technicznych zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie świadectw kontroli jakości do produktów, które nie posiadają informacji o grubości podłoża? Norma ISO 11133 nie precyzuje wymagań co do informacji o grubości podłoża.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie tj dostarczanie świadectw kontroli jakości do produktów przy pierwszej dostawie.

Pytanie nr 29

Czy w pakiecie 2 pozycji 1 Zamawiający dopuści podłoża z terminem ważności 2-3 tyg. z możliwością częstszych dostaw cząstkowych? Rzeczywiste terminy ważności podłoża ze względu na kontrolę jakości jak i transport od producenta a następnie do klienta może być krótszy niż 4 tyg. w związku z tym oferujemy te dostawy cząstkowe bądź ustalenie harmonogramu dostaw

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 3, 5 oraz 13 dopuści podłoża od innego producenta, ale tego samego dostawcy?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 6 dopuści możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów. Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji z optymalną ilością niezbędnych produktów dodatkowych, co przełoży się na uniknięcia zawyżenia wartości pakietu i będzie miało tym samym pozytywny wpływ na racjonalizację potencjalnego wydatkowania środków publicznych w niniejszym zakresie?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w pakiecie 2 pozycji 8 chodzi o płytki odciskowe?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 14-35 dopuści paski wykonane z bibuły posiadające pozytywną opinie KORLD?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy w pakiecie 2 pozycjach 18 oraz 19 nie zaszła omyłka i nie chodziło o stężenie 0,016-256 µg/ml?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 35

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy w pakiecie 2 pozycji 34 nie zaszła omyłka i nie chodziło o stężenie 0,002-32 µg/ml?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 36

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie w pakiecie 2 pozycji 29 jakie antybiotyki Zamawiający ma na myśli, czy chodzi o cefepim/cefepim z kwasem, cefotaksym/cefotaksym z kwasem czy ceftazydym/ceftazydym z kwasem ?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 3 dopuści paski diagnostyczne do różnicowania bakterii należących do Moraxella i Neisseria?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycjach 4-6 dopuści opakowanie 1 litr z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w pakiecie 7 wymaga do krążków antybiotykowych dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści krążki antybiotykowe, które nie są oznaczone na ostatnim krążku znakiem „x”, a funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami oraz funkcje zabezpieczające przed uszkodzeniem spełnia dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolece i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki. W przypadku dopuszczenia takiego rozwiązania Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie wymaganej ilości dyspenserów, którą Dostawca dostarczy na czas trwania umowy.

Odp. Treść pytania nie dotyczy w/w postępowania przetargowego dla Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pytanie nr 41

Dotyczy zadania nr 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży pakowane po 10 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 29. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu próbkowego, który służy do wykrywania karbapenemaz klasy A,B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 3, paski typu E- test .Czy Zamawiający wymaga aby paski nasączone gradientem stężeń antybiotyku posiadały pozytywna opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 44

Dotyczy zadanie nr 3, paski typu E-test . Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia manualnego aplikatora ? *Zaproponowane przez nas paski z gradientem stężeń pakowane są każdy osobno i przy ich nakładaniu na podłoże nie jest wymagany aplikatur .*

Odp. Tak - Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia manualnego aplikatora .

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania nr 3 , paski typu E-test . Czy Zamawiający wymaga aby paski z gradientem stężeń były w opakowaniu zbiorczym po 10 czy 30 sztuk ?

Odp . Zamawiający wymaga aby paski z gradientem stężeń były w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk.

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania nr 5 . Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia czytnika do jakościowej i ilościowej analizy szybkich testów .

Odp. Nie

Pytanie nr 47

Dotyczy: wzór umowy – załącznik nr 9

(§ 6 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Tak.

Pytanie nr 48

(§ 6 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Tak.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?

Odp. Tak.

Pytanie nr 50

(§ 7 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odp. Nie.

Pytanie nr 51

(§ 7 ust. 2 lit. c) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odp. Nie.

Pytanie nr 52

(§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53

(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54

(§ 7 ust. 2 lit. a,c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55

(§ 7 ust. 2 lit. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia...”?

Odp. Nie.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57

(§ 4) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę „....”

Odp. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę „....”

Pytanie nr 58

(§ 4 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umownych na: „wystąpienia 3 krotnej awarii tego samego podzespołu ...”?

Odp. Nie.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 1

W związku z tym, iż umowa będzie zawarta na 36 m-cy, czy nie nastąpiła omyłka w formularzu ofertowym, formularzu cenowym oraz formularzu dzierżawy i nie powinno się wpisać wartości za 3 lata a nie za rok?

Odp. Nie nastąpiła omyłka pisarska .

Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym, formularzu cenowym oraz formularzu dzierżawy - aby Wykonawca wpisał wartości netto i brutto za 1 rok . Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta będzie na okres 36 m-cy zgodnie z wymaganym przeliczeniem za cały okres obowiązywania umowy (dotyczy zadań od 1 do 6) .

Pytanie nr 60

Dot. par. 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby niezrealizowana wartość umowy nie przekraczała 20% jej wartości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby niezrealizowana wartość umowy nie przekraczała 30% jej wartości.

Pytanie nr 61

Dot. par. 4 ust. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zgłaszania awarii również faksem i e-mailem.

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie nr 62

Dotyczy Zadania nr 1 – Dzierżawa automatycznego systemu do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z zakupem odczynników, testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz części eksploatacyjnych przez okres 36 m-cy, załącznik nr 3 – Parametry techniczne, **Tabela nr 2.:** Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne, poz. 2 - Identyfikacja istotnych klinicznie gatunków bakterii beztlenowych
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie manualnych testów do identyfikacji istotnych klinicznie gatunków bakterii beztlenowych z automatycznym odczytem pozwalającym zachować żądanie Zamawiającego odnośnie odczytu testów?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 63

Dotyczy Zadania nr 1 – Dzierżawa automatycznego systemu do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z zakupem odczynników, testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz części eksploatacyjnych przez okres 36 m-cy, załącznik nr 3 – Parametry techniczne, **Tabela nr 2.:** Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne, poz. 4 - Identyfikacja istotnych klinicznie gat bakterii z rodz. Haemophilus, Neisseria

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie manualnych testów do identyfikacji istotnych klinicznie gatunków bakterii z rodz. Haemophilus, Neisseria z automatycznym odczytem pozwalającym zachować żądanie Zamawiającego odnośnie odczytu testów?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 64

Dotyczy Zadania nr 1 – Dzierżawa automatycznego systemu do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z zakupem odczynników, testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz części eksploatacyjnych przez okres 36 m-cy, załącznik nr 3 – Parametry techniczne, **Tabela nr 2.:** Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne, poz. 8 - Oznaczenie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

Czy Zamawiający dopuści oznaczanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych i wyrażenie zgody na zaoferowanie testów manualnych rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w Warszawie?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 65

Dotyczy pakiet 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu, że Podłoża chromogenne muszą być kompatybilne z testami do identyfikacji i określenia lekowrażliwości bakterii do aparatu znajdującego się w pakiecie. Uzasadnienie: pakiet nie obejmuje dzierżawy aparatu

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Dotyczy pakiet 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD dla krążków oraz testów MIC?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 67

Zadanie nr 1 - Tab.nr 1.1

Pkt.2. Co Zamawiający ma na myśli określając aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości jako aparat modułowy ?

Odp. Wszystkie składowe systemu typu aparat główny , komputer, nefelometr, baza zarządzania danymi, pipety jednorazowe, karty/ panele identyfikacyjne i do oznaczania lekowrażliwości itp.

Pytanie nr 68

Pkt.4 Czy Zamawiający dopuści system, który automatycznie dozuje odczynniki dodatkowe na pokładzie aparatu bez konieczności ich dodawania w komorze inkubacyjnej. Metoda kolorymetryczna oparta na wywołaniu reakcji barwnej daje możliwość precyzyjnej identyfikacji szczepu bakteryjnego w tym szczepów wymagających wydłużonego czasu inkubacji jak np. Pseudomonas aeruginosa?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 69

Pkt.10 Czy Zamawiający wymaga aby program kontroli jakości pracował w oparciu o standardowe szczepy wzorcowe zgodne z zaleceniami EUCAST ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 70

Pkt.13. Czy Zamawiający wymaga aby test wykrywający ESBL był na wszystkich oferowanych testach /panelach dla wszystkich Enetrobacteriaceae bez konieczności potwierdzania tego typu mechanizmu oporności w rutynowej pracy metodami manualnymi (dodatkowa płytką, krążki, Etesty) w celu ograniczenia generowania dodatkowych kosztów dla laboratorium mikrobiologicznego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 71

Pkt 15 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu trzykrotnego pomiaru w ciągu godziny badanego testu? Każdy system ma indywidualny odczyt i tego rodzaju zapis jest cechą indywidualną danego producenta systemu i pozostaje bez wpływu na wynik zarówno identyfikacji jak i lekowrażliwości.

Odp. Tak – wg danych producenta.

Pytanie nr 72

Pkt 22,23,24 Czy Zamawiający w związku z zapisami w tych punktach dopuści system backup który będzie zabezpieczał Zamawiającego na wypadek awarii systemu podstawowego , a koszty związane z tym systemem nie będą zwiększały kosztów oferty złożonej na jeden system podstawowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 73

Pkt 29. Czy w związku z tym iż obecnie nie ma na rynku systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości ,który pracuje w oparciu o oprogramowanie w j. polskim, jedynie w oparciu o program graficzny w połączeniu z j. angielskim czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Odp. Dopuszczamy j. angielski.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści 80% paneli tzw. Paneli Combo w zakresie pałeczek gram ujemnych i ziarniaków gram dodatnich czyli połączenie identyfikacji oraz lekowrażliwości co daje możliwość uzyskania w jednym czasie dwóch oznaczeń oraz korzystną ofertę cenową i nie ma żadnego wpływu na wynik oznaczenia ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający wymaga w przypadku oznaczenia lekowrażliwości dla pałeczek Gram ujemnych szerokiego panelu rozcieńczeń (przynajmniej 5 rozcieńczeń dla Imipenemu i Meropenemu) oraz dla ziarniaków gram dodatnich (przynajmniej 6 rozcieńczeń dla Vankomycyny i Teicoplaniny) w celu uniknięcia wykonywania niepotrzebnych powtórzeń badania ,wydłużania czasu wydania wyniku i ponoszenia dodatkowych kosztów oznaczeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający wymaga aby system miał możliwość wykonania oznaczenia dla Colistyny w rutynowych oznaczeniach dla pałeczek fermentujących i niefermentujących w celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych kosztów wykonywania oznaczenia innymi alternatywnymi metodami ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 77

Zadanie nr 1 Tabela nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

Pkt 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia metodą automatyczną 40 oznaczeń lekowrażliwości dla grzybów w ciągu **12 miesięcy** i dopuści metodą manualną dla przynajmniej 8 antymykotyków? Ten rodzaj oznaczenia jest możliwy tylko na jednym systemie i jest on już uwzględniony w parametrach ocenianych Zamawiającego w Tabeli nr 1.2 pkt.6 (Tak -10 pkt ,Nie -0 pkt) ,w związku oferta nie spełniająca tego warunku nie dostaje punktacji za ten parametr zatem Zamawiający nie powinien wymagać dodatkowo tego oznaczenia jako warunek dopuszczający firmę do złożenia oferty przetargowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 78

Zadanie nr 1 Tabela 1.2 Zestawienie parametrów ocenianych

Czy w związku z oceną techniczną systemu i zestawieniem parametrów granicznych które preferują jeden system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości na rynku polskim Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów granicznych w pkt.4,10,13,15 zgodnie z pytaniami powyżej tak aby umożliwić złożenie oferty innemu producentowi systemu i uzyskać ofertę konkurencyjną?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 68 do 71.

Pytanie nr 79

Pkt.5 Czy Zamawiający odstąpi od oceny minimalnej wartości MIC dla Ertapenemu 0.25 ug/ml dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.? Najnowsze wymagania Eucast 8.0 a także wersja 7.0 wynoszą minimalną wartość MIC 0.5 ug/ml dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Wg Zamawiającego aparat ma być zgodny z aktualnymi wymogami wg zaleceń EUCAST , wersji co najmniej 6.0 (pkt 8.tabela 1.1 ,zestawienie parametrów wymaganych)

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej opisane rozwiązanie

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych i formularzach cenowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

Stw