



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 110 ZP/ 63 /2018

Stalowa Wola, dnia 27.03.2018r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym**

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogłoszonego pod numerem : 2018/S 035-075690 dnia 20/02/2018

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy kontrola Randox RQ9113 i RQ9125c spełni wymagania Zamawiającego w zakresie podstawowych parametrów biochemicznych i immunochemicznych?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Formularza cenowego w zakresie odczynników biochemicznych, Załącznik nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy jedynym parametrem oznaczanym w moczu jest białko?

Odp. Nie.

Pytanie nr 3

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku różnych testów do oznaczania HCG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciąży, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp. Nie tylko jako test, również jako marker nowotworowy.

Pytanie nr 4

Do Załącznika nr 3 p.10 w nawiązaniu do pytania nr.16 i udzielonej odpowiedzi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do analizatora immunochemicznego stabilnych na pokładzie aparatu 2 - 8 tygodni, a po wyjęciu z analizatora i przechowywaniu w lodówce przez okres określony przez Producenta indywidualnie dla każdego parametru i opisany w instrukcji metodycznej testu?

Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie opisanego powyżej produktu.

Zamawiający informuje że termin składania ofert jest 04.04.2018r do godz. 9:00,

otwarcie ofert jest 04.04.2018r o godz. 9:30

(zgodnie ze zmianą ogłoszenia z dnia 24.02.2018r , nr 2018/S 039-085026)

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych , formularzach cenowych, parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia .

DYREKTOR SP.ZZOL
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

Z poważaniem



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Alca