



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 110 ZP/ 55 /2018

Stalowa Wola, dnia 21.03.2018r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym**

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogłoszonego pod numerem : 2018/S 035-075690 , dnia 20/02/2018

Informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznika nr 3 „Parametry techniczne” dla zadania nr 2 – podpunkt nr 1

Czy Zamawiający pisząc Lac/lu, zrobił omyłkę pisarską i miał na myśli Lac/Glu?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznika nr 2 „Formularz cenowy” dla zadania nr 2

Prosimy o informacje na jaki okres czasu należy skalkulować odczynniki – w tabeli zał. Nr. 2 widnieje informacja o ilości badań oraz miesięcy dzierżawy na 1 rok, w SIWZ istnieje zapis o kontrakcie na 36 m-cy.

Odp. Tak - należy skalkulować odczynniki oraz dzierżawę na okres 1 roku ,umowa z wybranym

Wykonawca będzie podpisana na okres 3 - lat

Pytanie nr 3

Dotyczy: załącznika nr 2 „Formularz cenowy” dla zadania nr 2

W związku z tym iż aparat będzie pracował w laboratorium, prosimy o informacje czy ma być podłączony do systemu laboratoryjnego. Jeśli tak, prosimy o dodatkową informację odnośnie papieru do drukarki, która jest integralną częścią analizatora- czy należy wkalkulować papier czy nie?

Odp. Wszystkie koszty podłączenia aparatury w tym wykonanie kabla podłączeniowego, doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie, konfigurację systemu

Kamsoft



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Pytanie nr 4

Dotyczy: załącznika nr 2 „Formularz cenowy” dla zadania nr 2

Zamawiający umieścił w tym załączniku dwie tabelki

- Parametry krytyczne
- Odczynniki do badań parametrów krytycznych

Prosimy o informację co powinno znajdować się w pierwszej z wymienionych tabeli?

Odp. Odczynniki do badań parametrów krytycznych.

Pytanie nr 5

Dotyczy: załącznika nr 2 „Formularz cenowy” dla zadania nr 2

Czy Zamawiający oczekuje wyłapywaczy skrzepów i czy oferent może zmienić/rozszerzyć tabelę aby dodać wyłapywacze?

Odp. Zamawiający wymaga wyłapywaczy skrzepów i Oferent zawiera w tabeli pozycję: wyłapywacze.

Pytanie nr 6

Dotyczy: załącznika nr 7 “Umowa (wzór) §3 podpunkt nr 1

Czy Zamawiający dopuści 4 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

Odp . Tak.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynników do immunochemii I poz. 19 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oznaczania parametru IgE w części biochemicznej zintegrowanego systemu?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynników do immunochemii II poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oznaczania parametru D-dimery w części biochemicznej zintegrowanego systemu?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego – Poz. 7 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu z chłodzeniem w temperaturze lodówki odczynników na pokładzie - celem eliminowania ogrzewania próbek po wyjęciu z lodówki i wstawieniu do aparatu?

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego – Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu, gdzie wydajność części immunochemicznej jest minimum 100 oznaczeń/godz.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego – Poz. 21 Czy Zamawiający wymaga, aby serwis zdalny umożliwiał automatyczne wysyłanie błędów przez analizator do inżynierów serwisu na urządzenie mobilne, co pozwala na monitorowanie analizatorów pod kątem możliwych do wystąpienia problemów. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów bezpieczeństwa danych i powierzenia usługi przez materiały marketingowe?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator biochemiczny zintegrowanego systemu– Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wykonującego oznaczenia w następujących materiałach: surowica, osocze, krew pełna, moczu, płyn mózgowo-rdzeniowy

Odp. Tak.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator biochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.7 –Czy Zamawiający dopuści mieszanie odczynników metoda dotykowa za pomocą miksera, gdzie współczynnik przenoszenia dla analizatora jest poniżej 0, 1 ppm czyli poniżej istotności klinicznej.

Odp. Tak.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.4 – Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowany test do oznaczania troponiny był wykonany w ciągu 18 min - jest to całkowity czas uzyskania wyniku od momentu wstawienia próbki do analizatora do wydania wyniku .

Odp. Tak.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.7 – Czy Zamawiający dopuści aby kalibracja odczynników immunochemicznych była więcej niż 2 punktowa zlecana przy każdej zmianie lotu odczynnika?

Odp. Tak, kalibracja minimum dwupunktowa.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.10 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników do analizatora immunochemicznego stabilnych na pokładzie aparatu minimum 30 dni a po wyjęciu z analizatora przechowywanie w lodówce do daty ważności odczynnika?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.11 oraz dot. Parametry oceniane zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści w miejsce jednorazowych końcówek dozujących odczynniki i materiał badany oraz uzna za parametr równoważny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm- poniżej istotności klinicznej?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu– Poz.12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kilku oznaczeń dla, których czas wykonania oznaczenia jest dłuższy niż 30 minut takich jak: wit B12, anty TG, anty TPO, witamina D, kwas foliowy?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-up – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników, kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych kompatybilnych z aparatem głównym umożliwiającym przenoszenie ww wymienionych odczynników pomiędzy aparatami?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych poz. 30,31,32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilości modułów ISE skalkulować w oparciu o praktykę ich realnego zużycia u użytkowników oferowanego systemu biochemicznego, popartą prawidłowymi wynikami kontroli (metoda pod kontrolą), bez uwzględnienia terminu stabilności na pokładzie podanego w ulotce ? Jednocześnie zaoferowana ilość modułów ISE zapewni Zamawiającemu wykonanie podanej ilości oznaczeń elektrolitów wraz z kontrolami i kalibracjami?

Odp. Tak.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych poz. 34 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczenia HbA1c z krwi pełnej w sposób automatycznie na pokładzie aparatu bez konieczności ręcznego przygotowywania hemolizatu?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na porcjowanie materiału kontrolnego i kalibracyjnego bez straty jego stabilności dla parametrów biochemicznych, w szczególności dla parametrów których ilość na cały kontrakt jest niższa niż 1000 oz.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilości zestawów odczynnikowych dla parametrów biochemicznych skalkulować w oparciu o praktykę ich realnego zużycia użytkowników oferowanego systemu biochemicznego- możliwość podziału zestawów, popartą prawidłowymi wynikami kontroli (metoda pod kontrolą), bez uwzględnienia terminu stabilności na pokładzie podanego w ulotce danego odczynnika? Jednocześnie zaoferowana ilość odczynników zapewni Zamawiającemu wykonanie podanej ilości oznaczeń danych parametrów wraz z kontrolami i kalibracjami.

Odp. Tak.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy ilości podane przez Zamawiającego w pozycji „ilość badań na rok” uwzględniają również ilości odczynnika na kalibracje i kontrole?.

Odp. Nie, Oferent powinien samodzielnie uwzględnić ilości odczynnika na kalibracje i kontrole.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie częstotliwości kontroli wewnątrz laboratoryjnej dla podanych parametrów. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia ilości opakowań materiałów kontrolnych.

**Odp. Dla biochemii – codziennie na dwóch poziomach (normalny i patologiczny), wszystkie parametry
Dla immunochemii – codziennie jeden poziom (naprzemiennie normalny lub patologiczny) dotyczy markerów, hormonów itp.**

Pytanie nr 26

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 3 : Parametry techniczne – Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-up - Czy Zamawiający wymaga aby liczba pozycji odczynnikowych w aparacie immunochemicznym typu back up była nie mniejsza niż 20?

Odp. Nie.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy poz. 4 Czy Zamawiający wymaga aby test do oznaczenia bHCG posiadał liniowość do 15 000 nIU/ml w pierwszym oznaczeniu bez rozcieńczenia?

Odp. Nie.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 1

Dot. Zał. Nr 2 : Formularz cenowy Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dowodu/publikacji na brak interferencji na wyniki badań u pacjentów przyjmujących wysokie dawki biotyny 100-300 mg/dobę dla każdego wymienionego parametru?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza dostarczenie dowodu/publikacji na brak interferencji na wyniki badań u pacjentów przyjmujących wysokie dawki biotyny 100-300 mg/dobę jeżeli w oferowanych odczynnikach jest stosowana Biotyna.

Pytanie nr 29

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw pilnych z 24-48h na min. 72h?

Odp. Nie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 3 tygodni do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 31

Prosimy o odstąpienie żądania rozładunku towaru dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Uzasadnienie: Wykonawcy korzystają przy dostawach z usług firm kurierskich, które nie mają prawa rozładowywać i przenosić dostaw do pomieszczeń magazynowych na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca.

Odp. Zamawiający wymaga rozładunku towaru dostarczonego do siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z pierwszą dostawą karty katalogowe dla odczynników dostarczone zostały w postaci CD? Uzasadnienie: każda ulotka zawiera min. 10 stron.

Odp. Nie.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w formularzach cenowych dla kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych umieścić wszystkie niezbędne pozycje zamiast podawać jedną wartość dla poszczególnych kategorii (tzn. jedna wspólna wartość dla kontroli, jedna wspólna wartość dla kalibratorów etc)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 11 par. 8 umowy dzierżawy na: „Przez okres trwania umowy Wykonawca w ramach dzierżawy zobowiązuje się do nadzoru serwisowego przedmiotu dzierżawy.....”?

Odp. Nie.

Pytanie nr 35

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy dostawy/dzierżawy zapisów o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odp. Tak.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 1, zał nr 3, pkt 29 analizator główny

Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowało obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów) na zapis Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii tego samego podzespołu w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowało obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)

Odp. Tak.

Pytanie nr 37

Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-u , zadanie nr 1, zał nr 3, pkt 10

Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowało obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów) na zapis Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii tego samego podzespołu w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowało obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)

Odp. Tak.

Pytanie nr 38

Proszę o podanie powierzchni pracowni w których ma zostać zainstalowana klimatyzacja.

Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ

Odp. Pomieszczenie do badań biochemicznych – 36m², pomieszczenie do badań immunochemicznych – 18m².

Pytanie nr 39

Par. 4 ust. 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 40

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Tak.

Pytanie nr 41

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od niniejszego zobowiązania?

Odp. Tak.

Pytanie nr 42

Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odp. Tak, wzór umowy powierzenia w załączniku.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych, formularzach cenowych, parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia .

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

W z ó r

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2018 roku, w pomiędzy:

.....
..... wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonegoKrajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowany pod numerem identyfikacji podatkowej NIP,

reprezentowany przez:

-,
-,

zwanym dalej **Wykonawcą**

a

.....z siedzibą w wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonegoKrajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP, reprezentowanym przez:

-,
-,

zwanym dalej **Zamawiającym**.

Łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dniar. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawy-

powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

