



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1466 ZP/2018/4.../2019

Stalowa Wola dnia 07.01.2019r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: postępowania przetargowego na „**Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 664531-N-2018 w dniu 28.12.2018r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zadanie 3 pozycja 1 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 39 mm reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2.

Zadanie 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3.

Zadanie 3, pozycja 2, 3 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Zadanie 3, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 mm reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.

Zadanie 3, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zadanie 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.1 również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.1 również na nić o grubości „1-0”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 3 pozycję 1?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 3 pozycję 2?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.3 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 3 pozycję 3?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.4 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.4 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 3 pozycję 4?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 3 poz.9 również na nic o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 3 pozycję 9?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poprzez zapis SIWZ: „ Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający się od 56 -70 dni z powłoką antybakteryjną „ – ma na myśli materiał szewny z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr1 poprzez zapis SIWZ: „ Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający się od 56 -70 dni z powłoką antybakteryjną” ma na myśli materiał szewny, powlekany polichlorofenoksyfenolem, który w badaniach in vitro oraz metaanalizach posiada udokumentowaną prewencję zakażenia pola operowanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

DYREKTOR SP ZZOZ
Z poważaniem
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



