Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ **450 ZP**/ 121 /2018

Stalowa Wola, dnia 22. 05. 2018r.

Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogłoszony po nr 2018/S 074-163885 dnia 17/04/2018 .

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

W związku z rozbierznymi odpowiedziami na pytania nr 10 i 47, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza test BHCG wyłącznie jako test ciążowy?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Dot. Zadania nr 1 pkt 5 parametrów analizatora biochemicznego zintegrowanego systemu: Czy Zamawiający dopuści, aby oznaczanie jonów odbywało się przy pomocy bezobsługowego zintegrowanego modułu ISE?
Uzasadnienie: Oferent posiada technologię zintegrowanych elektrod jonoselektywnych, które są technologią zdecydowanie bardziej zaawansowaną, ponieważ technologia ICT (ang. Integrated Chip Technology) w odróżnieniu od systemu wymiany pojedyńczych elektrod, jest technologią niezawodną, która chroni przed możliwością wystąpienia szeregu problemów technicznych, występujących podczas wymiany pojedynczych elektrod – są to m.in. problemy ze szczelnością między poszczególnymi elektrodami, koniecznością korelacji wobec pozostałych 3 elektrod (są 4 elektrody: sodowa, potasowa, chlorkowa i referencyjna) i bardzo dużym prawdopodobnieństwem nieskorelowania się wszystkich elektrod. Marnuje to czas oraz pieniądze szpitala, a dodatkowo naraża na niebezpieczeństwo niemożności wykonania oznaczeń ISE do czasu przyjazdu inżyniera serwisowego. Oznaczenia ISE są oznaczeniami bardzo ważnymi, mogą być konieczne do wykonania w trybie cito, mogą decydowac o życiu lub śmierci pacjenta. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść technologii zintegrowanych elektrod jest fakt iż w przypadku technologii niezintegrowanych elektrod i pojedynczej ich wymiany, każda z elektrod posiada różną stabilność. Powoduje to konieczność ich wymiany w różnych terminach i są sygnalizowane często jedynie poprzez pogorszenie jakości parametrów, co jest sporą niedogodnością dla laboratorium. Antycypując ewentualne podniesienie kwestii rzekomej lepszej ceny rozwiązania z elektrodami wymienianymi pojedynczo, pragniemy z całą mocą podkreślić, że technologia ICT może bronić się cenowo sama, jeśli zostanie porównana w zrównoważony, sprawiedliwy sposób.

Odp. TAK.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych , formularzach cenowych, parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia .

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Żurmacz

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

ISO 9001:2008 CERT. NR 9122.PSSW
CERTYFIKAT 2011/29