



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/973 ZP/468 /2018

Stalowa Wola dnia 25.10.2018r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: postępowania przetargowego na „Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637216-N-2018 w dniu 17.10.2018r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Pyt. 1 Część nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatki rozmiar 10x15 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Pakietu nr 10 i zaoferowanie:

- w pozycji 3 staplerów w rozmiarze 19, 21, 24, 26, 29, 32 i 34
- w pozycji 4 i 5 staplerów i ładunków w rozmiarze: 30, 45, 60, 90

Odp. Pytanie nie dotyczy pakietu 10.

Pytanie nr 3.

Dot. Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Dot. Zadania 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Dot. Zadania 1, poz. 4, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Dot. Zadania 1, poz. 4, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Dot. Zadania 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

Dot. Zadania 2, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6 do osobnego pakietu?

Odp. Zadanie 2 posiada 5 pozycji.

Pytanie nr 9.

Dot. Zadania 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm, długość nici 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zadanie 2 posiada 5 pozycji.

Pytanie nr 10.

Dot. Zadania 4, poz. 7, 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11.

Dot. Zadania 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12.

Dot. Zadania 5, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 13.

Dot. Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, naturalny, niewchłaniaalny, jałowy, jedwabny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14.

Dot. Zadania 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 10x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15.

Dot. Zadania 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16.

Dot. Zadania 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17.

Dot. Zadania 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18.

Dot. Zadania 11, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19.

Dot. Zadania 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20.

Zad. 9, poz. 3: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6x11cm lub 8x13cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza obydwa rozm.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 21.

Zad. 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13cm lub 10x16cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10x16 cm.

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 8 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z dostawą. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający zgadza się aby § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Poza tym, strony mogą wyjątkowo uzgodnić wzrost cen w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wskutek tej zmiany utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażąca stratą”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. NIE

Pytanie nr 24.

Zważywszy na treść § 4 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał w sposób precyzyjny i rzetelny określenia ilościowego



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

zakresu zamówienia. Podane przez Zamawiającego ilości są dokładnym i precyzyjnym odzwierciedleniem ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wykorzystywanych przez Zamawiającego w dotychczas prowadzonej działalności. Analiza realizowanych przez Zamawiającego zamówień wskazuje, że przypadki niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia należą do zdarzeń marginalnych wywołanych szczególnymi okolicznościami, a znacznie częściej występują przypadki kiedy Zamawiający, w związku z rozwojem tut. Szpitala i zwiększaniem liczby pacjentów wykorzysta pełne pakiety ilościowe na wiele miesięcy przed zakończeniem umowy. Klauzula zawarta we wzorze umowy ma na celu ochronę Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych i od niego niezależnych np: zmiana warunków kontraktowania zabiegów medycznych przez NFZ, planowane zmiany związane z powstaniem sieci szpitali, likwidacja oddziałów szpitalnych, zmniejszenie liczby łóżek narzucone przez NFZ, brak wykwalifikowanego personelu medycznego, awaria sprzętu, powodujące zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów oraz wiele innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W przypadku braku wyżej wskazanej klauzuli umownej Zamawiający powinien na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odstąpić od umowy i zaniechać realizacji zamówienia nawet w częściowym zakresie, co byłoby niekorzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zamawiający podejmie wszelkie starania, aby o okolicznościach powodujących znaczne zmniejszenie zamawianego asortymentu na bieżąco informować Wykonawców.

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 pkt 4.1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie o następującej (lub podobnej) treści: „pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Tak

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy,



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Tak

Pytanie nr 27.

Jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę będą uprawniały Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 5 umowy? Aktualna treść § 9 ust. 5 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek żądania zapłaty wysokiej kary umownej; dlatego wymaga doprecyzowania.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że niedostarczenie towaru w terminie jest uregulowane w par.9 ust.2, Natomiast jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, towarów obciążonych wadami, które nie będą zdolne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem. Kary wymienione w par.9 ust.2 i ust.5 nie podlegają kumulacji.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. TAK

Pytanie nr 29.

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 30.

Zadanie 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31.

Zadanie 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm z nitką o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32.

Zadanie 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest długości 75cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33.

Zadanie 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34.

Zadanie 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35.

Zadanie 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36.

Zadanie 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37.

Zadanie 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zadanie 4, pozycja 10-11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły od długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39.

Zadanie 7 pozycja 1 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 39 mm reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40.

Zadanie 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41.

Zadanie 7, pozycja 2, 3 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42.

Zadanie 7, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 mm reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43.

Zadanie 7, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44.

Zadanie 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45.

Zadanie 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jedwabnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46.

Zadanie 14 pozycja 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 5,9 mm wys. 3,9 mm?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47.

Zadanie 14 poz 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 7,2 mm wys. 4,9 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.1 również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.1 również na szew o grubości „0”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 1?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.2 i 3 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 2 i 3?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.4 również na długość igły 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.4 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 55.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 4?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.9 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57.

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 7 pozycję 9?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58.

Dot. zadania 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie siatki w rozmiarze 36 x 25 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59.

Dot. zadania 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie siatki w rozmiarze 6-8 x 11-12 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60.

Dot. zadania 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie siatki w rozmiarze 8-10 x 12-13 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 61.

Dot. zadania 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem, w rozmiarze 28 mm, o wysokości zszywek 4,8 mm przed zamknięciem i 1,0-2,5 mm po zamknięciu z możliwością regulacji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 62.

Dot. zadania 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów jednorazowego użytku z łamanym



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

kowadełkiem, w rozmiarze 31 mm, o wysokości zszywek 5,0 mm przed zamknięciem i 1,0-2,5 mm po zamknięciu z możliwością regulacji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 63.

Dot. zadania 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem, w rozmiarze 33 mm, o wysokości zszywek 5,0 mm przed zamknięciem i 1,0-2,5 mm po zamknięciu z możliwością regulacji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 64.

Dot. zadania nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły jednorazowego użytku do wytworzenia odmy przy zabiegach laparoskopowych o dł. 12 i 15 cm, zakończonej nieprzeźroczystym kranikiem z zaworem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65.

Dot. zadania nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera skórno-śluzowego z zszywkami w rozm. szer. 7,0 i wysokość 4,0 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 66.

Dot. zadania nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5 mm, rozm. 45, długość linii szwu 45 mm?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 67.

Dot. zadania nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5 mm, rozm. 60, długość linii szwu 60 mm?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 68.

Dot. zadania nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z manualną regulacją



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

docisku do tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5 mm, rozm. 90, długość linii szwu 90 mm?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 69.

Dot. zadanie nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania staplera jednorazowego liniowego z nożem w ładunku, do tkanki grubej rozm. 60?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 70.

Dotyczy: §1 ust. 2 wzoru umowy

W/w ustęp zawiera informację: „2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw materiałów szewnych w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie”. Treść w/w ust. sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o poniższej treści: „Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin”.

Odp. NIE

Pytanie nr 71.

Dotyczy: §9 ust. 2 wzoru umowy

W projekcie Umowy paragraf 9 ust 2 jest zapis: „W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 3% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie”.

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 3% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie Umowy paragraf 9 ust 2 : „W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 2% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie”.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 72.

Dotyczy: §9 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zapisie ust. 5 jako „nienależyte wykonanie umowy”. Zapis taki może świadczyć np. o tym, że Zamawiający za niedostarczenie towaru w terminie oprócz i tak wysokiej kary umownej 5% obciąży Wykonawcę dodatkową karą jaką jest 5% wartości brutto umowy, jednakże nie mniej niż 200,00 zł za każde zdarzenie.

Może zdarzyć się również, że np. Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl w/w punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary.

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Dlatego też prosimy o wykreślenie w/w ust. Za wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, towarów obarczonych wadami, które nie będą zdatne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem. Kary wymienione w par.9 ust.2 i ust.5 nie podlegają kumulacji.

Pytanie nr 73.

Czy Zamawiający w zad 12 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Igły jednorazowe użytku do wytworzenia odmy przy zabiegach laparoskopowych o długości 12 cm i 15 cm znanego amerykańskiego producenta, zakończone kranikiem z zaworem z przezroczystą częścią w miejscu przepływu gazu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 74.

Czy Zamawiający w zad 14 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny jednorazowego użytku, 35 zszywek w karabinku, wymiary zszywki : szer. 5,9 mm wys. 3,9 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 75.

Ad par. 9 ust. 2

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar w analogicznych kontraktach.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie Umowy paragraf 9 ust 2 : „W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 2% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie”.

Pytanie nr 76.

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten signature/initials.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, średnica 25 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową gumową powłoką?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77.

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, średnica 29 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78.

Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, średnica 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 szwu o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 2 szwu o długości nici 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 5 szwu z igłą okrągło-tnącą z nitką o długości 150cm (pętla)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 6 igły i nici bez katalogowego określenia „mocna”. Oferowane przez nas szwy charakteryzują się ratio 1:1, grubość nici dopasowana jest do grubości średnicy igły. Dzięki temu zyskują Państwo szczelność wykonanego zespolenia z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej konstrukcji igły oraz nici i ich wytrzymałości



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

na wyginanie i zerwanie szwu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 83.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 7, 11 igły okrągłej o długości 26mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 84.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 9 igły o długości 36mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 1 siatki o wymiarach 30x30cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 3 siatki o wymiarach 6.2 x 11.1cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 87.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 pozycja 4 siatki o wymiarach 10.1 x 15.1cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 pozycja 1 igły o długości 25mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 89.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 pozycja 1 szwu o grubości nici USP 1 oraz igły o długości 35mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten signature



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 pozycja 3 igły o długości 25mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 91.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 pozycja 4, 5 igły o długości 20mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92.

Zadanie 10 – Staplery jednorazowego użytku okrężne

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści:

- w poz. 1 stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 20,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 24.
- W poz. 2 stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 23,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 26.
- W poz. 3 stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 33 mm, średnica wewnętrzna 24,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 28.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 93.

Zadanie 15 – Staplery jednorazowe – liniowe z manualną regulacją docisku do tkanki grubej oraz staplery liniowe z nożem

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w poz. 4 dopuści stapler jednorazowy liniowy z nożem do tkanki grubej w rozmiarze 55 lub 75?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 94.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w pozycjach 1, 2, 3 dopuści okrężny stapler jednorazowego użytku



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

w opakowaniu zbiorczym 3 szt. wraz z przeliczeniem zamawianej ilości, wszystkie parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
z up. Marcin Jolanta
mgr Jolanta Mazur



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten signature

