



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/440 ZP/ 118 /2018

Stalowa Wola dnia 22.05.2018 r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 440 ZP/ 2018**

dot. :przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług Ogłoszenie nr 552859-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Załącznik 7A moduły zasilające sufitowe, anestezyjologiczne na sale operacyjne, punkt 6 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów za spełnienie wymogu regulacji wysokości za pomocą sprężyny natomiast 0 punktów za regulację wysokości przy pomocy silnika elektrycznego.

Odp: Zamawiający będzie przyznawał ocenę w wysokości 10 pkt zarówno dla regulacji za pomocą sprężyny gazowej, jak też gdy regulacja będzie się odbywać przy pomocy silnika

Pytanie nr 2.

Załącznik 7D moduły zasilające sufitowe na sale zabiegowe pracowni endoskopii, punkt 9 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów również za głowicę głębokości 225 mm. Proponowana głowica będzie zajmowała jeszcze mniej miejsca w przestrzeni.

Odp. Treść punktu 9 Załącznika 7D otrzymuje brzmienie Głowica smukła, zajmująca mało miejsca.

Wymiary 290 do 298 x 225 do 290 mm (szerokość x głębokość).

Pytanie nr 3.

Załącznik 7B moduły zasilające sufitowe, chirurgiczne na sale operacyjne, punkt 8 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów również za głowicę głębokości 225 mm. Proponowana głowica będzie zajmowała jeszcze mniej miejsca w przestrzeni.

Odp. Treść punktu 8 Załącznika 7B otrzymuje brzmienie Głowica smukła, zajmująca mało miejsca.

Wymiary 290 do 298 x 225 do 290 mm (szerokość x głębokość).

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.05.2018 r godzina składania 10:00 a otwarcia 10:30. Miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem
DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sturmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Sturmacz