



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1090 ZP/514/2019

Stalowa Wola dnia 17.09.2019 r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 1090 ZP/2019**

dot. :przetargu nieograniczonego na Dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 595574-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że w związku z bardzo dużą ilością zamówień w czwartym kwartale roku dojazd do siedziby Zamawiającego może być bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. życzeń klienta są dla niego korzystne.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, odbiór ambulansu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy w związku z publiczną deklaracją wiceministra zdrowia p. Janusza Cieszyńskiego o możliwości aneksowania umowy na dotację z Ministerstwem Zdrowia do końca marca przyszłego roku Zamawiający dopuszcza realizację zamówienie do końca pierwszego kwartału 2020 r.?

Odp: Nie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ?

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

Odp: Nie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści ambulans demonstracyjny z przebiegiem 10 000 km spełniający wszystkie zapisy gwarancyjne siwz ?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans demonstracyjny, niezarejestrowany, niewykorzystywany wcześniej w PRM, z maksymalnym przebiegiem 7000 km spełniający wszystkie zapisy gwarancyjne siwz

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pytanie dot. Noszy głównych oraz transportera noszy głównych

W ocenie Zadającego pytanie (w oryginale dokumentacji znajduje się nazwa podmiotu) jako wiodącego dostawcy zestawów transportowych (nosze + transporter), parametry zamawianych urządzeń przez Zamawiającego, opisanych w postępowaniu faworyzują rozwiązania jednej firmy STOLLENWERK na co wskazują niżej opisane punkty formularza parametrów wymaganych, które mają na celu wyeliminować konkurencję:

Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni
Fabryczna uniwersalna półka , mocowana bezpośrednio do ramy noszy, umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp., nośność minimum 15 kg – PARAMETR PUNKTOWANY
Hamulce na dwóch kółkach – hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu
wszystkie 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu)
Możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności np. ustawianie kół do jazdy na wprost, uruchamianie blokady kół – PARAMETR PUNKTOWANY

W związku z powyższym oraz stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się do Zamawiającego o zrezygnowanie z parametru punktowanego tj. punkt 9 dot. Noszy głównych i pkt. 10 dot. transportera noszy głównych ponieważ opisane parametry nie mają żadnego uzasadnienia medycznego, a dodatkowo opisane przez Państwo rozwiązanie zwiększa koszty eksploatacyjne danego transportera nie mówiąc już o naruszeniu PZP.

Dodatkowo zwracamy się do Zamawiającego aby na zasadzie równoważności dopuścił nowoczesne system transportowy marki FERNO o poniższych parametrach:

NOSZE GŁÓWNE	
1.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;
2.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
3.	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



let



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

4.	rama noszy pod głowę pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
5.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
6.	nosze posiadają trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą;
7.	składane poręcze boczne, z chowanymi lub składanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy.
8.	możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
9.	nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
10.	cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, wyposażony w podgłówek umożliwiający ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak, z odgięciem do tyłu, przygięciem do klatki piersiowej
11.	obciążenie dopuszczalne noszy 250 kg
12.	waga oferowanych noszy 22,9 kg
13.	nosze główne spełniają wymogi normy PN-EN 1865-1: 2012
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH	
14.	z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
15.	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
16.	regulacja wysokości w siedmiu poziomach;
17.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia);
18.	wszystkie kółka jezdne o średnicy 152 mm, skrotne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost;
19.	dwa kółka wyposażone w hamulce, transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego
20.	obciążenie dopuszczalne transportera 270 kg
21.	Waga zestawu transportowego 50,9 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1
22.	Transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą ;
23.	transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału;
24.	transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie
25.	Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym
26.	Transporter wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

27.	Nosze i transporter spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 i PN EN 1789.
-----	---

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej zmiany w punktacji, Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne proponowany powyżej system transportowy. Elementy punktowane przez Zamawiającego mają istotne znaczenie w usprawnieniu codziennej pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Pytanie nr 8

Pytanie dot. Transporter noszy głównych

Czy Zamawiający w opisie transportera „Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy” miał namyśli prowadzenie noszy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach?

Odp: Zamawiający miał na myśli prowadzenie noszy w miejscach trudnodostępnych, gdzie prowadzenie noszy przodem lub tyłem jest niemożliwe ze względu na warunki przestrzenne.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29