

Wykonawca dołącza wraz z ofertą „poza ustawą”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „poza ustawą” :**

*Środki ochrony osobistej ( COVID ) dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli*

**1. Wykonawca dostarczy przy podpisaniu UMOWY do Zamawiającego :**

**Dotyczy Zadania nr 1 – Zadania nr 5**

*1) Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności , spełniające wymogi norm , materiały informacyjne (opisów, katalogów, folderów, fotografii) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 (Formularza cenowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 – 5) ,*

*2) Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu UMOWY w formularzach cenowych o tytule „nr” tj. numerów katalogowych oferowanego asortymentu lub symbol PKWiU , nr indeksu , kod produktu lub innego indywidualnego oznaczenia produktu stosowanego przez Wykonawcę w wystawianych fakturach VAT ( dotyczy wszystkich zadań ).*

.....  
Podpis osoby uprawnionej

**Wykonawca dołącza wraz z ofertą „poza ustawą”**

**PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „poza ustawą” :**

**Środki ochrony osobistej ( COVID ) dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli**

**1. Wykonawca dostarczy przy podpisaniu UMOWY do Zamawiającego**

1) dotyczy .: zadania nr 6 : ( Rękawice ) \*

-Zdjęcia jednostkowego opakowania oferowanego produktu z widocznym, czytelnym opisem potwierdzającym wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. **Etykiety można złożyć w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**

- Karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji
- Dokument potwierdzający oznakowanie rękawic jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425 (lub równoważny)
- raporty z wynikami badań potwierdzającymi zgodność z normą EN 455 (1-4)
- raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3
- raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671
- raporty z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978
- dokument potwierdzający dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością
- dokument potwierdzający, że rękawice są wolne od akceleratorów chemicznych

**Wykonawca dostarczy przy podpisaniu umowy do Zamawiającego : Typ / Nr kat.- Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu umowy w formularzach cenowych**

2) dotyczy : zadania nr 7 : ( Rękawice ) \*

-Zdjęcia jednostkowego opakowania oferowanego produktu z widocznym, czytelnym opisem potwierdzającym wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. **Etykiety można złożyć w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**

- Karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji .
- Dokument potwierdzający oznakowanie rękawic jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425 (lub równoważny)
- raporty z wynikami badań potwierdzającymi zgodność z normą EN 455 (1-4)
- raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3
- raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671

**Wykonawca dostarczy przy podpisaniu umowy do Zamawiającego : Typ / Nr kat.- Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu umowy w formularzach cenowych**

\* ( jeżeli dotyczy)

.....  
Podpis osoby uprawnionej