



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1589 ZP/2020/ 1 /2021

Stalowa Wola, dnia 07.01.....2021r.

**Wszyscy zainteresowani  
Postępowaniem przetargowym**

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników ,testów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania , ogłoszenie nr 769041-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

**Pytanie nr 1**

**Umowa:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Uzasadnienie:**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, zainteresowanych tą formą zawarcia umowy Wykonawców prosimy o poinformowanie Zamawiającego po otrzymaniu wyniku postępowania.

**Pytanie nr 2**

**Umowa**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp.** . Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3**

**Umowa**

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?"

**Uzasadnienie:**

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

**Odp. . Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 4

#### Umowa

Prosimy o modyfikację § 2 Umowy poprzez dopisanie : „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

#### Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ale informuje że stosowaną u Zamawiającego praktyką jest dokonywanie cyklicznych zamówień np. raz w miesiącu. W związku z czym wartość pojedynczych zamówień znacznie przekracza poziom 150 zł .**

### Pytanie nr 5

#### Umowa

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

#### Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia ,że dokonał w sposób precyzyjny i rzetelny określenia ilościowego zakresu zamówienia . Podane przez Zamawiającego ilości są dokładnym i precyzyjnym odzwierciedleniem ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wykorzystywanych przez Zamawiającego w dotychczas prowadzonej działalności. Analiza realizowanych przez Zamawiającego zamówień wskazuje, że przypadki niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia należą do zdarzeń marginalnych wywołanych szczególnymi okolicznościami, a znacznie częściej występują przypadki kiedy Zamawiający, w związku z rozwojem tut. Szpitala i zwiększaniem liczby pacjentów wykorzysta pełne pakiet ilościowy na wiele miesięcy przed zakończeniem umowy. Klauzula zawarta we wzorze umowy ma na celu ochronę Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych i od niego niezależnych np: zmiana warunków kontraktowania zabiegów medycznych przez NFZ, planowane zmiany związane z powstaniem sieci szpitali, likwidacja oddziałów szpitalnych, zmniejszenie liczby łóżek narzucone przez NFZ, brak wykwalifikowanego personelu medycznego, awaria sprzętu, powodujące zmniejszenie liczby**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

wykonywanych zabiegów oraz wiele innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego przeszkód i braku możliwości wykorzystania wskazanej w umowie ilości Zamawiający powinien na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odstąpić od umowy i zaniechać realizacji zamówienia nawet w częściowym zakresie, co byłoby niekorzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zamawiający podejmie wszelkie starania, aby o okolicznościach powodujących znaczne zmniejszenie zamawianego asortymentu na bieżąco informować Wykonawców.

**Pytanie nr 6**

**Umowa**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7**

**Umowa**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale w takim przypadku Zamawiający dokona weryfikacji obowiązujących na rynku cen tego rodzaju i produktów, możliwe jest na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie zmuszony do odstąpienia od umowy ze względu na ważny interes społeczny.**

**Pytanie nr 8**

**Umowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Uzasadnienie:**

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9**

**Umowa**

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanego zamiennika i odmowy.**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

## Pytanie nr 10

### Umowa

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

### **Uzasadnienie:**

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę , ale zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanego zamiennika i odmowy.**

## Pytanie nr 11

### Umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie **we wzorze umowy** następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

### **Uzasadnienie:**

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia ,



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności przedstawionych dokumentów i okoliczności na jakie powołuje się Wykonawca.**

**Pytanie nr 12**

Format certyfikatu kontroli jakości - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości żywności gotowych na płytkach/probówkach?

**Uzasadnienie:**

Normy obowiązujące przy produkcji żywności gotowych nie obligują wytwórcy do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są podawane w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione.

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 13**

**Zadanie nr 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 podłoży gotowych na płytkach oraz generatorów atmosfer i utworzy oddzielne zadanie?”

Uzasadnienie: Złożenie oferty na cały pakiet przez autoryzowanego przedstawiciela jest niemożliwe. W związku z powyższym prosimy o wydzielenie pakietu i utworzenie oddzielnego dla wymienionych pozycji. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 14**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach pakowanych po 10sztuk?”

Uzasadnienie:

Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu odpowiednią ilość co pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 15**

**Zadanie nr 2**

„Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji 8 wymaga Szybkiego testu aglutynacji lateksowej do wykrywania antygenów bakteryjnych: Streptococcus gr. B, Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae,



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Neisseria meningitidis z grup A,B,C,Y, W 135 oraz

Escherichia coli K1 występujących w płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z kontrolą dodatnią?"

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 16**

**Zadanie nr 2**

„Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji 6 wymaga Szybkiego testu diagnostycznego kasetkowego do wykrywania karbapenemaz OXA-48, OXA-163, KPC, NDM i VIM z kolonii bakteryjnej. Czulość testu w stosunku do metody molekularnej PCR równa 100% dla OXXA-163,OXA-48, KPC,NDM i min. 97% dla VIM. Specyficzność testu równa 100%.?“

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie nr 17**

**Zadanie nr 1**

Zestawienia parametrów wymaganych Pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2016 roku produkcji, w pełni sprawnego po przeglądzie serwisowym ?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 18**

**Zadanie nr 1**

Zestawienia parametrów wymaganych Pkt. 34 – Czy Zamawiający odstąpi od konieczności użyczenia mikroskopu ?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 19**

**Zadanie nr 1**

Zestawienia parametrów wymaganych ( dotyczące aparatu do barwienia metodą Grama ) pkt. 16 – Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu jeżeli aparat pracuje prawidłowo w temperaturze 18 – 30 stopni C ?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 20**

**Zadanie nr 1**

WYKONAWCA DOSTARCZA PRZY PIERWSZEJ DOSTAWIE - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały informacyjne/ metodyki wykonania badań, certyfikaty kontroli jakości, deklaracje CE oraz instrukcje obsługi aparatu znajdowały się na stronie internetowej oferenta, z której można bezpłatnie pobierać wymagane dokumenty? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

**Odp. Tak**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

**Pytanie nr 21**

**Zadanie nr 1**

**Tabela nr 1.1.: Zestawienie parametrów wymaganych, pkt. 25** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności testów do identyfikacji i lekowrażliwości wynosił min. **4-7 miesięcy**, dla podłoży z krwią min. **4 tygodnie**, a bez krwi min. **6 tygodni** od daty dostawy?

**Odp. Tak**

**Pytania nr 22**

**Umowa (zał. nr 8):**

**§3 ust. 1** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania niniejszej umowy, dostarczać wymieniony w § 2 przedmiot umowy, w ilościach wynikających z zamówień składanych, przez pracownika Zamawiającego, pisemnie (email na adres: .....), zwanych w dalszej części umowy Zamówieniami.”?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytania nr 23**

**Umowa (zał. nr 8):**

**§7 ust. 2 lit. c** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do **50 zł** za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usunięciu awarii dzierżawionego sprzętu?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24**

**Umowa (zał. nr 8)**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż **80 %** ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

*Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."*

**Odp. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał w sposób precyzyjny i rzetelny określenia ilościowego zakresu zamówienia. Podane przez Zamawiającego ilości są dokładnym i precyzyjnym odzwierciedleniem ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wykorzystywanych przez Zamawiającego w dotychczas prowadzonej działalności. Analiza realizowanych przez Zamawiającego zamówień wskazuje, że przypadki niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia należą do zdarzeń marginalnych wywołanych szczególnymi okolicznościami, a znacznie częściej występują przypadki kiedy Zamawiający, w związku z rozwojem tut. Szpitala i zwiększaniem liczby pacjentów wykorzysta pełne pakiet ilościowy na wiele miesięcy przed zakończeniem umowy. Klauzula zawarta we wzorze umowy ma na celu ochronę Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych i od niego niezależnych np: zmiana warunków kontraktowania zabiegów medycznych przez NFZ, planowane zmiany związane z powstaniem**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

sieci szpitali, likwidacja oddziałów szpitalnych, zmniejszenie liczby łóżek narzucone przez NFZ, brak wykwalifikowanego personelu medycznego, awaria sprzętu, powodujące zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów oraz wiele innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego przeszkód i braku możliwości wykorzystania wskazanej w umowie ilości Zamawiający powinien na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odstąpić od umowy i zaniechać realizacji zamówienia nawet w częściowym zakresie, co byłoby niekorzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zamawiający podejmie wszelkie starania, aby o okolicznościach powodujących znaczne zmniejszenie zamawianego asortymentu na bieżąco informować Wykonawców.

### Pytanie nr 25

#### Zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o **wydzielenie** z Zadania 2 części „TESTY do IDENTYFIKACJI BAKTERII Gram dodatnich i Gram ujemnych” i utworzenie z niej osobnego zadania, umożliwiając tym samym złożenie oferty większej liczbie oferentów.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 26

#### Zadania nr 2

„TESTY do IDENTYFIKACJI BAKTERII Gram dodatnich i Gram ujemnych” pozycja 6.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczego napełnienia kasetki .

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych , formularzach ofertowych , formularzach cenowych ,opisach przedmiotu zamówienia .

Z poważaniem

p.o DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*Grzegorz Czajka*



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

